

Številka: 451-184-EN(810202)/2021-1

Datum: 8. 10. 2021

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA MONITORJEV ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ (2 kom)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava monitorjev za nadzor življenjskih funkcij po sledeči specifikaciji zahtev:

1. Napajanje iz električnega omrežja in vgrajenih akumulatorskih baterij.
2. Samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen v električno omrežje.
3. Avtonomija delovanja na vgrajene akumulatorske baterije vsaj 4 ure.
4. Barvni LCD prikazovalnik z upravljanjem na dotik z diagonalo vsaj 10".
5. Hkratni prikaz vseh parametrov in vsaj petih krivulj.
6. Omogočati mora nadzor parametrov za otroke in odrasle.
7. Pribor in aparat morata omogočati varno uporabo defibrilatorja.
8. Aparat mora omogočati prikaz:
 - 8.1 EKG krivulj standardnih (I,II,III z možnostjo uporabe trižilnega kabla) in prekordialnih odvodov z vgrajenim algoritmom za razpoznavanje srčnega spodbujevalnika in življenje ogrožujočih aritmij,
 - 8.2 respiracije iz EKG (impedančna metoda),
 - 8.3 saturacije (SpO2) vsaj v območju 70 do 100% z resolucijo 3% ali manj, z uporabo enega od sistemov/senzorjev, ki so v uporabi v UKC Maribor (Massimo, Philips, Nellcor, Nihon Kohden, Mindray),
 - 8.4 temperature,
 - 8.5 neinvazivnega tlaka z možnostjo aktiviranja in nastavitve samodejnega merjenja v časovnih intervalih.
9. Aparat mora omogočati še:
 - 9.1 prikaz vsaj 24 urnih trendov za vse uporabljene parametre,
 - 9.2 nastavitev in prikaz alarmov za vse nadzorovane parametre,
 - 9.3 vizualno in zvočno alarmiranje.
10. Aparat mora biti konstrukcijsko izveden tako, da omogoča samostojno namestitev in namestitev na stensko tirnico z gibljivo ročico (Gibljiva ročica ni predmet te ponudbe)
11. Monitor mora imeti vgrajen napajalnik. Hlajenje naj bo izvedeno pasivno, brez aktivnih elementov (npr. ventilatorja).
12. Aparat mora omogočati naknadno priključitev na centralno nadzorno postajo z LAN povezavo
13. Aparat mora imeti možnost naknadne vgradnje pisalnika ali tiskalnika.
14. Monitor mora imeti držalo za transport.
15. Zaradi funkcije transporta naj skupna teža ne presega 5 kg.
16. Aparat mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo oz. uredbo o medicinskih pripomočkih

Dodatno:

17. Ponudnik mora ponuditi sledeči pribor za večkratno uporabo za otroke in odrasle s potrebnimi priključnimi kablji:

- trižilni EKG kabel,
- senzor za saturacijo,
- senzor za merjenje temperature sredice telesa,
- pribor za merjenje neinvazivnega tlaka z vsaj tremi manšetami različnih velikosti.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Rok dobave: **največ 10 dni od prejema naročila**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **12. oktober 2021 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-184-EN(810202)/2021-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek nabave opreme