

Številka: 451-19-EN(807202)/2022-1

Datum: 27. 1. 2022

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA INKUBATORJA S STRESALNIKOM (TROMBOLATOR)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava inkubatorja s stresalnikom (trombolator) po sledeči specifikaciji zahtev:

1. INKUBATOR S SISTEMOM ZA NADZOR IN URAVNAVANJE TEMPERATURE:

Nadzorni sistem za spremljanje in uravnavanje temperature

- nadzorna plošča z digitalnim prikazovalnikom (datum in ura, temperatura)
- LCD graf za spremljanje temperature z vsemi podatki za polnih 24 ur
- napreden nadzor temperature
- zaščita konfiguracije z geslom
- shranjena zgodovina dogodkov
- omogoča vgradnjo tipal za zunanji sistem nadzora temperature in alarmiranja
- osnovna navodila v slovenskem jeziku.

Alarmi

- zvočno in vidno opozorilo ob prekoračitvi dovoljenih temperatur
- zvočno in vidno opozorilo v primeru predolgo odprtih vrat
- zvočno in vidno opozorilo ob izpadu električnega toka
- nastavljiva jakost in ton alarma

Ostale tehnične specifikacije

- možna postavitve na pult
- digitalna kalibracija
- vrata z dvojnim steklom, odpornim proti megljenju
- temperaturno območje delovanja med +20°C in +35°C
- temperaturna stabilnost $\pm 1^\circ\text{C}$
- zunanje in notranje površine enostavne za čiščenje in dezinfekcijo
- potrdilo, da je inkubator medicinski pripomoček (skladno z direktivo 93/42/EGS)
- Dimenzije zunanosti (Š x V x G): max 1200mm x 1200mm x 620mm
- Hlajenje/ogrevanje: Prisilno kroženje zraka

2. STRESALNIK

- stresalnik mora biti združljiv z inkubatorjem za shranjevanje koncentriranih trombocitov
- omogoča shranjevanje 20-25 vrečk velikosti 20x36cm
- vgrajen senzor gibanja z nastavljivo glasnostjo alarma ob prekinitvi horizontalnega gibanja
- ventilator za prisilno kroženje zraka
- izvlečne police iz materiala, ki ustreza shranjevanju trombocitnih komponent
- perforirane police, ki omogočajo zračenje
- površine primerne za čiščenje in dezinfekcijo
- dovolj velik razmak med policami, da je omogočeno shranjevanje vrečk s satelitskimi vrečkami, dodatnimi cevkami in večjimi stiščki
- možnost odstranitve polic
- možnost za označevanje polic stresalnika
- potrdilo, da je stresalnik medicinski pripomoček (skladno z Direktivo 93/42/EGS)

Splošne zahteve/tehnična podpora:

- ES izjava o skladnosti
- najmanj 12 mesečna garancija
- dostopnost pooblaščenega izvajalca za redni servis in vzdrževanje ter popravilo okvare s 24 urnim odzivnim rokom
- nadomestilo aparata v primeru daljšega popravila aparata v času garancije
- dostava aparata na mesto uporabe in montaža ter kvalifikacija postavitve aparata s poročilom
- izvedba ovrednotenja stanja temperature v komori ob postavitvi aparata in izdan certifikat akreditiranega izvajalca
- Dobavni rok: največ 4 tedne od prejema naročila

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **31. januar 2022 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-19-EN(807202)/2022-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek nabave opreme