



Številka: 460-77-(807204)/2021-9
Datum: 21. 4. 2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: **ELEKTROKIRURŠKA ENOTA Z ARGON PLAZMO ZA ENDOSKOPSKE POSEGE V DIHALNIH POTEH – 1 kpl**

Specifikacija zahtev naročnika:

ELEKTROKIRURŠKA ENOTA:

1. Elektrokirurška enota za monopolarno in bipolarno rezanje in koagulacijo
2. Nastavitve moči v monopolarnem in bipolarnem načinu vsaj od 6 do 120W
3. V monopolarnem načinu mora zagotavljati različne programe rezanja in koagulacije z različnimi razmerji med rezanjem in koagulacijo : program za neprekinjeno rezanje z minimalnim učinkom koagulacije; pulzni program s krajšim in daljšim prekinitvenim ciklom, rezanje z večjim deležem koagulacije, hitra površinska koagulacija, počasna globoka koagulacija, brezkontaktna koagulacija
4. V bipolarnem načinu mora zagotavljati vsaj bipolarno rezanje in bipolarno počasno globoko koagulacijo
5. Elektro-kirurška enota mora omogočati takojšnje rezanje z visoko močjo, brez zakasnitve

ARGON PLAZMA ENOTA (APK enota):

6. APK enota mora biti namenska za opravljanje osnovnih in naprednejših terapevtskih posegov v dihalnih poteh
7. Zagotavljati mora več načinov argon koagulacije: neprekinjeni argon plazma žarek z enakomerno izhodno močjo, pulzni argon plazma program s hitrejšimi oz. počasnejšimi prekinitvenimi izhodnimi močmi, argon plazma program z detekcijo razdalje do tkiva in samodejno prilagoditvijo moči
8. Nastavitve moči vsaj od 6 do 120W
9. Stalni prikaz polnosti jeklenke argon plina na ekranu enote
10. Avtomatska prepoznava modela argon sonde ob vklopu in posledično samodejno odmerjen potreben pretok plina skozi argon sondo
11. V sklopu APK enote mora biti ustrezen reduktor tlaka za varno delovanje (v skladu z DIN 477-6)
12. V sklopu APK enote mora biti ustrezeni ventil kompatibilen z jeklenko plina naročnika
13. (navoj jeklenke: W 21,8 x 1/14")

DODATNE ZAHTEVE:

14. Elektro-kirurška enota in enota z argon plazma koagulacijo morata biti ločeni, kar omogoča ločeno servisiranje v primeru okvare ene od enot
15. Upravljanje enote preko ekrana na dotik in brezžične stopalke
16. Možnost zvočnih nastavitev upravljanja

17. Možnost ustvarjanja in shranitve željenih nastavitev uporabnika
18. Možnost nastavitve enote na slovenski jezik
19. Vidni in zvočni signali za javljanje napak v delovanju z navodili za takojšnje razrešitev težave v slovenskem jeziku
20. Samodejna prekinitev delovanja v primeru napake v delovanju
21. Zaznavanje intenzivnosti iskenja in plazečih tokov
22. Sistem mora opozoriti na neuspešen priklop brezžične stopalke
23. Sistem mora samodejno zaznati in opozoriti na neustrezno namestitev nevtralne elektrode
24. Sistem mora vsebovati ustrezen voziček na kolesih z zavorami za varno instalacijo in transport med prostori, s shranjevalnim predalom za potrošni material, z napajalnim kablom na nosilcu, s prostorom za jeklenko argon plina s pripomočki za fiksacijo jeklenke, s prostorom za črpalko za izpiranje in prostorom za hrambo brezžične stopalke

KOMPLET NAJ VSEBUJE:

25. elektro-kirurško enoto
26. APK enoto
27. transportni voziček za sistem
28. brezžično stopalko s sprejemnikom in polnilnikom
29. reduktor tlaka za APK enoto
30. priklopni ventil za APK enoto kompatibilen z jeklenko plina naročnika
31. Nevtralne elektrode
32. Kabel za nevtralno elektrodo
33. Aksialna sonda
34. Aktivni kabel
35. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku

Ostale zahteve naročnika:

- Plačilo: v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Dostava: UKC Maribor - razloženo v prostore Oddelka za pljučne bolezni;
- Zahtevan rok dobave: največ 60 dni od datuma prejema naročila;
- Zahtevana garancija: 12 mesecev;
- Plačnik opreme: UKC Maribor.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, šolanje za pravilno in varno uporabo opreme in davek na dodano vrednost.

Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

Merilo za izbor: **Cena**

Rok za sprejem ponudb: **26. 4. 2022 do 12:00 ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in dejan.simic@ukc-mb.si z oznako **460-77-(807204)/2021-9**.



Opomba:

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (Sklop 9: Elektrokirurška enota z argon plazmo) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: PRESELITEV ODDELKA ZA PLJUČNE BOLEZNI NA LOKACIJO UKC MARIBOR – OPREMA. Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3. Za izločen sklop je Ministrstvo za zdravje izdalo Sklep o izločitvi sklopov št. 4110-100/2021/4, z dne 11. 4. 2022.

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ

Oddelek nabave opreme:

Aleš Dobaj