



Številka: 460-77-(807204)/2021-10
Datum: 21. 4. 2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: **APARAT ZA MERJENJE NO V IZDIHANEM ZRAKU (Aparat za merjenje dušikovega oksida v izdihanem zraku za diagnostiko astme in alergijskega rinitisa za potrebe Oddelka za pljučne bolezni) – 1 kpl**

Specifikacija zahtev naročnika:

1. Meritve na pacientu neodvisne od vpliva okolice (NO-v zraku)
2. Mora imeti 4 stopnje ekspiracijskega pretoka, 100, 150, 350, vključno s standardnim pretokom 50 ml/s.
3. Aparat se mora priklopiti na PC windows, ki zagotavlja enostavne, neinvazivne in hitre meritve s programsko vodenim bio-povratnimi informacijami na zaslonu PC-ja.
4. Programska pomoč za vzpodbujanje pravilne izvedbe merilnega postopka za odrasle in otroke
5. Spremljanje hitrosti izdiha in ustnega tlaka v realnem času za nadzor kakovosti izvedbe postopka
6. Prilagodljiva metoda vzorčenja, ki v celoti zajema standardiziran protokol ATS
7. Matematični model za oceno alveolarne koncentracije in največjega bronhialnega toka NO
8. Možnost merjenja nazalnega pretoka z zanesljivo metodo nosnega zraka
9. Popolna skladnost s standardi ATS-ERS (2005, 2011)
10. Možnost kalibracije aparata z kalibracijskim plinom
11. Uporaba običajnih bakterijskih filtrov kot potrošni material
12. Zagotovljena mora biti zapora veluma – z dovolj velikim ustnim tlakom, da se ne more mešati alveolarni zrak z zrakom nosu.
13. zagotavljati mora točnost meritve NO v izdihanem zraku +/- 3%
14. poleg parametra NO v izdihanem zraku so zahtevani še: izdihan volumen zraka v meritvi, pretok izdiha, kompletni volumen izdiha, povprečni ustni tlak med izdihom in indeks sodelovanja v %.

Ostale zahteve naročnika:

- Plačilo: v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Dostava: UKC Maribor - razloženo v prostore Oddelka za pljučne bolezni;
- Zahtevan rok dobave: največ 60 dni od datuma prejema naročila;
- Zahtevana garancija: 12 mesecev;
- Plačnik opreme: UKC Maribor.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, šolanje za pravilno in varno uporabo opreme in davek na dodano vrednost.



Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

Merilo za izbor: **Cena**

Rok za sprejem ponudb: **26. 4. 2022 do 12:00 ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in dejan.simic@ukc-mb.si z oznako **460-77-(807204)/2021-10**.

Opomba:

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (Sklop 10: Aparat za merjenje izdihanega NO) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: PRESELITEV ODDELKA ZA PLJUČNE BOLEZNI NA LOKACIJO UKC MARIBOR – OPREMA. Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3. Za izločen sklop je Ministrstvo za zdravje izdalo Sklep o izločitvi sklopov št. 4110-100/2021/4, z dne 11. 4. 2022.

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ

Oddelek nabave opreme:

Aleš Dobaj