

Številka: 451-88-EN(807202)/2022-1

Datum: 28. 4. 2022

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA PCR APARATA (1 kom)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava PCR aparata po sledeči specifikaciji zahtev:

- grelni blok za 96 0.2 mL epic ali za 96 mestno ploščo - možnost izvajanja temperaturnega gradienta -aparatus mora biti skladen s smernicami IVDD (98/79/EC)
- ima EU CE-IVD akreditacijo
- aparat je izdelan v skladu s standardom ISO 13485 ali enakovredno in GMP zahtevami.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava in montaža: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **3. maj 2022 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-88-EN(807202)/2022-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek nabave opreme