

Štev.: 460-E-MŽ-04/22  
Dne: 30.05.2022

**ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „BIOLOŠKI INDIKATORJI ZA KONTROLO PARNE STERILIZACIJE“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 18.05.2022, številka objave JN003284/2022-W01, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

Ponudniki lahko ponudijo tudi biološke indikatorje, ki omogočajo odčitavanje že po 20 min in enakovredne inkubatorje s 15-imi luknjami.  
Ustreznost ponujenega blaga bo naročnik ugotavljal v fazi analize ponudb.

V fazi analize ponudb si naročnik pridržuje tudi pravico do testiranja ponujene opreme in pripadajočih bioloških indikatorjev. V kolikor bo naročnik ponujeno opremo in pripadajoče biološke indikatorje želel testirati, bo moral ponudnik le-te brezplačno dostaviti v roku 14 delovnih dni.

V kolikor ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Službe za nabavo zdravstvenega materiala in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor