

Številka povabila: 110/22

Datum: 05.07.2022

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Redni servis na pripravi demineralizane vode.**

Objekt: Centralna sterilizacija
Specifikacija zahtev naročnika:

1. Vstop vodovodne vode
 - kontrola vsebnosti klora v vstopni vodi
 - kontrola vsebnosti železa v vstopni vodi
2. Filter z 20 u vložki
 - menjava vseh vložkov – iz higienskih razlogov
 - kontrola tesnosti
3. Dozirna črpalka za natrijev bisulfit
 - pregled delovanja
 - kontrola tesnosti
 - kontrola nastavitve doziranja
 - čiščenje dozirne točke
 - druge predvidene in nepredvidene kontrole na dozirni črpalki
4. Avtomatska naprava za mehčanje vode
 - kontrola tesnosti
 - kontrola trdote izstopne vode
 - čiščenje posode za sol in solnega ventila
 - kontrola delovanja več potnega krmilnega ventila in testiranje faz regeneracije in druge kontrole na mehčalni napravi
5. Filter z 20 u vložki
 - menjava vseh vložkov – iz higienskih razlogov
 - kontrola tesnosti
6. Dozirna črpalka na natrijev hidroksid
 - pregled delovanja
 - kontrola tesnosti
 - kontrola nastavitve doziranja
 - čiščenje dozirne točke
 - druge predvidene in nepredvidene kontrole na dozirni črpalki
7. pH meter
 - pregled delovanja
 - kontrola natančnosti in kalibracija
 - druge predvidene in nepredvidene kontrole na dozirni črpalki

8. rezervna osmoza
 - splošni pregled delovanja RO
 - kontrola vsebnosti klora v vstopni vodi
 - kontrola pH vrednosti vstopne vode
 - kontrola delovanja črpalk
 - kontrola delovanja pnevmatskih ventilov
 - pregled tlačnih in pretočnih razmer
 - kontrola prevodnosti permeata na izstopu iz stopnje I RO
 - kontrola prevodnosti permeata na izstopu iz stopnje II RO
9. UV sterilizacija
 - pregled delovanja
 - kontrola tesnosti
 - enkrat na leto menjava UV žarnic
 - druge predvidene in nepredvidene kontrole na dozirni črpalki
10. Rezervoar demi vode
 - pregled delovanja nivojskih sond
 - kontrola tesnosti
 - kontrola prevodnosti vode v rezervoarju
 - druge predvidene in nepredvidene kontrole na dozirni črpalki
11. Mešani filter
 - vizualna kontrola tesnosti cevni inštalacij in priključkov
 - pregled delovanja
 - kontrola tesnosti
 - kontrola kvalitete vode
12. Inštalacije za zrak
 - vizualna kontrola tesnosti cevni inštalacij in priključkov
 - kontrola in nastavitve tlaka krmilnega komprimiranega zraka
 - druge predvidene in nepredvidene kontrole na dozirni črpalki
13. Redni servis sistema priprave demineralizirane vode MTF II 1,00 KPL
14. Čiščenje in dezinfekcija posode za demi vodo 1,00 KPL
15. Kalibracija pH metra na pripravi vode 1,00 KPL

Kontaktna oseba:

Viko ROJ dipl. inž. Stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **07.07.2022 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.