

Štev.: 460-E-DS-382/22

Dne: 27.10.2022

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti

Na podlagi točke 1.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „SISTEM ZA ZDRAVLJENJE POOPERATIVNIH RAN Z NEGATIVNIM TLAKOM“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 17.10.2022, številka objave JN007035/2022-W01, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, kot sledi:

1. Ponudniki lahko ponudijo tudi aparat z možnostjo nastavitve negativnega tlaka v intervalnem oknu od 25mmHg do 200 mmHg.
2. Set za oskrbo rane manjši
Ponudniki lahko ponudijo tudi velikost pene 10 x 6-8 cm x debeline 2-4cm.
3. Set za oskrbo rane večji
Ponudniki lahko ponudijo tudi velikost pene 13 -15 x 20 cm x debeline 2-4cm.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor <https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/>