

Številka: 451-162-EN(807202)/2023-1

Datum: 4. 9. 2023

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA NAMIZNEGA VARILCA Z DODATNIM ROČNIM VARILCEM (1kom + 1kom)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava namiznega varilca z dodatnim ročnim merilcem po sledeči specifikaciji zahtev:

- Varjenje PVC cevk z zunanjim premerom do 6 mm.
- Omogočati mora varjenje cevk proizvajalcev , ki jih uporabljamo v našem centru (Fresenius vrečke za kri, Intercept set za inaktivacijo trombocitov ter set za MCS++)
- Omogoča povezavo s pripadajočim kompatibilnim ročnim varilcem, z ustreznim kablom
- **Dodatni ročni varilec mora biti vključen v ponudbo. – 1 kom**
- Vstavev cevke v glavo varilca naj avtomatsko sproži postopek varjenja cevke.
- Indikatorska lučka naj signalizira zaključek varjenja PVC cevk.
- Imeti mora indikatorsko lučko , ki označuje, da je aparat pripravljen za delo (aparat »on«).
- Vari naj bodo preprosti za pretrganje, morajo dobro tesniti, omogočati morajo pretrganje natančno v sredini vara, preprosto mora biti ločevanje odvarjenih segmentov oziroma PVC cevk, pretrganje oziroma ločevanje vara na ustreznem mestu ne sme pod nobenimi pogoji voditi v razlitje vsebine cevk (kar bi vodilo v možno nesterilno okolje znotraj cevk).
- Pri varjenju ne sme priti do hemolize.
- Uspešno mora biti opravljen test vara s povečanim pritiskom.
- Pripadajoči ročni varilec mora imeti indikatorsko lučko, ki sporoči začetek in konec varjenja, ročni varilec se aktivira bodisi s preprostim pritiskom na stikalo ali s pritiskom ročajev (princip dela kot klešče). Oba načina varjenja, torej z ročnim varilcem in namiznim varilcem morata biti ergonomična in enostavna za uporabo.
- Delo z aparatom mora biti preprosto za operaterje. Vari morajo biti med seboj enaki in kakovostno zvarjeni.
- Aparat naj javi alarm v primeru kontaminacije elektrod s tekočino (možnost iskrenja).
- Cevke se morajo po varjenju brez težav odluščiti od varilca.

- Temperaturno območje delovanja mora biti stabilno.
- Kontaminacija aparata z razlito vsebino cevk: varilne glave morajo omogočati pristop za čiščenje ali biti tako konstruirane, da je možna odstranitev in očiščenje tekočine ali nečistoč.
- Omogočeno mora biti enostavno in učinkovito čiščenje aparata.
- Imeti mora oznako CE.
- Biti mora enostaven za uporabo.
- Delovanje na električnem omrežju 230V.
- Delovni pogoji: temperatura okolja od 10°C -40°C, vlaga v okolju 10% – 80 %.
- Zahtevana spremna dokumentacija: poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami. Originalno navodilo za uporabo in vzdrževanje in prevod v slovenskem jeziku.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa,
- rok dobave: **največ 30 dni od prejema naročila**
- garancija: **24 mesecev**
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **6. september 2023 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-162-EN(807202)/2023-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ