

Številka: 460-83/5(809013)/2023-4

Datum: 15.02.2024

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „POTROŠNI MATERIAL ZA ZNOTRAJŽILNE MERITVE FFR, RFR“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 31.01.2024, številka objave JN000525/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 31.01.2024, številka objave 65494-2024, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

Ident: 983005

Ponudniki lahko ponudijo tudi sistem, ki ima žično povezavo med merilno žico in merilno napravo ter ima naslednje lastnosti, potrebne za uspešno fiziološko merjenje:

- Merjenje FFR in DFR (ekvivalent IFR in RFR);
- merilna žica narejena po tehnologiji ASAHI in se poleg merilne, obnaša kot prava delovna vodilna žica,
- dolžina žice: 185 cm;
- radiopačna konica: 3 cm;
- kompatibilnost z različnimi platformami;
- arhiviranje v DICOM in lokalni medij;
- hidrofilen in PTFE premaz.

Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati pojasnilo, dopolnitev in popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.


Strokovna sodelavka:

Maja Gračnar, dipl. ekon. (UN)



Vodja Službe za nabavo zdravstvenega materiala in storitev:

Natalija Kampus, univ. dipl. ekon.



Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
<https://www.ukcmb.si/obvestila/javna-narocila/>