

Številka: 451-64-EN(807202)/2024-1

Datum: 8. 4. 2024

## POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA MEDICINSKE OPREME V OKVIRU PROJEKTA »KREPITEV PALIATIVNIH MOBILNIH TIMOV«**

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**Predmet naročila je nabava medicinske opreme v okviru projekta »krepitev paliativnih mobilnih timov« po sledeči specifikaciji zahtev:**

### **I. MERILEC KRVNEGA TLAKA – 1 kos**

1. Avtomatski nadlaktni merilnik krvnega tlaka in srčnega utripa.
2. Samodejno kontrolirano polnjenje manšete.
3. Manšeta za srednji in večji obseg nadlakti (cca. 22 - 42 cm).
4. Grafični prikaz višine krvnega tlaka.
5. Spomin zadnjih 60-tih meritev za dve osebi (meritev z datumom in uro).
6. Izračun povprečja zadnjih treh meritev.
7. Zaznava in opozori na nepravilen srčni utrip.
8. Zaznava in opozori na premikanje med merjenjem oz. na nepravilno merjenje.
9. Klinično preverjena natančnost meritev.
10. LCD zaslon.
11. 3 leta garancije.
12. Priložene baterije.
13. Možnost izvedbe vsaj 900 meritev krvnega tlaka z enim setom baterij.
14. Adapter za priklop na omrežno napajanje 230 V.
15. Torbica za hranjenje merilnika.

### **II. PULZNI OKSIMETER – 1 kos**

1. Senzorji z Nellcor OxyMax ali Masimo tehnologijo.
2. Grafični prikazovalnik mora prikazovati vsaj vrednost SpO2, vrednost pulza in pletizmografsko krivuljo.
3. Aparat mora imeti funkcijo samodejne izključitve.
4. Konstrukcija mora omogočati enostavno čiščenje.
5. Točnost meritve SpO2 vsaj 3% v območju od 70% do 100%.
6. Točnost meritve frekvence pulza vsaj 3% v območju nad 100 pulzov/minuto.
7. Možnost brezstičnega merjenja temperature.

### **III. Prenosni EKG aparat – 1 kos**

1. 12-kanalni EKG, prikazan v 3 vrsticah.
2. Možnost ročnega ali avtomatskega izpisa EKG-ja ter meritev ritma.
3. Izpis na termo papir, velikosti 50 mm.
4. Enostaven za prenašanje (teža največ 1,2 kg)

### **IV. PRENOSNI ASPIRATOR – 1 kos**

1. Akumulatorska izvedba.
2. Vsaj 30 minut avtonomije.
3. Polnjenje akumulatorja preko vtičnice 220 V.
4. Možnost nastavitve moči.
5. Manometer.
6. Pretok: vsaj 30l/min.
7. Podtlak: vsaj v območju 0 – 0,85 bar.
8. Aspiracijska posoda: 1 l.
9. Kontrolna lučka za napolnjenost akumulatorja
10. Teža: največ 5 kg.

### **V. PRENOSNA TORBA – 2 kos**

1. Nosilnost: vsaj 12 kg.
2. Možnost nošenja kot nahrbtnik ali torba
3. Notranje predelne stene – do 6 prostorov
4. Nepremočljiv in vzdržljiv material
5. Ob straneh zunanji žepi
6. Dimenzije torbe cca 65 x 38 x 35 cm (+/-3%)
7. Odpiranje na zadrgo
8. Znotraj elastike za fiksacijo predmetov

### **VI. STETOSKOP – 1 kom**

1. Iz nerjavečega jekla.
2. Z dvojno glavo.

Kot npr. model št. 06.22700.022, proizvajalca Kawe ali enakovreden.

### **VII. AMPULARIJ – 1 kom**

1. Zunanje dimenzije 25X10X20 cm (+/-3%)
2. za približno 100 ampul različnih velikosti (2ml, 5ml, 10ml)
3. zapiranje z zadrgo

### **VIII. AMPULARIJ – 1 kom**

1. Zunanje dimenzije 25X10X20 cm (+/-3%)
2. Za približno 100 ampul različnih velikosti (2ml, 5ml, 10ml)
3. Zapiranje z zadrgo
4. Vključen hladilni gel
5. Predelek za hladilni gel
6. Narejen iz nepremočljivega materiala

### **IX. AMPULARIJ MAJNŠI – 2 kom**

1. Za do 50 ampul različnih velikosti (2ml, 5ml, 10ml)
2. Zapiranje z zadrگو

### **X. IZOTERMIČNA TORBA – 4 kom**

1. Notranji mrežasti žep za hladilni gel
2. Vključen hladilni gel
3. Gobico za shranjevanje ampul različnih velikosti
4. 2 zunanja žepa,
5. Notranji predelek
6. Mere: 25 x 12 x 12 cm (+/-3%)
7. Prostornina: 3,5 l (+/-3%)
8. Pralna

### **XI. INFUZIJSKO STOJALO SAMOSTOJNO, ZLOŽLJIVO – 5 kom**

1. Material: aluminij / plastika
2. Najmanj dva nosilca za steklenico/plastenko
3. Transportna vreča
4. Ko je zloženo, naj bo v velikosti največ 750x110x110mm
5. Podstavek protizdrsen
6. Teža do 2 kg
7. Nosilnost vsaj 1 kg
8. Možnost nastavitve višine

Kot npr. model št. I-H84132, proizvajalca Provita Medical ali enakovredno.



Slika je simbolična

**Ponudniku ni potrebno ponuditi vso opremo specificirano v zahtevah, temveč lahko ponudi samo posamezno vrsto opreme.**

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV za posamezno vrsto opreme.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- rok dobave: največ 45 dni
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **10. april 2024 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: [ales.dobaj@ukc-mb.si](mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si) in [grega.zrimsek@ukc-mb.si](mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si) z oznako **451-64-EN(807202)/2024-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ