

Številka: 451-161-EN(807202)/2024-1

Datum: 4. 10. 2024

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA ODSESOVALNE KOMORE**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava odsesovalne komore po sledeči specifikaciji zahtev:

1. **Zunanja dimenzija: Š/V/G** 1650/2500/800 mm (do 4% odstopanje).
2. **Višina delovne plošče:** 900 mm.
3. **Zahtevani pretok zraka:** minimalno 750 m³/h, pri 0,4 m/s hitrosti pretoka in odprtine okna 20 cm. Vgrajen ventilator in možnost nastavitve intenzivnosti odsesavanja.
4. **Nosilna konstrukcija:** jeklena, prašno lakirana pločevina.
5. **Sprednja stran:** nameščeno dvoslojno dvižno motorizirano varnostno steklo.
6. **Notranji prostor:** iz nerjavečega materiala, odpornega na agresivne kemikalije.
7. **Svetilo v notranjem prostoru:** led žarilo
8. **Priklopi in odvodi v notranjem prostoru:** 1x ventil za mrzlo vodo, 1x odtočno korito fi 300.
9. **Ostalo:** 2x vtičnica na podnožju, 220V.
10. **Priključek za cevno odzračevanje:** odvodni priključek za zrak na digestoriju.
11. **Standard:** SIST EN 12469:2000 ali enakovredno in CE oznaka.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **8. oktober 2024 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-161-EN(807202)/2024-1**.

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ