

Številka: 460-39(809013)/2025-4
Datum: 12.06.2025

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 27.05.2025, številka objave JN003944/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 27.05.2025, številka objave 339696-2025, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik dopolnjuje in/oz. popravlja opise pri naslednjih identih:

Skupina: 06

901826

Naročnik, spreminja zahtevo CE oznake v skladu z Uredbo (EU) 2016/425:

iz
PPE kategorija III

v
PPE kategorija I

in namesto zahteve:

- biološke zaščite EN 14126,
- kemijske zaščite EN 13034,
- splošne zahteve za OVO EN ISO 13688;

zahteva:

- standard EN 13795-1:2019.

Skupina: 07

901715

Naročnik opis pod identom 901715, ki glasi:

»Krpa iz netkane vlaknovine, 60x35cm.«,

Spreminja tako, da sedaj glasi:

»Krpa iz netkane vlaknovine, 60x35cm - medicinski pripomoček razreda I.«

901716

Naročnik opis pod identom 901716, ki glasi:

»Krpa iz netkane vlaknovine, 30x30cm.«,

Spreminja tako, da sedaj glasi:

»Krpa iz netkane vlaknovine, 30x30cm - medicinski pripomoček razreda I.«

Skupina: 25

901504

Naročnik opis pod identom 901504, ki glasi:

»Hemostatska gaza, sterilna, topna, iz regenerirane celuloze s sposobnostjo oblikovanja v različne oblike, glede na rano, skrajša čas zaustavljanja krvi, ustvari biološki strdek 5x5cm.«

spreminja tako, da sedaj glasi:

»Hemostatska gaza 5x5cm, sterilna, topna, iz regenerirane celuloze s sposobnostjo oblikovanja v različne oblike, glede na rano, skrajša čas zaustavljanja krvi, ustvari biološki strdek. Namenjena za začasno zaustavitev krvavitve, predvsem po posegih. Medicinski pripomoček razreda II za zunanjo uporabo.«

Vse ostale zahteve ostajajo nespremenjene.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila>