

Štev.: 460-46/8(809006)/2025-4
Dne: 18.06.2025

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA DOLOČANJE OKULTNE KRVI V BLATU“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 02.06.2025, številka objave JN004116/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 02.06.2025, številka objave 351793-2025, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Odčitavanje črtnih kod vzorcev, reagentov, kontrolnega materiala in kalibratorjev mora biti avtomatsko.
2. Ponudniki lahko ponudijo tudi analizator, pri katerem je čas do izdaje prvega rezultata analize 13 minut.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponodb.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor