

Številka: 451-168-EN(807202)/2025-2

Datum: 12. 12. 2025

POVPRAŠEVANJE_popravek

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA APARATA ZA DEIONIZACIJO VODE Z DIGITALNIM MERILCEM PREVODNOSTI IN CEVNIMI PRIKLJUČKI (2 kom)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava aparata za deionizacijo vode z digitalnim merilcem prevodnosti in cevni priključki po sledeči specifikaciji zahtev:

1. sistem pod tlakom (jeklena kartuša)
2. količina smole: 22 L
3. dimenzije: FI 240 mm x 600 mm
4. kapaciteta: 2800 l (pri 10° N)
5. zmogljivost: 950 l/h
6. kakovost iztočene vode: 0.1 - 20.0 µS/cm
7. vključen digitalni merilec prevodnosti s cevni priključki

**Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.
Rok dobave: v roku 30 dni od datuma prejema naročila.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: 16. december 2025 do 12. ure

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **451-168-EN(807202)/2025-2**.

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ