

Štev.: 462-20(810203)/2019-4

Dne: 11. 6. 2019

ZADEVA: 2. Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »**Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe**«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 22. 5. 2019, št. objave JN003324/2019-B01, 2019/S 099-239206, s popravkom št. 1, kot sledi v nadaljevanju:

1. Naročnik spreminja zahtevo št. 3.8 iz specifikacije zahtev naročnika.

Spremenjena zahteva 3.8 se glasi:

»prost dostop do zaslona v vseh položajih rtg cevi razen pri položaju rtg cevi, ki je namenjena za transport«

2. Naročnik spreminja zahtevo št. 4.11 iz specifikacije zahtev naročnika.

Spremenjena zahteva 4.11 se glasi:

»detektorju mora biti priložena radiografska rešetka, ki se jo lahko brez orodja pripne ali odstrani iz detektorja (D = 100-185 cm) ali programsko nadomestilo za rešetko«

3. Naročnik spreminja zahtevo št. 4.12 iz specifikacije zahtev naročnika.

Spremenjena zahteva 4.12 se glasi:

»prikaz slike v končni kvaliteti slika mora biti na voljo v največ 12 sekundah«

4. Naročnik dopolnjuje zahtevo 6.9. specifikacije zahtev naročnika.

Spremenjena zahteva št. 6.9 se glasi:

» aparat mora za zagotavljanje lažjega čiščenja in preprečevanja bolniš. okužb imeti vse kable, razen kabla z polnjenje in kabla za proženje ekspozicije integrirane v ohišju.

Naročnik dopušča tudi:

- da ima aparat gumijasto cev, v kateri so kabli, ki povezuje ohišje z rentgensko cevjo ali
- da so kabli nameščeni v higienskem ovoju, ki omogoča ustrezno dezinfekcijo.«

5. Naročnik popravlja tudi napačno zapisano trajanje garancije v drugem odstavku 19. člena vzorca pogodbe za opremo ter ga usklajuje z določilom drugega odstavka 10. člena.

Drugi odstavek 19. člena vzorca pogodbe za opremo se pravilno glasi:

»Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje najmanj 10 dni dlje od trajanja garancije, to je 24 mesecev.«

6. Naročnik zaradi spremenjenega obrazca predračuna (OBR-3) popravlja tudi prvi odstavek 4. člena vzorca pogodbe za opremo.

Prvi odstavek 4. člena vzorca pogodbe se pravilno glasi:

»Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 2. člena znaša:

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM brez DDV	DDV (%)	Vrednost (v EUR brez DDV)
1.	Mobilni RTG aparat za potrebe slikanja po oddelkih	kos	3			
2.	Detektor (manjši)	kos	1			
				Znesek DDV v EUR		
				Za plačilo v EUR z DDV		

Oddelek nabave opreme

Priloge:

- Popravljen specifikacija zahtev naročnika (2. popravek)
- Vzorec pogodbe (OBR-4), (2. popravek)

Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/>)