

Številka: 460-49(807204)/2025-9

Datum: 19. 1. 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: **HLADILNA OMARA – 2 kos**

Specifikacija zahtev naročnika:

Ponudnik mora ponuditi hladilno omaro (2 kos), ki bo ustrezala naslednjim tehničnim zahtevam:

1. Volumna 650-670 litrov,
2. Elektronsko upravljanje temperature s prikazom temperature,
3. Notranjost in zunanost iz nerjavečega materiala AISI 304 ali enakovredno ali bolje, razen zunanjega zadnjega panela in zunanjega talnega panela,
4. Izolacija min. 50 mm ciklopentansko poliuretanska pena,
5. Brez CFC (klorofluoroglikovodiki) in HCFC (hidroklorofluoroglikovodiki),
6. Vertikalno hlajenje,
7. Ventiliran sistem za enakomerno hlajenje,
8. Z enokrilnimi polnimi vrati in vgrajeno ključavnico,
9. Vrata, dobro zatesnjena, z lahkim zapiranjem ali samozapiralna,
10. Vrata z možnostjo odpiranja do 180 °,
11. Dobro prilegajoče se tesnilo vrat z možnostjo zamenjave brez uporabe orodja,
12. Samodejno odtajevanje,
13. Samodejna evaporacija odtajene vode,
14. S kondenzatorjem, konstrukcije, ki preprečuje nabiranje prahu in maščobe,
15. Delovna temperatura vsaj -2/+8 °C. za temperature okolice vsaj do 40 °C,
16. Z min. tremi snemljivimi in nastavljivimi vmesnimi policam- mrežami, iz nerjavečega jekla, lahko tudi prevlečenimi z npr. Rilsanom ali enakovredno, dimenzije 2/1 GN ,
17. Notranja osvetlitev hladilnika,
18. Notranjost hladilnika vsaj v higienskem standardu H2 izdelana po tehnologiji globokega vleka,
19. Zunanje dimenzije hladilnika: širina 710 -800 mm, globina 830-860 mm, višina 2000-2100 mm,
20. Z regulacijskimi nogicam iz nerjavečega materiala AISI 304 ali enakovredno ali bolje, nastavljivimi po višini,
21. Energijski razred vsaj C ali bolje,
22. Priključna napetost: 230 V,
23. Priključna moč: 310- 350 W,
24. Imeti mora ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo 2006/42/ES.

Oprema mora biti nova in nikoli uporabljena za namene predstavitve!

Ostale zahteve naročnika:

- Plačilo: v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Dostava: UKC Maribor - razloženo v prostore Oddelka za prehrano in dietetiko;
- Zahtevan rok dobave: največ 60 dni od datuma prejema naročila;
- Plačnik opreme: UKC Maribor.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, šolanje za pravilno in varno uporabo opreme in davek na dodano vrednost.

Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

Merilo za izbor: **Cena oz. najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Rok za sprejem ponudb: **23. 1. 2026 do 14:00 ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in dejan.simic@ukc-mb.si z oznako **460-49(807204)/2025-9**.

Opomba:

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (**Sklop 8 – HLADILNA OMARA – 2 kos**) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: NABAVA RAZNE OPREME ZA POTREBE ODDELKA ZA PREHRANO IN DIETETIKO, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 13. 10. 2025, številka objave JN008036/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, datum objave 13. 10. 2025, številka objave 668637-2025. Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3.