

Številka: 460-44(807202)/2025-8

Datum: 3. 2. 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE_**popravek**

Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: **NABAVA MOBILNE OPERACIJSKE MIZE (1 kom)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava mobilne operacijske mize po sledeči specifikaciji zahtev:

Opis:

1. operacijska miza, prevozna, modularna, za splošno kirurgijo (bronhoskopija).
2. elektrohidravlični pogon, na električno in baterijsko napajanje z avtonomijo najmanj 3 dni z enim polnjenjem preko priključnega kabla za napajanje,
3. **elektronska kontrola baterij z optičnim ali zvočnim indikatorjem,**
4. napajanje preko el. vtičnice (na objektu 240V, 50Hz/60Hz),
5. **stopnja zaščite pred vdorom vode: vsaj IP X4,**
6. razred zaščite proti električnemu udaru: skladno s standardom 60601-1
7. ogrodje mize iz nerjavnega jekla, obstojna finalna obdelava, odporna na dezinfekcijska sredstva, enostavno za čiščenje,
8. biti mora premakljiva, s centralnim zavornim sistemom,
9. enostavno manevriranje mize tudi na neravni površini;
10. **upravljanje funkcij mize preko kabljskega ali daljinskega IR ali Bluetooth upravljalnika,**
11. OP plošča mize sestavljena iz vsaj 4 segmentov: sedežni del, hrbtni del, vzglavni del in nožni del;
12. uravnavanje na motorni pogon: hrbtne, sedežne in nožne plošče, motorni vzdolžni pomik.
13. elektrohidravlična nastavitve višine stebra, stranskega nagiba in trendelenburg/antitrendelenburg položaja
14. ročno uravnavanje vzglavne plošče,
15. OP plošča oblazinjena z antidekubitusno, spominsko peno.

Nastavitve položajev:

16. nastavitev višine vsaj v območju 660 - 1.000mm
17. nastavitev višine v razponu min 350 mm
18. trendelenburg/antitrendelenburg položaj vsaj 30°/30°
19. **hrbta plošča vsaj v območju +80°/-80°. Ustreza tudi hrbta plošča vsaj v območju +90°/-45°**
20. nožna plošča vsaj v območju +80°/-90°
21. možnost stol položaja
22. doseganje 0 položaja z eno operacijo
23. možnost vzdolžnega pomika vsaj 340mm

Tehnični podatki:

- 24. širina mizne plošče skupaj s stranskimi tirnicami vsaj 590 mm
- 25. dolžina osnovne mizne plošče min 1000mm
- 26. debelina antidekubitusne blazine najmanj 80 mm
- 27. blazine morajo zagotavljati stabilen položaj pacienta, imeti morajo antidekubitusne lastnosti, biti morajo elektroprevodne, enostavne za čiščenje in vzdrževanje
- 28. podvozje mora biti iz nerjavečega materiala, odpornega na čiščenje in razkuževanje in izdelavo, ki omogoča enostavno čiščenje in razkuževanje na celotni konstrukciji. Površina podvozja mora biti ravna brez rež in stikov, kar omogoča enostavno čiščenje.
- 29. nosilnost OP mize vsaj 300kg

Dodatki:

- 30. segment mizne plošče iz karbonskih vlaken, dolžine 1200 mm (ustreza tudi dolžina 1180 mm), ki omogoča RTG prosojnost v vseh smereh. Namesti se na osnovno mizno ploščo.
- 31. debelina antidekubitusne blazine najmanj 80 mm.
- 32. blazine morajo zagotavljati stabilen položaj pacienta, imeti morajo antidekubitusne lastnosti, biti morajo elektroprevodne, enostavne za čiščenje in vzdrževanje
- 33. na ploščo je možno namestiti stranske tirnice (vključiti v ponudbo) na obeh straneh za fiksiranje opornic za roke. Ustrezna je tudi miza, ki ima stranske tirnice integrirane v plošče.
- 34. opornici (2x) za roki, dolžina vsaj 600 mm, opornik se fiksira direktno na stransko tirnico.
- 35. opornici morata biti rotirajoči, vsaj 90° - do odročenja, da omogočijo uporabo stranskega RTG
- 36. opornici za roko morata biti oblazinjeni z antidekubitusnimi blazinami in omogočati VELCRO fiksacijo rok.
- 37. ročni IR ali Bluetooth brezžični daljinski upravljalnik
- 38. mobilna napajalna enota za daljinski upravljalnik

Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Rok dobave: največ 60 dni od prejema naročila.

Ostale zahteve naročnika:

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor – Oddelek za pljučne bolezni
- popuste in rabate;
- garancija: 24 mesecev (v času garancije mora biti vključeno preventivno vzdrževanje opreme)
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, šolanje za pravilno in varno uporabo opreme, preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe in davek na dodano vrednost.

Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

Rok za sprejem ponudb: **10. februar 2026 do 12:00 ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **460-44(807202)/2025-8**.

Opomba:

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (**SKLOP 2: NABAVA MOBILNE OPERACIJSKE MIZE**) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: NABAVA OPERACIJSKIH MIZ Z VZDRŽEVANJEM, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 21. 11. 2025, številka objave JN009118/2025-EUe16/01. Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3.

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek za investicije v opremo