

LISTA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTEV 2018/2019

1. DEZINFEKCIJA KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA IN ČAS DELOVANJA	Priprava osnovne raztopine
DECONEX HLD PA 5 L +aktivator + testni trakovi (prej ANIOXYDE)	Perocetna kislina	Po aktivaciji = 5- 15 min Neobremenjena raztopina - rok 14 dni po aktivaciji; obremenjen raztopina se testira dnevno s trakovi. Pri vidni kontaminaciji potrebno raztopino menjati.	Aktivator dodamo v 5l plastenko in celotno vsebino prelijemo v kad. Ne redčimo!
SEKUSEPT AKTIV (Henkel E.) 6kg	Perocetna kislina	1% - 60 min, 2% - 5 min Sporocidno 2% - 15 min	1% - 10 g/1l vode (2%) 20g / 1l vode
SEKUSEPT PLUS 2 L (Henkel ECOLAB)	Glukoprotamin, aromatski alkohol	1,5% - 60 min, 3,0% - 30 min 4,0% - 15 min,	<u>1,5%</u> =15ml /985 ml vode; 4%=40ml /960ml vode

2. SPLOŠNA DEZINFEKCIJA TRDIH POVRŠIN

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA IN ČAS DELOVANJA	Priprava osnovne raztopine
SURFANIOS PREMIUM (CITRON) 2l	Sestavine z aktivnim protimikrobnim delovanjem in nosilno raztopino	0,25% vodna raztopina - nanesti, pustiti da se posuši, ne brisati vsaj 15 minut	0,25%=2,5ml/ 1L vode oz. 20ml/8l vode
ANIOS OXY FLOOR	Natrijev perkarbonat perocetna kislina	0,5% vodna raztopina - nanesti, pustiti da se posuši, ne brisati vsaj 15 min	25g /5 l vode
ETHANOLUM 70% (lekarna UKC)	Etanol	Nerazredčen	Nerazredčen

*Dodatno (za manjše površine)

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA IN ČAS DELOVANJA	Priprava osnovne raztopine
SURFASAFE spray	Vodna raztopina s protimikrobnih delovanjem, EDTA, Didecildimetilamonij. klorid, surfaktanti	Nerazredčen (1-5 minut) Na noroviruse - 30 minut	Nerazredčen (prebristati in pustiti, da se posuši)
*ETHANOLUM 85%-za virusne okužbe-po navodilu KOBO (lekarna UKC)	Etanol	Nerazredčen	Nerazredčen (prebristati in pustiti, da se posuši)
Perform prašek (za razkuževanje opreme - tudi za inkubatorje)	Na osnovi aktivnega kisika	0,5% vodna raztopine	5g/1l vode, prebristati, pustiti 30 minut

3. DEZINFEKCIJA PREDMETOV in OPREME

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA IN ČAS DELOVANJA
ETHANOLUM 70% (lekarna UKC)	Etanol	Nerazredčen
CLINIK DES AL spray 1l	Etanol in propanol- 2 ol	Nerazredčen, 30 sek do 5 minut(plesni), nanesemo na površino in pustimo, da se posuši; ne spiramo
SANI CLOTH ACTIV PDI Brezalkoholni robčki, za sonde in materiale občutljive na alkohol	Didecildimetilamonijev klorid, surfaktanti	Nerazredčen. Prebrišemo površino sonde, ki se naj posuši, ne spiramo!
SANI CLOTH 70 alkoholni (za fonendoskope - prej Anios robčki)	Etanol, didecil dimetil amonijev klorid	Nerazredčen. Prebrišemo površino FONENDOSKOPA, ki se naj posuši, ne spiramo!
INCIDIN OXYFOAM spray* (pri okužbah s C.difficile)	Vodikov peroksid, voda	Nerazredčen. Omočimo/nanesemo na površine in pustimo, da se posuši- 3 minute za C.difficile , ne spiramo! Rokavice!
CLINELL SPOROCIDAL WIPES* - robčki za UZ sonde in ostale občutljive materiale (pri okužbah s C.difficile)-2018/19	Vodikov peroksid, vodna raztopina	Prebrišemo površine in pustimo, da se posuši-ne spiramo! Uporaba rokavic!
INCIDIN suhi robčki	Nanesemo 1,5 l razkužila (vrsta razkužila je odvisna od potrebe)	Z omočenimi robčki prebrišemo površino, pustimo da se posuši, ne spiramo!

*po posvetu s KOBO

4. ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA HEMODIALIZNIH APARATOV

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA IN ČAS DELOVANJA
PURISTERIL (Fresenius)	Perocetna kislina, očetna ksl, vodikov peroksid	Hladna dezinfekcija hemodializnih aparatov (upoštevanje navodil proizvajalca)
CITROSTERIL (Fresenius)	Hidroksiocetna kislina	Upoštevanje navodil proizvajalca

5. HIGIENSKO UMIVANJE TELESA IN OKOLICE RAN

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA IN ČAS DELOVANJA
PUREBA SAN MEDICAL tekoče milo 0,5l PALMIL MEDICAL 1l	Akt. učinkovine za umivanje	Nerazredčen. Umivati 30 sek, nato izplakniti z vodo.
PRONTOSAN razt.,	Polihexanid, betain	Nerazredčen: za čiščenje na površini rane; prodira v globino rane (tudi pri bolnikih z MRSA); uporabna do 8 tednov po odprtju

6. DEZINFEKCIJSKO UMIVANJE TELESA

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA
DERMANIOS SCRUB 4% 0,5L in 5 L	Klorhexidin glukonat	Nerazredčen nanesti na vlažno kožo ali lase, vtirati, izprati po 30 sek.
ANIOSEPT MANUCLEAR NPS HF 500 ml	Didecildimethyl amonijev klorid	Nerazredčen nanesti na vlažno kožo ali lase, vtirati, izprati po 30 sek.
0,05% SOLUTIO CHLORHEXIDINI GLUCONAS - sterilni (lekarna KC Ljubljana)	Klorhexidin glukonat	Nerazredčen nanesti na kožo, brez izpiranja.

OCTENISAN LOSION* za umivanje 0,5 L ali 1L	Oktenidin	Nerazredčen. Za telo: 1 min, nato izperemo, za lase-z vodo, kot običajen šampon.
---	-----------	--

*Dodatno: Po potrebi- po posvetu s KOBO!

7. DEZINFEKCIJA ROK

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA
DEZIKIM DERM V1 1L DEZIKIM DERM V1 0,5 L	82,5 g etanola+5,3g propan2ol+0,5g lauril dimetil benzil amonijev klorid	Nerazredčen Higiensko razkuž.rok: 3 ml-30 sek Kirurško razkuž.rok: 2x3ml-90 sek
ETHANOLUM 70% z glicerolom (lekarna UKC MB)	Etanol z glicerolom	Nerazredčen Higiensko razkuž.rok: 3 ml - 30 sek
STERILLIUM GEL PURE 0,5 L	85% etanol v obliki tiksotropnega gela	Nerazredčen Higiensko razkuž.rok: 3 ml-30 sek Kirurško razkuž.rok: 2x3ml-90 sek
NEX HAND GEL* 0,5 L SKINMAN SOFT PROTECT 0,5L	Etanol 85g/100 g v obliki tiksotropnega gela oz. 89g/100g v obliki raztopine	Nerazredčen. Higiensko razkuž.rok: 3 ml-30 sek Kirurško razkuž.rok: 2x3ml-90 sek

* pri virusnih okužbah (popolni virucid)-posvet s KOBO!

***Dodatno: za CTM in pri alergijah na ostala razkužila:**

PLIVASEPT BLUE	Klorheksidin glukonat, etanol	Nerazredčen 5 ml - 1 min
----------------	-------------------------------	-----------------------------

8. DEZINFEKCIJA OPERACIJSKEGA POLJA, VBODNIH MEST IN KOŽE PRED MANJŠIMI POSEGI

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA
BRAUNODERM obarvan 1L	2-propanol, PVP	Nerazredčen : 15 sek - 1 min virustatično 2 min
BRAUNOL 7,5% 1 L	Povidon jod (vodna raztopina)	Nerazredčen: 2x5 ml - 5 min

***Dodatno:Po potrebi-pri alergijah na jod, za razkuževanje manjše površine kože:**

SPITADERM spray 250 ml SPITADERM 500 ml raztopina	2-propanol, klorheksidinglukonat, vodikov peroksid	Nerazredčen - 1 min
CHLORHEXIDIN 2% neobarv.,obarv. za uvažanje CVK in dezinfekcijo OP polja	Klorheksidin glukonat, etanol	Nerazredčen - 30 sek.
SENSO PROTECT robčki za kožo (45X90 mm)	70% izopropopanol	

9. DEZINFEKCIJA RAN IN SLUZNIC

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA	Priprava osnovne raztopine
BRAUNOL 7,5%	Povidon jod	Razredčen z vodo 1:3 - 5 min	2,5 dcl Braunola+7,5 dcl vode
SKINSEPT mucosa	Klorheksidin glukonat, etanol, H ₂ O ₂	Nerazredčen: 5 ml- 1 min	Nerazredčen
OFENOSEPT raztopina	Oktenidinijev hidroklorid, fenoksietanol, glicerol	Nerazredčen: 1 min	Nerazredčen
3% SOL. H ₂ O ₂ (lekarna UKC)	Vodikov peroksid	Nerazredčen: 2x5 ml-5 min	Nerazredčen

10. DEZINFEKCIJA PITNE VODE

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA	Priprava osnovne raztopine
IZOSAN G 1 kg	Natrijev dikloroizocianurat dihidrat	1,5-2g/m ³	1,5-2g na 1000 l vode

11. SREDSTVA ZA ROČNO IN ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA STEKLA IN KIRURŠKIH INSTRUMENTOV

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA	Priprava osnovne raztopine
INNOCID ID-IC 35 1L -	Kvarterne amonijeve spojine +Encimski kompleks	2% vodna raztopina 5 min (dnevna menjava raztopine)	20ml /980 ml vode
GIGAZYM konc.2l	Encimski detergent	0,5-2%; 15-5 min (dnevna menjava raztopine)	0,5%=5ml/995 ml hladne vode 2%=20 ml/980 ml hladne vode

12. SREDSTVA ZA STROJNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA STEKLA IN KIRURŠKIH INSTRUMENTOV

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA
DECONEX 41 STS 5kg	Organske kisline, korozijski inhibitor	0,5-3ml/L (odmerjanje odvisno od trdote vode). Navodila proizvajalca.
ENDODIS (razkužilo)	Na osnovi perocetne kisline	odmerjanje odvisno od trdote vode. Navodila proizvajalca.
ENDODET (detergent)	Na osnovi perocetne kisline	odmerjanje odvisno od trdote vode. Navodila proizvajalca.
ENDOACT (aktivator)	Aktivator	odmerjanje odvisno od trdote vode. Navodila proizvajalca.
NEODISHER ALKA 300 (dr. WEIGERT)	Natrijev hipoklorit, fosfati	Odmerjanje je avtomatsko in odvisno od stroja. Navodila proizvajalca.
NEODISHER SEPTO DA (dr. WEIGERT)	Heksahidrotiazin, alkoholi	Odmerjanje je avtomatsko in odvisno od stroja. Navodila proizvajalca.
NEODISHER TS (dr. WEIGERT)	Neionski tenzidi, organske kisline	Odmerjanje je avtomatsko in odvisno od stroja. Navodila proizvajalca.
DECONEX MINERALACID (Borer Chemie)	Tekoče sredstvo za nevtralizacijo	Po navodilih proizvajalca
SEKUMATIC FRE (Henkel ECOLAB)	Tekoče alkalno sredstvo	Preko črpalke 3-5 ml/L. Navodila proizvajalca.
SEKUMATIC FD (Henkel ECOLAB)	Tekoče sredstvo za dezinfekcijo	Preko črpalke 10 ml/1L - 5 min pri 60°C. Navodila proizvajalca.

*Dodatno: Ostala sredstva za strojno čiščenje, ki jih ni na listi razkužil, jih pa zahtevajo proizvajalci za svoje stroje, se po potrebi naročajo v lekarni.

13. SREDSTVA ZA NEGO KOŽE PO UMIVANJU IN RAZKUŽEVANJU

NAZIV IZDELKA (proizvajalec)	AKTIVNA UČINKOVINA	KONCENTRACIJA, ČAS DELOVANJA
BAKTOLAN LOTION	Losion za nego kože	Nerazredčen.

*Pri MRSA nosilstvu/okužbi je potreben posvet z ZOBO/infektologom in dogovor glede uporabe sledečih sredstev :

PRONTODERM (polihexanid+betain) alternativa klorhexidinu: dekolonizacija bolnikov z MRSA

- **raztopina**: uporaba na mestu uporabe (bolniki na postelji), ni čiščenja in ni mila.
- **pena**: za celo telo, lasišče; ni potrebno spiranja.
- **oral (PRONT ORAL)**: protimikrobna raztopina za izpiranje ust za MRSA dekontaminacijo.
- **gel nasal**: za dekolonizacijo MRSA v nosu - postopki enaki kot za BACTROBAN.
- **gel 100 ml**: za celo telo.

OFENOSEPT (OCTENISEPT) (oktenidin)-za dekolonizacijo MRSA, če postopek s PRONTODERM ni uspešen (v vseh izvedbah- gel, oral, raztopina)