

Štev.: 462-21(810203)/2019-2

Dne: 16. 7. 2019

**ZADEVA: 1. Popravek razpisne dokumentacije**

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »Nakup naprave za magnetno resonanco 1,5 T na Radiološkem oddelku v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje osmih let po poteku garancijske dobe«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 24. 6. 2019, št. objave JN004421/2019-B01 in v Uradnem listu EU, št. objave 2019/S 120-293507, kot sledi v nadaljevanju:

1. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (2. točka poglavja 2.11.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost) in sicer določilo:

»da zagotavlja vodjo del po Gradbenem zakonu (Ul. RS, št. 61/71 in 72/17); v nadaljevanju GZ), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje,
- mora biti oseba, ki izpolnjuje osnovne pogoje za vodjo del za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ«

se nadomesti z naslednjim določilom:

»da zagotavlja vodjo del po Gradbenem zakonu (Ul. RS, št. 61/71 in 72/17); v nadaljevanju GZ), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je zaposlen pri izvajalcu ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ali pri podizvajalcu, ki prevzame izvedbo GOI del,
- mora biti oseba, ki izpolnjuje osnovne pogoje za vodjo del za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.«

2. Naročnik spreminja obrazec OBR-11 (Seznam priglašenega kadra) v delu naziva pod zap. št. 1:

»Vodja del za vodenje gradnje oziroma vodja (vseh) del bo:«

se nadomesti z:

»Vodja del za vodenje GOI del (oz. vodja vseh GOI del) bo:«

3. Naročnik spreminja OBR-4 (vzorec pogodbe), naziv v točki X. Odgovorni predstavniki pogodbenih strank in sicer se naziv:

»Vodja del za vodenje gradnje na strani izvajalca«

nadomesti z:

»Vodja del za vodenje GOI del (oz. vodja vseh GOI del) na strani izvajalca bo«

4. Nova zahteva 1.4 iz Specifikacije zahtev naročnika se glasi:  
Dolžina gantrya- skupaj s pokrovi največ 170 cm
5. Obstoječa oprema lahko ostane last ponudnika, ponudnik pa mora z opremo razpolagati v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

Naročnik zaradi navedenega spreminja obrazec predračuna (OBR-3). Nov obrazec je razviden iz priloge tega dokumenta,

6. Naročnik spreminja drugi in tretji odstavek 20. člena vzorca pogodbe (OBR-4) ter četrti odstavek 4 člena vzorca pogodbe o vzdrževanju opreme (OBR-5) kot sledi:

V objavljenem vzorcu pogodbe (OBR-4) se drugi in tretji odstavek 20, člena vzorca pogodbe nadomestita z:

»Odzivni čas za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. odzivni čas za pričetek daljinske odprave napake je **4 ure** od pisne prijave napake s strani uporabnika (na elektronski naslov skrbnika na strani izvajalca, naveden v 12. členu pogodbe).

Rok za odpravo napake je največ **72 ur** od prihoda izvajalca - serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. od pričetka daljinske odprave napake.«

V objavljenem vzorcu pogodbe o vzdrževanje opreme (OBR-5) se četrti odstavek 4. člena vzorca pogodbe o vzdrževanju opreme nadomesti z:

»Odzivni čas izvajalca za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku oz. odzivni čas za pričetek daljinske odprave napake je štiri (4) ure po prejemu pisnega obvestila (e-pošta na e-naslov iz 3. člena), popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 72 urah od prihoda izvajalca - serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. od pričetka daljinske odprave napake.«

7. V specifikaciji zahtev naročnika se doda zahteva št. 8.4.-A, ki opredeljuje lastnosti injektorja kontrastnega sredstva, ki prav tako ustreza naročniku:

Ustreza tudi injektor kontrastnega sredstva s sledečimi lastnostmi

- Črpanje kontrastnega sredstva neposredno iz steklenice
- Troglavi injektor ima nastavek za 2 steklenici KS od 10ml 200ml ter 1 nastavek za fiziološko raztopino od 100ml-1000ml
- Možnost nastavitve pretoka od 0,01-10ml/sec v korakih po 0,1ml/sec
- Možnost nastavitve omejitve tlaka do 17Bar (246,6 PSI), zaradi roll pump tehnologije sistem omogoča manjše pritiske
- Možnost nastavitve do 6 faz injiciranja, v vsaki je lahko faza za fiziološko raztopino in/ali kontrast
- Možnost avtomatiziranega izpiranja nastavljenih kanalov s fiziološko raztopino in

- možnost testiranja nastavljenih kanalov kot neodvisna funkcija
- Terminal na dotik s programsko opremo za delo MR preiskav
- Operativni ekran na dotik v sobi za preiskave
- Konstantna kontrola količine uporabljenega KS in fiziološke raztopine tekom preiskave
- Možnost shranjevanja do 10 protokolov
- WI-FI povezava med injektorjem in MR aparatom (brez kablov)

8. Naročnik iz Specifikacije zahtev naročnika črta sledeči zahtevi, ki se nanašata na izvedbo šolanja:

Zahteva št. 12.3. Izobraževanje mora imeti poseben sklop za uporabo aparata na področju radioterapije.«

Zahteva št. 12.4. Ponudnik omogoči obisk centra, ki enako aparatur (ali podobnih specifikacij in funkcionalnosti) istega proizvajalca, klinično uporablja že vsaj eno leto za namen radioterapije in diagnostike. Ponudnik krije stroške izobraževanja, naročnik pa potne in namestitvene stroške.

9. Naročnik iz vzorca pogodbe (OBR-4) črta sledeča odstavka, ki se nanašata na šolanje:

»Izobraževanje mora imeti poseben sklop za uporabo aparata na področju radioterapije.«

»Izvajalec omogoči obisk centra, ki enako aparatur (ali podobnih specifikacij in funkcionalnosti) istega proizvajalca, klinično uporablja že vsaj eno leto za namen radioterapije in diagnostike. Izvajalec krije stroške izobraževanja, naročnik pa potne in namestitvene stroške.«

## Oddelek nabave opreme

### Priloge:

- Obrazec predračuna OBR-3 – popravek 1
- Vzorec pogodbe: Obrazec OBR 4 - popravek 1
- Vzorec pogodbe o vzdrževanju opreme: Obrazec OBR-5 – popravek 1
- Obrazec OBR 11 - popravek 1
- Specifikacije zahtev naročnika – popravek 1

### Objavljeno:

- na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- na spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/> )