

Štev.: 460-E-DS-550/19
Dne: 27.09.2019

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 19.08.2019, številka objave JN005858/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 20.08.2019, številka objave 2019/S 159-392255, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Ident 980656
Naročnik zahteva tudi gobico z držalom dolžine 20cm (3 kos).
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
2. Ident 950038
Naročnik pri identu 950038 dodaja pri opisu identa dikcijo »ali enakovredno« ter spreminja količino na 5 kos.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
3. Ident 950618
Naročnik pri identu 950618 spreminja količino na 15 kos.
4. Ident 980206
Pravilna dolžina igla je 23GX2,9CM (1 kos).
5. Identi 980206, 980655 in 980656
Naročnik pri identih 980206, 980655 in 980656 dopušča pri zaščitnih folijah odstopanje +10 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
6. V skupini 11 pod identu 980716, 980722, 980715, 980720, 980719, 980723, 980721, 980718, 980717, naročnik umika zahtevo, da je uspešnost podprta z najmanj 5 - 7 študijami.
7. Naročnik spreminja opis na identu 694541, kot sledi:
Brizge za 12 urno uporabo za kontrast in fiziološko raztopino za injektor Stellant, volumen 2x 200 ml, cevke za polnjenje kontrasta in fiziološke raztopine z nepovratnim ventilom, povezovalni T-element z varovanim kontaktom za preprečitev naključnih kontaminacij pri rokovanju, kataloška številka SDS MP1, ali enakovredno.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
8. Naročnik spreminja opis na identu 694568, kot sledi:
Cevke za povezavo na pacienta za injektor Stellant za 1x uporabo z dvema nepovratnima ventiloma in varovanim kontaktom za preprečitev naključnih kontaminacij pri rokovanju, dolžina 250 cm, kataloška številka SPD 250, ali enakovredno.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

9. Ident 980707

Prišlo je do napake. Pravilno se glasi: »kompatibilen z žico 0,018 inch in uvajalom 4F«. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).