

Štev.: 460-E-DS-620/19

Dne: 22.11.2019

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE II“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 22.10.2019, številka objave JN007411/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 23.10.2019, številka objave 2019/S 205-498733, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, kot sledi:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 09.12.2019 do 12.00**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **09.12.2019** in se bo začelo **ob 13.00** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 29.11.2019 do 12.00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 27.11.2019.

2. Naročnik iz predmetnega javnega naročila izvzema ident 908172.

3. Naročnik bo na svoji spletni strani www.ukc-mb.si objavil popravljene tehnične in strokovne zahteve.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati popravljene tehnične in strokovne zahteve.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).

Priloga:

- Popravljene tehnične in strokovne zahteve

PRILOGA K SPECIFIKACIJI ZAHTEV NAROČNIKA

POPRAVLJENE TEHNIČNE IN STROKOVNE ZAHTEVE

Oprema za skupino II

Ponudnik mora ponuditi v brezplačno uporabo za čas trajanja okvirnega sporazuma svojo najnovejšo opremo in zagotoviti brezplačni servis, in sicer:

- 1 pogonsko enoto in 7 ročnikov za upravljanje z roko
- 1 pogonsko enoto in 1 ročnik z nožnim upravljanjem (pedalka)
- Artroskopsko črpalko - 2 črpalke

Črpalka mora zagotavljati enojni in dvojni pretok in mora imeti možnost različnih nastavitev vodnih pritiskov

Ob namestitvi opreme v OP dvorani je potrebna edukacija, na stroške ponudnika.

Potrošni material za skupino II – SPLOŠNI POGOJI

Od rezalnih instrumentov (brivnikov oz. brusilnikov) se pričakuje, da so različnih dimenzij, tako po širini kot dolžini in različnih oblik (konstrukcij), saj se bodo uporabljali za različne sklepe in sicer za artroskopske operacije kolena, kolka, gležnja, komolca, zapestja in tudi hrbtenice. Rezalni instrumenti morajo biti prilagojeni za mehka tkiva in tudi za kosti, vendar ni potrebno, da oboje hkrati.

Brivniki naj bodo dimenzij od 3,8 mm (lahko tudi še 3,5 mm, ne pa tanjši) do 5,5 mm. Brivnik mora imeti možnost obračanja v levo ali desno in izmenično tudi v obe smeri - tako imenovano oscilirajoče gibanje.

Ident 908164 BRIVNIK I

Za odstranjevanje mehkih tkiv naj bodo brivniki širine od 3,8 mm (lahko tudi še 3,5 mm, ne pa tanjši) do 5,5 mm in dolžine od 12,5 do 13,5 cm.

Ident 908165 BRIVNIK II

Za odstranjevanje kostno hrustančnih okvar naj bodo brivniki širine od 4 mm do 5 mm in dolžine od 12,5 do 13,5 cm, s prosojnim nastavkom zaradi potrebne vidljivosti in zaščite med posegom. Rezila le teh naj imajo vsaj 8 žlebov zaradi zagotavljanja optimalnega odstranjevanja odbritih delov.

Ident 908166 BRIVNIK III

Za odstranjevanje določenih mehkih tkiv (npr. sinovije) naj bodo brivniki širine od 4 do 5 mm in dolžine od 12 do 13 cm, s prosojnim nastavkom zaradi potrebne vidljivosti in zaščite med posegom. Rezila le teh naj imajo vsaj 6 žlebov zaradi zagotavljanja optimalnega odstranjevanja odbritih delov.

Ident 908167 BRIVNIK IV

Za agresivno odstranjevanje določenih mehkih tkiv (npr. brazgotine, tumorji...) naj bodo brivniki širine od 4 do 5 mm in dolžine od 12 do 13 cm, z zagotavljanjem dvojne nazobčanosti za hitro in učinkovito odstranjevanje.

Ident 908168 BRIVNIK V = BRUSILNIK

Za odstranjevanje kostnih delov naj bo brusilnik ali okrogle ali ovalne oblike širine od 4 do 5 mm in dolžine od 12 do 13 cm. Rezila le teh naj imajo vsaj 8 žlebov zaradi zagotavljanja optimalnega odstranjevanja odbrušenih delov.

Ident 908169 BRIVNIK VI

Za odstranjevanje meniskusov naj bodo brivniki širine 4 mm in dolžine 13 cm. Zunanji del brivnika naj bo konične oblike, kar omogoča lažji dostop do meniskusa. Rezilo brivnika naj bo elipsoidne oblike in prilagojeno na zunanji del, prav tako zaradi lažjega dostopa.

Ident 908173 NASTAVEK ZA POVRTAVANJE

Nastavek za povrtavanje subhondralne kostnine naj ima sveder dolžine od 4 mm do 6 mm, debeline 1.5 mm, pod kotom vsaj 45°.