

Številka: 460-E-EN-GZ-181/19

Datum: 7. 11. 2019

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **APARAT ZA MERJENJE RECIRKULACIJE IN KRVNEGA PRETOKA V ARTERIOVENSKI FISTULI (1 kpl)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava aparata za merjenje recirkulacije in krvnega pretoka v arteriovenski fistuli po sledeči specifikaciji zahtev:

- aparata za merjenje recirkulacije in krvnega pretoka v arteriovenski fistuli kot. npr. NephroFlow proizvajalca D. Med Healthcare ali enakovredno.

Aparat vključuje:

- naprava z napajalnikom
- zaslonom na dotik - 15"
- UDS senzor
- držalo baterije
- baterijski paket
- polnilec in napajalni kabel
- 1x USB ključek
- pokrov naprave
- univerzalni voziček in univerzalna košara
- plošča za univerzalni voziček

Tehnične specifikacije: D.med NephroFlow TM :	
Mere (HxWxD); teža	400 x 380 x 220 mm; in 5.5 kg
Ultrasonic Dilution Sensor (UDS):	
Mere (HxWxD); teža	20mm x 20mm x 32mm in 120g
Natančnost, domet in ločljivost:	
Pretok krvi	Natančnost: $\pm 6\%$ odčitka $\pm$ odmik 10 ml / min Merilno območje: do $\pm 2,0$ l / min Ločljivost: 1 ml / min
Dostopni tok/Access Flow:	Natančnost: $\pm 15\%$ odčitka ali ± 100 ml / min (večja napaka obeh je pomembna) Merilno območje: do 4,0 l / min Ločljivost: 10 ml / min
Recirkulacija	Natančnost: Če je recirkulacija $> 3\%$: $\pm 3\%$ (npr. Recirkulacija 15% je lahko med 12% - 18%) Merilno območje: 0–100% Ločljivost: 1%
Ultrazvok:	
Acoustic output data	Frekvenca 2.25 MHz, pr < 1 MPa, Ispta < 20 mW/cm ² , Iob < 100 mW/cm ² ,

Naročnik je v Specifikacijah zahtev naročnika navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **11. november 2019 do 12. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **460-E-EN-GZ-181/19**.

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave opreme:

Grega Zrimšek