

# SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA

## PREDMET NAROČILA: NABAVA POMIVALNEGA STROJA

Pomivalno-dezinfekcijski stroj z doziranjem tekočih medijev (PROSTOSTOJEČ)

### **1. Namen**

Zamenjava obstoječega pomivalno dezinfekcijskega stroja zaradi dotrajanosti in nabava novega. Pomivalno dezinfekcijski stroj bomo uporabljali za pomivanje in dezinfekcijo otroških stekleničk in dud v mlečni kuhinji Klinike za pediatrijo.

Način pranja posode je s sistemom vstavljanja košar v stroj.

### **2. Opis stroja**

- pomivalno dezinfekcijski stroj,
- nastavljive noge po višini,
- skupne dimenzije stroja (dolžina x globina x višina) cca. 600x600x835 mm
- konstrukcija izdelana iz nerjavne pločevine, ki je odporna na korozijo,
- program za pranje otroških stekleničk (dezinfekcija se izvede termično),
- dezinfekcija mora potekati skladno s standardom EN ISO 15883,
- temperatura pranja najmanj 55°C,
- elektronska nadzorna plošča, ki diagnosticira napake in število ciklov,
- elektronski prikaz temperature pranja in izpiranja,
- izpis na elektronski nadzorni plošči mora biti v slovenskem jeziku,
- funkcija EcoDry (*po koncu pranja se vrata avtomatsko odprejo, ko temperatura v pomivalni komori pade pod 70°C, pomiti predmeti se tako hitreje posušijo*),
- brezšivno zavarjena pomivalna komora iz nerjavečega materiala (*ni možnosti zadrževanja nečistoč*),
- nadzor tlaka pomivanja (*optimalno pranje*),
- predpriprava za zunanji dozirni sistem pralnega sredstva in dezinfekcijskega sredstva (tekoči medij),
- priključni set, sestavljen iz: cevi za vodo, odtočne cevi in električnega kabla.

### **3. Oprema, ki se ponudi skupaj s pomivalnim strojem:**

- zgornja košara, spodnja košara.

### **4. Ravnanje**

- posluževanje s pomočjo folijske tipkovnice,
- stroj mora zagotavljati varno rokovanje,
- stroj ne sme vplivati na poslabšanje mikroklima v delovnem prostoru (temperatura, vlaga, hrup).

## **5. Priključek**

- na razpolago so obstoječi priključki, saj gre za zamenjavo dotrajanega, pomivalnega stroja (za dotok in odtok vode, elektrika),
- električna moč 3,3 kW,
- napetost AC 230/50,
- hrupnost <70dB.

## **6. Ostale zahteve**

- Dobavitelj se obveže, da bo šolal osebje za pravilno uporabo, rokovanje in čiščenje aparata.
- Priloženi morajo biti vsi dokumenti (navodilo za uporabo / delovanje naprave, vzdrževanje v slovenskem jeziku; izjavo o skladnosti - CE izjava; električni načrt; garancijski list, zagotovljen servis - odzivni čas 12 ur).
- Izveden mora biti funkcionalni preizkus naprave.
- Pomivalno dezinfekcijski stroj mora ustrezati *Direktivi o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS, razred IIb*.
- Montažo izvede dobavitelj na ključ.