

Številka: 451-72-EN(810202)/2020-1

Datum: 22. 7. 2020

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA OSCILACIJSKE ŽAGE (1 KOM)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava oscilacijske žage po sledeči specifikaciji zahtev:

1. oscilacijska žaga mora ustrezati za prežaganje prsnice pri izvedbi kardiokirurških posegov,
2. oscilacijska žaga mora delovati na baterijski pogon,
3. glava žage mora omogočati nastavitev rezanja okoli svoje osi po stopnjah 45 stopinj,
4. izdelana mora biti iz kvalitetnih materialov, ki se lahko avtoklavirajo,
5. vsebovati mora: oscilacijsko žago na ročniku in baterijo, baterijska žaga z baterijo mora biti kompatibilna z obstoječim polnilcem baterije Aesculap GA677,
6. rezilo za večkratno uporabo dimenzije 35/20/0.5/0.8MM, 35/75/0.7/0.9MM in 35/10/0.5/0.8MM
7. oscilacijski žagi mora biti priložen ustrezen aluminijasti kontejner z mrežo s pritrdišči, v katerem se lahko žaga varno sterilizira.

Opomba: V kolikor ponujena oprema ni kompatibilna z obstoječim polnilcem, mora ponudnik ponuditi dodatno še polnilec.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **24. julij 2020 do 13. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si z oznako **451-72-EN(810202)/2020-1.**

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave opreme:

Grega Zrimšek