

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Specifikacija zahtev naročnika
 - 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
 - 2. Predračun - rekapitulacija (OBR-2)
 - 2.1 Predračun za opremo, potrošni material in vzdrževanje (OBR-2.1)
 - 3. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3)
 - 4. Vzorec vzdrževalne pogodbe (OBR-4)
 - 5. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-5)
 - 6.1 Pooblastilo za pridobitev podatkov za pravne osebe (OBR-6.1)
 - 6.2 Pooblastilo za pridobitev podatkov za fizične osebe (OBR-6.2)
 - 7. Podatki o podizvajalcu, soglasje podizvajalca (OBR-7)

Priloga:

- ESPD obrazec
- Črtne kode artiklov

Številka povabila: 460-46-(810203)/2020-2

Datum: 27 .8. 2020

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za dobavo blaga:

Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:

**Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s
konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne
impedančne tomografije**

B) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

avgust, 2020

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v specifikaciji zahtev naročnika.
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega materiala v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3.
Trajanje naročila:	Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo opreme, pogodbo o vzdrževanju opreme za obdobje 7-ih (sedmih) let, za potrošni material pa bo sklenil okvirni sporazum za obdobje 4-ih (štirih) let.
Rok za oddajo ponudb:	Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 do 30. 9. 2020 do 12:00 ure (Glej točko 2.5 teh navodil).
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 9. 2020 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 (Glej točko 2.6 teh navodil).

Svet zavoda UKC Maribor je na 26. redni seji, dne 12. 8. 2020, sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2020, katerega sestavni del je tudi plan investicij, v sklopu katerega je v okviru donacijskih sredstev, ki so že zagotovljena, načrtovana tudi nabava ventilatorja, ki je predmet tega javnega naročila.

Predmet tega javnega naročila je tudi:

- **dobava potrošnega materiala za opremo** za obdobje 4-ih (štirih) let,
- **preventivno vzdrževanje opreme** (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in **korektivno vzdrževanje opreme** (odprava napak) za obdobje 7-ih (sedmih) let po poteku garancijske dobe.

Definicije preventivnega, korektivnega vzdrževanja in vzdrževanja v garancijskem roku:

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in

izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu UKC Maribor z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Vzdrževanje v garancijskem roku: v času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila, kot so navedena v točki 2.11. teh navodil.

1.2.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) (OBR-7),
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-1),
- priložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-7).

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz 1. točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vključitev novega podizvajalca, če to lahko vpliva na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo podizvajalca.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje (OBR-7), na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

1.2.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo poslovodečemu za podpis pogodb in/oz. okvirnega sporazuma.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen ESPD obrazec.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11. teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz 1. točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.11.1. in 1. pogoj v točki 2.11.2.1. (1. točka); preostale pogoje iz točke 2.11.2. pa lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec Predračun podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 14. 9. 2020 do 10:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

¹ <http://www.enarocanje.si>

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne bo presejala zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v **informacijski sistem e-JN** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika²). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. obrazec podatki o ponudniku (OBR-1) za vse gospodarske subjekte v ponudbi,
2. obrazec predračuna – rekapitulacija (OBR-2),
3. obrazec predračuna za opremo, vzdrževanje in potrošni material (OBR-2.1) **vključno z vso dokumentacijo**, ki je na obrazcu zahtevana,
4. vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3),
5. vzorec pogodbe o vzdrževanju opreme (OBR-4),
6. vzorec okvirnega sporazuma (OBR-5),
7. izpolnjena pooblastila za pridobitev podatkov za fizično osebo (OBR-6/1);
8. izpolnjena pooblastila za pridobitev podatkov za pravno osebo (OBR-6/2);
9. obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
10. ES izjave o skladnosti za ponujeno opremo;
11. Lastno izjavo, da bo do podpisa okvirnega sporazuma v zahtevani obliki predložil GTIN – črtne kode za ves potrošni material

Ponudnik mora najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma za potrošni material naročniku predložiti v zahtevani obliki seznam GTIN – črtnih kod za ves potrošni material.

Opomba:

² [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove razpisne dokumentacije (npr. rok dobave, garancijski rok, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo ali s podizvajalcem ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca ali zmogljivost drugega subjekta, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),
- ESPD obrazec,
- izpolnjena pooblastila za pridobitev podatkov za fizično osebo (OBR-6/1);
- izpolnjena pooblastila za pridobitev podatkov za pravno osebo (OBR-6/2);

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati³ (z enotnim pečatom), vsako stran vzorca kupoprodajne pogodbe (OBR-3), vzdrževalne pogodbe (OBR-4) in okvirnega sporazuma (OBR-5) pa je potrebno tudi parafirati. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca, za katerega je zaželeno, da je poleg obvezne XML oblike predložen tudi v PDF datoteki. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

- v razdelek »Drugi dokumenti« naloži celotno ponudbo,
- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Rekapitulacija v PDF datoteki, ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb,
- v razdelek »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v XML obliki ali nepodpisan ESPD v XML obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v PDF. obliki, ali v elektronski obliki podpisan XML.

2.4 Izpolnitev obrazcev v ponudbi

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

³ V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga, temu ponudniku ni potrebno žigosati (z enotnim pečatom) navedenih obrazcev.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2.11 teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdil ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

Gospodarski subjekt si mora naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj računalnik, ter ga nato uvoziti na portal javnih naročil⁴ (izberete zavihek ESPD in nato označite »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne sme spreminjati končnice datoteke. Ta dokument mora gospodarski subjekt izpolniti, natisniti, ter izpolnjenega in podpisanega predložiti v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

2.5 Rok za predložitev ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 30. 9. 2020 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

⁴ <http://www.enarocanje.si>

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=20454.

2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **30. 9. 2020** in se bo začelo **ob 13:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...).

2.11 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.11.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima

pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

- **Dokazilo:** ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi in

- **Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizično in pravno osebo (OBR-6/1 in OBR-6/2):** za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega

subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in za pravno osebo.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali ima ta oseba stalno prebivališče v drugi državi članici in lahko naročnik dokazilo iz te točke pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da dobi dokazilo naročnik. V kolikor dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države in bo moral gospodarski subjekt predložiti potrdila iz kazenske evidence.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.2 Pogoji za sodelovanje

2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednja pogoja:

1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji).

oziroma v primeru tujega ponudnika

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Dokazilo: ESPD obrazec.

2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:

1. da zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo.

Dokazilo: ESPD obrazec.

V primeru, da bo ponudnik zagotavljal ta pogoj z drugim gospodarskim subjektom, mora v ponudi predložiti tudi ESPD obrazec za ta gospodarski subjekt.

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrdilo proizvajalca opreme, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje le-te.

Ponudnik lahko potrdilo predloži že v ponudbo.

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

2.12 Tehnične zahteve

Tehnične zahteve so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo, vzdrževanje in ves potrošni material.

2.13 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v obrazce predračunov vpisati cene in vrednosti v evrih (EUR).

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popusti in rabati, zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni.

Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Cene in končna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

2.14 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV).**

Naročnik bo navedeno merilo pri ocenjevanju ponudb uporabil na naslednji način:

1. Vrednost ponudbe za opremo v EUR brez DDV;
2. Vrednost potrošnega materiala za opremo za obdobje 4-ih (štirih) let v EUR brez DDV;
3. Vrednost vzdrževanja za obdobje 7-ih (sedmih) let v EUR brez DDV.
= končna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (1+2+3)

Končna ponudbena vrednost je seštevek ponudbene vrednosti za opremo, vzdrževanje in potrošni material.

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo končno ponudbeno vrednost. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu gospodarskemu subjektu, ki bo izžreban prvi.

2.15 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik **mora v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

2.16 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do **29. 3. 2021**.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.17 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE, POGODBE O VZDRŽEVANJU IN OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik in izbrani ponudnik bosta za dobavo opreme sklenila kupoprodajno pogodbo po določenih vzorca kupoprodajne pogodbe (OBR-3) iz točke 4 točke 2.3 teh navodil, pogodbo o vzdrževanju opreme po določenih vzorca pogodbe o vzdrževanju opreme, za obdobje 7-ih (sedmih) let, iz točke 5 točke 2.3 teh navodil (OBR-4), za dobavo potrošnega materiala pa okvirni sporazum za obdobje 4-ih (štirih) let po določenih vzorca okvirnega sporazuma (OBR-5) iz točke 6 točke 2.3 teh navodil.

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbi in okvirni sporazum najkasneje v roku 5 (pet) dni od naročnikovega poziva k podpisu, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

IV KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz kupoprodajne pogodbe, okvirnega sporazuma in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojuje posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3, ZJN-3A in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07).

V PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11, 60/17 in 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00541120.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico na naslov naročnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev
Oddelek nabave opreme
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: **Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije**

Ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.

Ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti.

I. OPREMA – Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije

Ventilator za dolgotrajno mehansko predihavanje nedonošenčkov, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 30 kg, s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo otrok vsaj do 12 kg.

1. Načini/Tipi/Oblike predihavanja

1.1 IPPV/IMV/CMV z vsaj:

- 1.1.1. tlačno kontroliranimi vdih (PC), z varnostno omejitvijo dihalnega volumna
- 1.1.2. nastavlјivim stalnim pretokom
- 1.1.3. nastavlјivima pretokoma za vdih in izdih

1.2. Sprožena (trigerirana), sinhronizirana ventilacija: SIPPV/PTV, SIMV z vsaj:

- 1.2.1. tlačno kontroliranimi vdih (PC), z varnostno omejitvijo dihalnega volumna
- 1.2.2. ventilacijo z zagotovljenim dihalnim volumnom (npr. VG/VTG/TTV ali ekvivalent)

1.3. Načini neinvazivne ventilacije z vsaj:

- 1.3.1. CPAP načinom z nastavlјivim tlakom in nastavlјivim stalnim pretokom
- 1.3.2. CPAP načinom z nastavlјivim tlakom in samodejno nastavlјivim stalnim pretokom
- 1.3.3. tlačno podporo (npr. PS/PSV ali ekvivalent) z nastavlјivim stalnim pretokom ali nastavlјivima pretokoma med vdihom in izdihom ter omejitvijo predolgega časa tlačne podpore
- 1.3.4. podporo z zagotovljenim dihalnim volumnom (npr. PSV+VG/VTG/TTV)
- 1.3.5. z varnostno rezervno ventilacijo v primeru izostanka spontanega dihanja (t.i. Apneja/Backup ventilacija)

1.4. Visokofrekventno oscilacijsko ventilacijo (HFV/HFO/HFOV) z vsaj:

- 1.4.1. nastavljivo frekvenco vsaj v območju 5-20 Hz in nastavljivim srednjim tlakom Pmean vsaj v območju 0-30 cmH₂O
- 1.4.2. nastavljivo amplitudo oscilacij vsaj do 100 cmH₂O/mbar in nastavljivim I:E razmerjem oscilacij. Oscilacije morajo biti aktivne, torej s forsiranim pozitivnim in negativnim tlakom.
- 1.4.3. oscilacijsko ventilacijo v načinu CPAP in IMV (samostojna oscilacija ali oscilacija v kombinaciji s kontroliranim vdihi)
- 1.5. NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj:
 - 1.5.1. kompenzacijo puščanja
 - 1.5.2. neinvazivno ventilacijo vsaj v načinih CPAP (nCPAP), IPPV (nIPPPV) in HFO (nHFO).
 - 1.5.3. Aparat naj bo potrjen oz. certificiran za uporabo nHFO
 - 1.5.4. sinhronizirano neinvazivno ventilacijo vsaj v načinih CPAP (S-nCPAP) in IPPV (S-nIPPPV), pri čemer naj bo občutljivost prožilnika sinhronizacije nastavljiva, prav tako naj prožilnik deluje tudi ob velikih puščanjih, zato naj uporablja alternativni način proženja (npr. NAVA ali Peso ali abdominalni senzor), ki naj deluje tudi za spremljanje morebitne apneje. Prožilnik naj deluje za proženje vdiha in za proženje izdiha.
 - 1.5.5. uporabo NIV ventilacije z dvocevnim dihalnim sistemom in uporabo NIV z enocevnim dihalnim sistemom oz. t.i. demand flow fluidic flip sistemom po principu benveniste ventila
 - 1.5.6. ročno ali avtomatsko nastavitvijo pretoka
 - 1.5.7. neinvazivno dihalno podporo ZVP-zdravljenje z visokimi pretoki (t.i. NHFC/HFOT/NHFT)
- 1.6. APNEA varnostna ventilacija z nastavljivim intervalom apneje, PC kontroliranimi vdihi in možnostjo izbire delovanja (np.r 1 sam stimulativni vdih ali popolna varnostna ventilacija)
- 1.7. Ventilator naj ima vgrajen zaprto-zančni način regulacije FiO₂ glede na izmerjene vrednosti SpO₂ in nastavljeno želeno območje SpO₂ (t.i. Closed loop FiO₂ controller, kot so CliO₂, CLAC, PRICO ali ekvivalent). Na ekranu naj bo prikazan trend regulacije s preteklimi in sedanjimi vrednostmi z nastavljivim časom trenda, ter ocenjeno naslednjo regulacijo (predikcijo). Podatki zaprto-zančne regulacije se morajo prenašati tudi v obposteljne monitorje (na oddelku Philips).

2. Nastavitve

- 2.1. Pri spremembi načina ventilacije naj bodo na ekranu hkrati prikazane trenutne nastavitve in nastavitve novega načina ventilacije
- 2.2. Aparat mora omogočati kalibracijo pretočnega senzorja pred ali med samo ventilacijo
- 2.3. Nastavitve parametrov konvencionalne ventilacije morajo omogočati vsaj:
 - 2.3.1. frekvenco dihanja vsaj do 200 vdihov/min
 - 2.3.2. nastavev inspiratornega časa v območju vsaj med 0,1 do 2,0 sekunde, s hkratnim prikazom nastavljenega ekspiratornega časa vsaj v območju med 0,2 do 30 s in I:E razmerja vsaj v območju med 2:1 do 1:50
 - 2.3.3. Inspiratorni pretok mora biti nastavljiv vsaj v območju med 2 in 30 l/min
 - 2.3.4. Ekspiratorni pretok mora biti nastavljiv vsaj v območju med 2 in 10 l/min

- 2.3.5. Inspiratorni tlak mora biti nastavljen vsaj v območju med 10-50 cmH₂O/mbar
- 2.3.6. PEEP tlak mora biti nastavljen vsaj v območju med 0-30 cmH₂O/mbar
- 2.3.7. nastavljen ciljni dihalni volumen vsaj v območju med 5 in 200 ml
- 2.3.8. nastavljen omejitveni dihalni volumen vsaj v območju med 5 in 200 ml
- 2.4. Nastavljiva O₂% koncentracija med 21% in 100%
- 2.5. Ventilator mora imeti zaščitni protokol pred dovajanjem previsoke O₂% koncentracije ob aspiraciji
- 2.6. Nastavljiva občutljivost pretočnega prožilnika (triger). Ventilator naj ima vsaj dva alternativna načina proženja (tlačni ali volumski ali električna aktivnost prepone ali abdominalni senzor ali ekvivalent)
- 2.7. Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
- 2.8. Ventilator naj ima tipko za ročno dovajanje vdiha

3. Monitoring

- 3.1. Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok-volumen, z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank, hkratnega prikaza trendov in alarmov, ipd.
- 3.2. Ekran naj omogoča popolno prilagoditev, pri čemer lahko uporabnik sam odreja število in velikost prikazanih krivulj, uporabnik prav tako lahko sam odreja prikaz monitoriranih parametrov, omogoča pa naj tudi hkraten pogled na vsaj 3 krivulje, 2 zanki, nastavitve in monitorirane vrednosti in alarme. Krivulj in zanki naj omogočata časovno in amplitudno ročno ali avtomatsko skaliranje.
- 3.3. Ekran naj omogoča prikaz numeričnih in grafičnih trendov - zgodovinskih podatkov vsaj za čas zadnjih 48 ur, ki naj prikazujejo zgodovino za vsaj 3 parametre hkrati.
- 3.4. Prikaz zank naj omogoča tudi njihovo zamrznitev ter shranitev za kasnejši prikaz kot referenčne zanke.
- 3.5. Monitorirana koncentracija FiO₂. Kalibracija FiO₂ senzorja naj bo samodejna, tudi med delovanjem ventilatorja, pri čemer naj se dovajana koncentracija FiO₂ bolniku ne spremeni.
- 3.6. Monitorirani tlaki (vsaj P_{peak}, P_{mean}, PEEP).
- 3.7. Minutni volumen MV, vdihan in izdihan dihalni volumen V_{ti} in V_{Te} ter % razlike med inspiratornim in ekspiratornim volumnom kot merilo puščanja.
- 3.8. Izračunavanje upornosti dihalnih poti R in podajnosti pljuč in prsnega koša C, hkrati naj ventilator prikazuje tudi indeks prenapihnenosti C₂₀/C.
- 3.9. Skupno frekvenco dihanja in frekvenco spontanega dihanja bolnika ter koeficient izplavljanja CO₂ pri HFO, t.i. DCO₂.
- 3.10. Modul električne impedančne tomografije (EIT) za spremljanje regionalne predihanosti posameznih pljučnih segmentov v realnem času, ki brez neželenega sevanja na ekranu predstavlja področja predihanih in nepredihanih predelov pljuč, področja atelektaz in prenapihnenih delov pljuč. Tehnologija mora imeti na voljo vsaj 6 različnih velikosti pasov za EIT, primernih za nedonošenčka, novorojenca in otroka. EIT tehnologija naj uporablja vsaj 32 kanalni sistem elektrod in senzor pozicije telesa, markerje dodkov in snemanje slik na USB.

II. POTROŠNI MATERIAL

Z. št.	Namen	Vrsta	Strokovne zahteve
1.	EIT pripomočki - EIT jopič	Jopič EIT - neonatalni, obseg 19-22cm	Jopič za EIT, neonatalni, z 32 elektrodami, izdelan iz mehkega tekstilnega materiala, brez kablov, ki bi bili v stiku s kožo novorojenca. Namenjen prsnemu obsegu v območju vsaj med 19 in 22 cm. Jopič naj bo kompatibilen s tehnologijo LuMon EIT monitorja. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.
2.	EIT pripomočki - EIT jopič	Jopič EIT - neonatalni, obseg 22-25,5cm	Jopič za EIT, neonatalni, z 32 elektrodami, izdelan iz mehkega tekstilnega materiala, brez kablov, ki bi bili v stiku s kožo novorojenca. Namenjen prsnemu obsegu v območju vsaj med 22 in 25,5 cm. Jopič naj bo kompatibilen s tehnologijo LuMon EIT monitorja. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.
3.	EIT pripomočki - EIT jopič	Jopič EIT - neonatalni, obseg 25,5-29,5cm	Jopič za EIT, neonatalni, z 32 elektrodami, izdelan iz mehkega tekstilnega materiala, brez kablov, ki bi bili v stiku s kožo novorojenca. Namenjen prsnemu obsegu v območju vsaj med 25,5 in 29,5 cm. Jopič naj bo kompatibilen s tehnologijo LuMon EIT monitorja. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.
4.	EIT pripomočki - EIT jopič	Jopič EIT - neonatalni, obseg 29,5-34,0cm	Jopič za EIT, neonatalni, z 32 elektrodami, izdelan iz mehkega tekstilnega materiala, brez kablov, ki bi bili v stiku s kožo novorojenca. Namenjen prsnemu obsegu v območju vsaj med 29,5 in 34 cm. Jopič naj bo kompatibilen s tehnologijo LuMon EIT monitorja. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.
5.	EIT pripomočki - EIT jopič	Jopič EIT - neonatalni, obseg 34-39cm	Jopič za EIT, neonatalni, z 32 elektrodami, izdelan iz mehkega tekstilnega materiala, brez kablov, ki bi bili v stiku s kožo novorojenca. Namenjen prsnemu obsegu v območju vsaj med 34 in 39 cm. Jopič naj bo kompatibilen s tehnologijo LuMon EIT monitorja. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.

6.	EIT pripomočki - EIT jopič	Jopič EIT - neonatalni, obseg 39-45,5cm	Jopič za EIT, neonatalni, z 32 elektrodami, izdelan iz mehkega tekstilnega materiala, brez kablov, ki bi bili v stiku s kožo novorojenca. Namenjen prsnemu obsegu v območju vsaj med 39 in 45,5 cm. Jopič naj bo kompatibilen s tehnologijo LuMon EIT monitorja. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.
7.	EIT pripomočki - EIT jopič	Jopič EIT - neonatalni, obseg 45,5-53,5cm	Jopič za EIT, neonatalni, z 32 elektrodami, izdelan iz mehkega tekstilnega materiala, brez kablov, ki bi bili v stiku s kožo novorojenca. Namenjen prsnemu obsegu v območju vsaj med 45,5 in 53,3 cm. Jopič naj bo kompatibilen s tehnologijo LuMon EIT monitorja. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.
8.	EIT pripomočki - EIT kontaktna tekočina	EIT kontaktna tekočina	Set: EIT kontaktna raztopina oz. pršilo ter merilec obsega prsnega koša. Kontaktna tekočina naj bo uporabna vsaj 30 zaporednih dni, omogoča naj kompatibilnost z LuMon monitorjem in jopiči. Jopič naj ima del iz raztegljivega materiala za neovirano dihanje.
9.	HFO pripomočki - senzor pretoka	Senzor pretoka	Senzor pretoka namenjen uporabi na enem bolniku. Čim manjši mrtvi prostor, pod 1 ml, meri naj pretoke vsaj v območju do 32 l/min in naj bo kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO.
10.	HFO pripomočki - senzor za FiO2	Senzor za zaprto-zančno regulacijo FiO2	Senzor za zaprto-zančno regulacijo FiO2, kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO, za novorojence v območju teže 3-40 kg. Prikluček kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO.
11.	HFO pripomočki - senzor za FiO2	Senzor za zaprto-zančno regulacijo FiO2	Senzor za zaprto-zančno regulacijo FiO2, kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO, za novorojence v območju teže nad 1 kg. Prikluček kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO.
12.	HFO pripomočki - senzor za FiO2	Senzor za zaprto-zančno regulacijo FiO2	Senzor za zaprto-zančno regulacijo FiO2, kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO, za novorojence v območju teže 3-20 kg. Prikluček kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO.
13.	HFO pripomočki - abdominalni senzor	Abdominalni respiratorni senzor	Abdominalni respiratorni senzor Graseby kapsula za sinhronizacijo dihanja in spremljanje frekvence dihanja. Prikluček kompatibilen z ventilatorjem Leoni plus HFO.

14.	HFO pripomočki - iNO odsesavanje	NO adapter za odsesavanje	NO adapter za odsesovanje plinov. Blok, ki se montira na ekspiratorni ventil ventilatorja Leoni plus HFO in priključkom za aspirator za aktivno odsesovanje z varnostnim mehanizmom.
15.	HFO pripomočki - dihalni sistem	Dihalni sistem za izvajanje ventilatorne HFO in iNO terapije za Leoni plus.	Dihalni sistem za Leoni plus, za novorojenčke, 10 mm, dvojno ogrevan, z vlažilno komoro s samodejnim sistemom polnjenja. Z linijo za spremljanje tlaka, kompatibilno z aparatom Leoni plus. V kompletu s priključki za dovajanje in spremljanje NO in NO2. Cevi dolge vsaj 150 cm, z dodatno cevjo za vlažilec vsaj 50cm. Sistem mora imeti ogrevano inspiratorno in ekspiratorno linijo ter ločljiv Y-del. V kompletu naj bo samopolnitvena vlažilna posodica, ki naj ima plovec za samodejno polnjenje ter cevko za povezavo s steklenico z vbojnim sistemom z zračno odprtino, ki naj bo filtrirana. Prav tako naj bo v sistemu T-člen za izvajanje HFO, vključno s filtrom in kolenom, priključki kompatibilni z ventilatorjem Leoni plus HFO ter senzor pretoka za enkratno uporabo za ventilator Leoni plus. Sistem grelne žice kompatibilen s priključki aktivnega vlažilca Wilamed.
16.	HFOT pripomočki - nosna kanila	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki, velikost S	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki za novorojence, velikost za dojenčke, pretoki vsaj do 8 l/min, potrjena za uporabo vsaj do 7 dni. Nosna kanila naj ima anatomsko oblikovane in ukrivljene nostrile ter kožne podloge na licih, povezovalna cev naj bo raztegljiva. Kanila naj ima možnost izbire strani, na kateri naj bo priključek nosne kanile. Nosna kanila naj vključuje kapico za fiksacijo. Nosna kanila naj bo barvno razločljiva po velikosti. Priključek kanile naj bo vrtljiv, 22/15mm, skladen ISO 5356-1. Vsaki kanili naj bo priložena šablona za izbiro pravilne velikosti, vsaka kanila naj bo pakirana v trdi plastični embalaži.

17.	HFOT pripomočki - nosna kanila	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki, velikost M	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki za novorojence, velikost za otroke, pretoki vsaj do 20 l/min, potrjena za uporabo vsaj do 7 dni. Nosna kanila naj ima anatomsko oblikovane in ukrivljene nostrile ter kožne podloge na licih, povezovalna cev naj bo raztegljiva. Kanila naj ima možnost izbire strani, na kateri naj bo priključek nosne kanile. Nosna kanila naj vključuje kapico za fiksacijo. Nosna kanila naj bo barvno razločljiva po velikosti. Priključek kanile naj bo vrtljiv, 22/15mm, skladen ISO 5356-1. Vsaki kanili naj bo priložena šablona za izbiro pravilne velikosti, vsaka kanila naj bo pakirana v trdi plastični embalaži.
18.	HFOT pripomočki - nosna kanila	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki, velikost L	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki za novorojence, velikost za otroke, pretoki vsaj do 25 l/min, potrjena za uporabo vsaj do 7 dni. Nosna kanila naj ima anatomsko oblikovane in ukrivljene nostrile ter kožne podloge na licih, povezovalna cev naj bo raztegljiva. Kanila naj ima možnost izbire strani, na kateri naj bo priključek nosne kanile. Nosna kanila naj vključuje kapico za fiksacijo. Nosna kanila naj bo barvno razločljiva po velikosti. Priključek kanile naj bo vrtljiv, 22/15mm, skladen ISO 5356-1. Vsaki kanili naj bo priložena šablona za izbiro pravilne velikosti, vsaka kanila naj bo pakirana v trdi plastični embalaži.
19.	HFO pripomočki - adapter	nHFO adapterski set	Adapterski set za izvajanje vseh oblik neinvazivne neonatalne dihalne podpore, vključno z nHFO, nIPPV, nCPAP. Adapterski set naj sestavlja merilna cevka za spremljanje

20.	nIPPV pripomočki	nIPPV maska otroška	Maska otroška obrazna, vel. S, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, ki naj bo ločljivo od školjke maske, trak za nameščanje naj ima tudi linijo preko temena glave in naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen, na spodnjih pa naj ima hitri spojki. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi kolenni-priključka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razločljivi. Maska naj ima nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu ter dihalno cev dolžine vsaj 20 cm z vrtljivim priključkom. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo.
21.	nIPPV pripomočki	nIPPV maska otroška	Maska otroška obrazna, vel. M, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, ki naj bo ločljivo od školjke maske, trak za nameščanje naj ima tudi linijo preko temena glave in naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen, na spodnjih pa naj ima hitri spojki. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi kolenni-priključka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razločljivi. Maska naj ima nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu ter dihalno cev dolžine vsaj 20 cm z vrtljivim priključkom. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo.

22.	nIPPV pripomočki	nIPPV maska otroška	Maska otroška obrazna, vel. L, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maski naj ima mehko silikonsko tesnilo, ki naj bo ločljivo od školjke maske, trak za nameščanje naj ima tudi linijo preko temena glave in naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen, na spodnjih pa naj ima hitri spojki. Maski naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maski naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleno-priključka: koleno za CPAP oziroma eno cevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za eno cevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleno naj bosta barvno razločljivi. Maski naj ima nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu ter dihalno cev dolžine vsaj 20 cm z vrtljivim priključkom. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo.
23.	Neinvazivna podpora CPAP terapija in ventilacija.	Maska za NIV/PSV in CPAP, vseobrazna, otroška vel. S	Maska otroška obrazna, vel. S, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maski naj ima mehko silikonsko tesnilo, ki naj bo ločljivo od školjke maske, trak za nameščanje naj ima tudi linijo preko temena glave in naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen, na spodnjih pa naj ima hitri spojki. Maski naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maski naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleno-priključka: koleno za CPAP oziroma eno cevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za eno cevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleno naj bosta barvno razločljivi. Maski naj ima nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu ter dihalno cev dolžine vsaj 20 cm z vrtljivim priključkom. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo.

24.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Maska za NIV/PSV in CPAP, vseobrazna, otroška vel. M	Maska otroška obrazna, vel. M, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, ki naj bo ločljivo od školjke maske, trak za nameščanje naj ima tudi linijo preko temena glave in naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen, na spodnjih pa naj ima hitri spojki. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleno-priključka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleno naj bosta barvno razločljivi. Maska naj ima nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu ter dihalno cev dolžine vsaj 20 cm z vrtljivim priključkom. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo.
25.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Maska za NIV/PSV in CPAP, vseobrazna, otroška vel. L	Maska otroška obrazna, vel. L, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, ki naj bo ločljivo od školjke maske, trak za nameščanje naj ima tudi linijo preko temena glave in naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen, na spodnjih pa naj ima hitri spojki. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleno-priključka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleno naj bosta barvno razločljivi. Maska naj ima nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu ter dihalno cev dolžine vsaj 20 cm z vrtljivim priključkom. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo.

26.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Komplet za izvajanje nCPAP, nIPPVn SnIPPV ter NHFT/HFOT/NHFC	Komplet za izvajanje neinvazivne dihalne podpore noorojencev in nedonošenčkov, ki naj vključuje vsaj: dihalni sistem enocevni ID 10mm, ogrevan, generator za nCPAP po principu Benveniste ventila oz. t.i. fluidic flip generator, fiksater generatorja z velcro namestitvijo, vsaj 3 nosni vstavki različnih dimenzij, barvno razločljivi, merilnikom velikosti, cev za izplavljanje CO2 iz inkubatorja, samo-polnitveno vlažilno posodico ter nastavek za izvajanje HFOT/NHFC/HFOT. Dihalni komplet naj bo kompatibilen z aparatom in vlažilcem Wilamed. Generator naj bo kompatibilen z vsaj 4 velikostmi mask in 4 velikostmi nosnic.
27.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Bakterijski filter/utišalo	Bakterijski filter/utišalo za nCPAP. Kompatibilen z ekspiratorno linijo nCPAP generatorja.
28.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Abdominalni respiratorni senzor	Abdominalni respiratorni senzor Graseby kapsula za sinhronizacijo dihanja in spremljanje frekvence dihanja. Priključek kompatibilen z ventilatorjem Wilamed Wilaflo Elite.
29.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost XS	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost XS. 5-točkovni trakovi (ne kapice) morajo imeti barvno razločljiv sistem označevanja velikosti, morajo imeti zavihke za namestitev maske ali nosnic ter za fiksacijo generatorja. Trakovi morajo biti kompatibilni z generatorjem nCPAP istega sklopa. Na notranji strani naj bo sloj iz neдрsečega materiala, ki skrbi tudi za zmanjšanje rizika preležanin. Trakovi naj omogočajo 5-točkovno nastavljivo fiksacijo preko nastavljivih velcro trakov.
30.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost S	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost S. 5-točkovni trakovi (ne kapice) morajo imeti barvno razločljiv sistem označevanja velikosti, morajo imeti zavihke za namestitev maske ali nosnic ter za fiksacijo generatorja. Trakovi morajo biti kompatibilni z generatorjem nCPAP istega sklopa. Na notranji strani naj bo sloj iz neдрsečega materiala, ki skrbi tudi za zmanjšanje rizika preležanin. Trakovi naj omogočajo 5-točkovno nastavljivo fiksacijo preko nastavljivih velcro trakov.

31.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost M	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost M. 5-točkovni trakovi (ne kapice) morajo imeti barvno razločljiv sistem označevanja velikosti, morajo imeti zavihke za namestitev maske ali nosnic ter za fiksacijo generatorja. Trakovi morajo biti kompatibilni z generatorjem nCPAP istega sklopa. Na notranji strani naj bo sloj iz neдрsečega materiala, ki skrbi tudi za zmanjšanje rizika preležanin. Trakovi naj omogočajo 5-točkovno nastavljivo fiksacijo preko nastavljivih velcro trakov.
32.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost L	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost L. 5-točkovni trakovi (ne kapice) morajo imeti barvno razločljiv sistem označevanja velikosti, morajo imeti zavihke za namestitev maske ali nosnic ter za fiksacijo generatorja. Trakovi morajo biti kompatibilni z generatorjem nCPAP istega sklopa. Na notranji strani naj bo sloj iz neдрsečega materiala, ki skrbi tudi za zmanjšanje rizika preležanin. Trakovi naj omogočajo 5-točkovno nastavljivo fiksacijo preko nastavljivih velcro trakov.
33.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost XL	Trakovi za fiksacijo nCPAP in nBiphasic generatorja, velikost XL. 5-točkovni trakovi (ne kapice) morajo imeti barvno razločljiv sistem označevanja velikosti, morajo imeti zavihke za namestitev maske ali nosnic ter za fiksacijo generatorja. Trakovi morajo biti kompatibilni z generatorjem nCPAP istega sklopa. Na notranji strani naj bo sloj iz neдрsečega materiala, ki skrbi tudi za zmanjšanje rizika preležanin. Trakovi naj omogočajo 5-točkovno nastavljivo fiksacijo preko nastavljivih velcro trakov.
34.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost S.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost S. Kompatibilna z generatorjem nCPAP istega sklopa. Maska mora biti barvno označena, imeti mora pregledno prozorno polje za pregled prehodnosti nosnic, anatomsko oblikovana. Velikost naj bo označena na sami maski.

35.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost M.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost M. Kompatibilna z generatorjem nCPAP istega sklopa. Maski mora biti barvno označena, imeti mora pregledno prozorno polje za pregled prehodnosti nosnic, anatomsko oblikovana. Velikost naj bo označena na sami maski.
36.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost L.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost L. Kompatibilna z generatorjem nCPAP istega sklopa. Maski mora biti barvno označena, imeti mora pregledno prozorno polje za pregled prehodnosti nosnic, anatomsko oblikovana. Velikost naj bo označena na sami maski.
37.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost XL.	Maska za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost XL. Kompatibilna z generatorjem nCPAP istega sklopa. Maski mora biti barvno označena, imeti mora pregledno prozorno polje za pregled prehodnosti nosnic, anatomsko oblikovana. Velikost naj bo označena na sami maski.
38.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost XS.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost XS. Kompatibilne z generatorjem nCPAP istega sklopa. Nosnice morajo biti barvno označene, anatomsko oblikovane. Velikost naj bo označena na sami maski.
39.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost S.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost S. Kompatibilne z generatorjem nCPAP istega sklopa. Nosnice morajo biti barvno označene, anatomsko oblikovane. Velikost naj bo označena na sami maski.
40.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost M.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost M. Kompatibilne z generatorjem nCPAP istega sklopa. Nosnice morajo biti barvno označene, anatomsko oblikovane. Velikost naj bo označena na sami maski.

41.	Neinvazivna podporna CPAP terapija in ventilacija.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost L.	Nosnice za nCPAP in nBiphasic terapijo, velikost L. Kompatibilne z generatorjem nCPAP istega sklopa. Nosnice morajo biti barvno označene, anatomske oblikovane. Velikost naj bo označena na sami maski.
42.	HFOT pripomočki - nosna kanila	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki, velikost S	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki za novorojence, velikost za dojenčke, pretoki vsaj do 8 l/min, potrjena za uporabo vsaj do 7 dni. Nosna kanila naj ima anatomske oblikovane in ukrivljene nostrile ter kožne podloge na licih, povezovalna cev naj bo raztegljiva. Kanila naj ima možnost izbire strani, na kateri naj bo priključek nosne kanile. Nosna kanila naj vključuje kapico za fiksacijo. Nosna kanila naj bo barvno razločljiva po velikosti. Priključek kanile naj bo vrtljiv, 22/15mm, skladen ISO 5356-1. Vsaki kanili naj bo priložena šablona za izbiro pravilne velikosti, vsaka kanila naj bo pakirana v trdi plastični embalaži.
43.	HFOT pripomočki - nosna kanila	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki, velikost M	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki za novorojence, velikost za otroke, pretoki vsaj do 20 l/min, potrjena za uporabo vsaj do 7 dni. Nosna kanila naj ima anatomske oblikovane in ukrivljene nostrile ter kožne podloge na licih, povezovalna cev naj bo raztegljiva. Kanila naj ima možnost izbire strani, na kateri naj bo priključek nosne kanile. Nosna kanila naj vključuje kapico za fiksacijo. Nosna kanila naj bo barvno razločljiva po velikosti. Priključek kanile naj bo vrtljiv, 22/15mm, skladen ISO 5356-1. Vsaki kanili naj bo priložena šablona za izbiro pravilne velikosti, vsaka kanila naj bo pakirana v trdi plastični embalaži.
44.	HFOT pripomočki - nosna kanila	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki, velikost L	Nosna kanila za izvajanje terapije z visokimi pretoki za novorojence, velikost za otroke, pretoki vsaj do 25 l/min, potrjena za uporabo vsaj do 7 dni. Nosna kanila naj ima anatomske oblikovane in ukrivljene nostrile ter kožne podloge na licih, povezovalna cev naj bo raztegljiva. Kanila naj ima možnost izbire strani, na kateri naj bo priključek nosne kanile. Nosna kanila naj vključuje kapico za fiksacijo. Nosna kanila naj bo barvno razločljiva po velikosti. Priključek kanile naj bo vrtljiv, 22/15mm, skladen ISO 5356-1. Vsaki kanili naj bo priložena šablona za izbiro pravilne velikosti, vsaka kanila naj bo pakirana v trdi plastični embalaži.

III. VZDRŽEVANJE

Ponudnik mora ponuditi preventivno vzdrževanje opreme po navodilu proizvajalca za obdobje sedmih (7) let po primopredaji opreme.

Predmet vzdrževalne pogodbe bo tudi korektivno vzdrževanje. Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v tabeli št 4 (Predračun za vzdrževanje opreme) vpisati ceno delovne ure serviserja. Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu **predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo.**

PONUDNIK

PODATKI O PONUDNIKU

1. Predmet javnega naročila: Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije	
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave _____, številka objave _____ in v Uradnem listu EU, datum objave _____, številka objave _____	
2. Podatki o ponudniku	
2.1 Firma oz. ime:	
2.2 Zakoniti zastopnik(i):	
2.3 Identifikacijska številka:	
2.4 Matična številka:	
2.5 Številka TRR:	
2.6 Naslov:	
2.7 Telefonska številka:	
2.8 Številka telefaksa:	
2.9 Kontaktna oseba:	
2.10 E-mail:	
2.11 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	
3. Skupna ponudba (ustrezno označite X): <div style="float: right; text-align: right;"> DA¹ NE </div> <p>a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _____ (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta).</p> <p>b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.</p> <p>*Ponudnik označi (označi z X) točko a) ali točko b), ter v primeru, da označi točko a) vpiše zahtevani podatek.</p>	

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

¹ V primeru oddaje skupne ponudbe mora ta obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

PONUDNIK

Številka:

Datum:

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

Predmet javnega naročila:

Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije , vzdrževanje opreme za obdobje 7 (sedmih) let in potrošni material za obdobje 4 (štirih) let – po specifikaciji zahtev naročnika	

Opomba:

- V polje vrednost v EUR brez DDV ponudnik vpiše vrednost iz tabele 1 obrazca »Predračun za opremo, vzdrževanje in potrošni material« - (OBR-2.1).
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK

Številka:

Datum:

P R E D R A Č U N

za opremo, vzdrževanje in potrošni material

Predmet javnega naročila:

Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije

Tabela 1:
PREDRAČUN
ZA OPREMO, VZDRŽEVANJE IN POTROŠNI MATERIAL

ZŠ	Opis blaga	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	OPREMA - Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije – 1 kpl	
2.	POTROŠNI MATERIAL za obdobje 4 (štirih) let	
3.	VZDRŽEVANJE Vzdrževanje opreme za obdobje 7 (sedmih) let po primopredaji	
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2+3):		

Opombe:

- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 vpišite vrednost za opremo – Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije, v EUR brez DDV iz Tabele 2 – »Predračun za opremo«.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 vpišite 4-letno vrednost potrošnih materialov za opremo v EUR brez DDV iz Tabele 3 – »Predračun za potrošni material«.
- V polje pod zaporedno št. 3 vpišite skupno vrednost za 7-letno vzdrževanje za opremo, v EUR brez DDV iz Tabele 4 – »Predračun za vzdrževanje opreme«.

Tabela 2:
PREDRAČUN ZA OPREMO

ZŠ	Opis	EM	Količina	Vrednost za 1 kpl v EUR brez DDV
1.	Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije (po specifikaciji zahtev naročnika)	kpl.	1	
		Stopnja (%) DDV		
		Znesek DDV		
		Skupaj vrednost v EUR z DDV		

ZŠ	Oprema:	Proizvajalec:	Tip ponujene opreme:
1.	Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije		

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeno opremo v predhodni tabeli navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Tabela 3:
PREDRAČUN
ZA POTROŠNI MATERIAL

ZŠ	Opis	EM	Okvirna količina za 4 leta	Cena v EUR na EM brez DDV:	DDV (%)	Vrednost (za okvirne količine za 4 leta) v EUR brez DDV:
1.	Artikel pod št. 1 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	8			
2.	Artikel pod št. 2 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	12			
3.	Artikel pod št. 3 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	12			
4.	Artikel pod št. 4 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	12			
5.	Artikel pod št. 5 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	12			
6.	Artikel pod št. 6 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	12			
7.	Artikel pod št. 7 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	12			
8.	Artikel pod št. 8 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	12			
9.	Artikel pod št. 9 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	40			
10.	Artikel pod št. 10 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	40			
11.	Artikel pod št. 11 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	40			
12.	Artikel pod št. 12 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	40			
13.	Artikel pod št. 13 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
14.	Artikel pod št. 14 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	4			

15.	Artikel pod št. 15 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	80			
16.	Artikel pod št. 16 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
17.	Artikel pod št. 17 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
18.	Artikel pod št. 18 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
19.	Artikel pod št. 19 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	20			
20.	Artikel pod št. 20 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	8			
21.	Artikel pod št. 21 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	8			
22.	Artikel pod št. 22 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	8			
23.	Artikel pod št. 23 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	4			
24.	Artikel pod št. 24 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	4			
25.	Artikel pod št. 25 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	4			
26.	Artikel pod št. 26 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	80			
27.	Artikel pod št. 27 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	80			
28.	Artikel pod št. 28 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	80			
29.	Artikel pod št. 29 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	20			
30.	Artikel pod št. 30 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
31.	Artikel pod št. 31 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	20			
32.	Artikel pod št. 32 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
33.	Artikel pod št. 33 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
34.	Artikel pod št. 34 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			

35.	Artikel pod št. 35 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
36.	Artikel pod št. 36 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
37.	Artikel pod št. 37 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
38.	Artikel pod št. 38 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kom	20			
39.	Artikel pod št. 39 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	4			
40.	Artikel pod št. 40 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	4			
41.	Artikel pod št. 41 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	4			
42.	Artikel pod št. 42 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	20			
43.	Artikel pod št. 43 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	20			
44.	Artikel pod št. 44 tehničnih specifikacij potrošnega materiala	kos	20			
				Skupaj vrednost v EUR brez DDV za obdobje 4 (štiri) let		
				Znesek davka		
				Skupaj za plačilo v EUR z DDV za obdobje 4 let		

ZŠ	Opis blaga	Tip blaga oz. kataloška številka	Proizvajalec	Velikost pakiranja (št./paket)
1.	Artikel pod št. 1 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
2.	Artikel pod št. 2 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
3.	Artikel pod št. 3 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
4.	Artikel pod št. 4 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
5.	Artikel pod št. 5 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
6.	Artikel pod št. 6 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			

7.	Artikel pod št. 7 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
8.	Artikel pod št. 8 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
9.	Artikel pod št. 9 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
10.	Artikel pod št. 10 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
11.	Artikel pod št. 11 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
12.	Artikel pod št. 12 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
13.	Artikel pod št. 13 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
14.	Artikel pod št. 14 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
15.	Artikel pod št. 15 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
16.	Artikel pod št. 16 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
17.	Artikel pod št. 17 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
18.	Artikel pod št. 18 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
19.	Artikel pod št. 19 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
20.	Artikel pod št. 20 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
21.	Artikel pod št. 21 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
22.	Artikel pod št. 22 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
23.	Artikel pod št. 23 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
24.	Artikel pod št. 24 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
25.	Artikel pod št. 25 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
26.	Artikel pod št. 26 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			

27.	Artikel pod št. 27 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
28.	Artikel pod št. 28 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
29.	Artikel pod št. 29 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
30.	Artikel pod št. 30 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
31.	Artikel pod št. 31 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
32.	Artikel pod št. 32 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
33.	Artikel pod št. 33 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
34.	Artikel pod št. 34 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
35.	Artikel pod št. 35 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
36.	Artikel pod št. 36 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
37.	Artikel pod št. 37 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
38.	Artikel pod št. 38 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
39.	Artikel pod št. 39 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
40.	Artikel pod št. 40 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
41.	Artikel pod št. 41 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
42.	Artikel pod št. 42 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
43.	Artikel pod št. 43 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			
44.	Artikel pod št. 44 tehničnih specifikacij potrošnega materiala			

Opombe:

- V obrazcu predračuna je navedena predvidena količina potrošnega materiala za obdobje 4 (štirih) let.
- Ponudnik mora v tabeli za vsako vrsto ponujenega blaga navesti tip oziroma kataloško številko, proizvajalca ponujenega blaga ter velikost pakiranja.

- Ponudnik mora za vsako vrsto ponujenega blaga predložiti **tehnično dokumentacijo** (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji **nedvoumno označiti** tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujen potrošni material izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Tabela 4:

PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE OPREME

Z.Š.	Obdobje	Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto	Cena 1. posega (v EUR brez DDV)	Cena 2. posega (v EUR brez DDV)	Cena 3. posega (v EUR brez DDV)	Cena vzdrževalnega oz. vzdrževalnih posegov SKUPAJ (v kolikor jih je predvidenih več) za posamezno leto (v EUR brez DDV)
1.	1. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
2.	2. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
3.	3. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
4.	4. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
5.	5. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
6.	6. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
7.	7. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
SKUPAJ brez DDV v EUR za obdobje 7 let po potrjeni primopredaji						
Stopnja DDV (%) za						
DDV za obdobje 7 let po potrjeni primopredaji (v EUR)						
SKUPAJ z DDV v EUR za obdobje 7 let po potrjeni primopredaji						

1. CENA DELOVNE URE SERVISERJA:

Opis	Cena (v EUR)
Cena delovne ure serviserja – za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV	
Stopnja (%) DDV	
Cena delovne ure serviserja – za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV	

Opombe:

- V stolpcu "Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto " je potrebno vpisati št. načrtovanih rednih vzdrževalnih posegov v vsakem letu uporabe opreme po potrjeni primopredaji.
- Ponudnik vpiše v stolpce "cena posega" cene za posege, ki so predvidene v posameznem letu. Npr. v kolikor je v posameznem letu predviden samo 1 poseg, ponudnik vpiše vrednost samo v stolpec "Cena 1. posega brez DDV". Oz. v kolikor je predvidenih več posegov, ponudnik vpiše vrednosti v potrebno število stolpcev.
- V stolpcu »Vrednost preventivnega vzdrževanja za posamezno leto« je treba za posamezno leto vpisati vrednost, ki zajema tako strošek dela, potne stroške, dnevnice, telefon, ipd. kot tudi strošek vsega potrebnega materiala ter rezervnih delov za preventivno vzdrževanje ponujene opreme po navodilu proizvajalca;
- **Ponudnik mora na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca, specificirati vsa vzdrževalna dela (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni), ki jih je potrebno izvesti po navodilu proizvajalca opreme za vsak posamezni vzdrževalni poseg, in sicer za obdobje 7 (sedmih) let po primopredaji.**
- Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v tabeli vpisati ceno delovne ure serviserja;
- Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo.

Žig in podpis ponudnika:

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE (za opremo)

sklenjena med:

Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka za DDV kupca: SI56644817, matična številka kupca: 5054150

in podjetjem:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka za DDV prodajalca: , matična številka prodajalca:

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Kupec in prodajalec ugotavljata, da je kupec v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za nabavo blaga: **»Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije«**, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave . Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe, št. , z dne in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), ki sta sestavni del te pogodbe. Prodajalec je v roku 8 dni od prejema poziva z dne, naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka 91. člena ZJN-3.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je nabava **Ventilatorja za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije** (v nadaljevanju: oprema), opredeljene v prodajalčevi ponudbi, s katero se je prodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

3. člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- montaža, zagon in funkcionalni preizkus delovanja opreme,
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca,
- odprava napak oz. zagotavljanje brezplačnega delovanja opreme v času garancijske dobe.

Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje opreme.

4. člen

Prodajalec bo dobavo izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi¹:

1.	
2.	

1 Opomba: v primeru sodelovanja s podizvajalci se vpišejo podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- *kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,*
- *izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,*
- *zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.*

Kupec si pridržuje pravico zavrni predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ker bo prodajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, prodajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto glavnega prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega prodajalca.

Prodajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

Prodajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

III. ROK DOBAVE, PRIMOPREDAJA OPREME, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

5. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je treba dostaviti v prostore Klinike za pediatrijo.

Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz 3. člena te pogodbe v roku 60 dni od sklenitve te pogodbe.

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik prodajalca in kupca.

Pooblaščen predstavnik kupca je.....
Pooblaščen predstavnik prodajalca je , tel. št. e-mail: .

6. člen

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo prodajalec kupcu izročil še:

1. tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. navodila za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem jeziku;
3. navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku;
4. garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme.

7. člen

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu vsaj 24-mesečno garancijo.

Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov.

8. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel kupec večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

IV. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

9. člen

Pogodbena vrednost opreme:

ZŠ	Opis	EM	Količina	Vrednost za 1 kpl v EUR brez DDV
1.	Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s	kpl.	1	

	konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije (po specifikaciji zahtev naročnika)			
		Stopnja (%) DDV		
		Znesek DDV		
		Skupaj vrednost v EUR z DDV		

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški (prevozní, špedíterski, carinski, dobave, montaže, šolanja, garancijskega vzdrževanja, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati.

Cene veljajo ddp UKC Maribor – razloženo in montirano v prostore Klinika za pediatrijo.

Cene in pogodbene vrednosti so fiksne in veljajo do dokončanja vseh pogodbenih obveznosti.

Z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta. Osnova za izstavitel računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik za celotno opremo.

Kupec bo skupno vrednost prejete opreme plačal prodajalcu na transakcijski račun prodajalca št. _____ pri banki _____ v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po podpisu primopredajnega zapisnika.

Prodajalec mora poslati kupcu račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V. ODPRAVA NAPAK

10. člen

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma pisno sporočiti prodajalcu (po elektronski pošti). V elektronskem sporočilu prijave napake je potrebno navesti: a) ime uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Serviser proizvajalca bo pristopil k odpravi napake najkasneje v roku 24-ih ur od prejema obvestila o napaki. Napako mora odpraviti v roku 72-ih ur od prejema pisnega obvestila o napaki, sicer bo kupec popravilo naročil pri tretji osebi v breme prodajalca.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po prodajalčevi ponudbi, sicer bo to storil kupec v breme prodajalca.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 1. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

Prodajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser.

VI. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

11. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

VII. KONČNE DOLOČBE

12. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

13. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

14. člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

15. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

16. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.:

V , dne

V Mariboru, dne

PRODAJALEC:

KUPEC:
UKC Maribor

Direktor:

Direktor:
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

VZOREC POGODBE O VZDRŽEVANJU OPREME

sklenjena med:

Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor UKC prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka za DDV: SI56644817, matična številka: 5054150

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka za DDV: , matična številka: .

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila **"Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije"** po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave .

2. člen

Predmet te pogodbe je:

- preventivno vzdrževanje **ventilatorja za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije** (v nadaljevanju: oprema), dobavljene po pogodbi št., z dne, po navodilih proizvajalca
- korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje po poteku garancijske dobe.

Preventivno in korektivno vzdrževanje se iztečeta v sedmih (7) letih po potrjeni primopredaji opreme s strani pogodbenih strank.

Izvajalec bo na opremi izvajal vzdrževanje po navodilih proizvajalca, kot je to opredeljeno v ponudbi, št., z dne, (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Ob zamenjavi delov v sklopu preventivnega vzdrževanja bo izvajalec uporabljal originalne nadomestne dele.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

3. člen

Izvajalec bo storitve vzdrževanja izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:

1.	
2.	

1 Opomba: v primeru sodelovanja s podizvajalci se vpišejo podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

4. člen

Izvajalec bo pristopil k izvajanju preventivnega vzdrževanja po predhodnem dogovoru s predstavnikom oz. pooblaščen osebo naročnika.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju korektivnega vzdrževanja po predhodnem pozivu s strani pooblaščen osebe naročnika, ki se potrdi s pisno naročilnico.

Predstavnik oz. pooblaščen oseba izvajalca je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Predstavnik oz. pooblaščen oseba naročnika je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Poziv pooblaščen osebe naročnika se lahko izvede na telefon št. izvajalca: ali na elektronski naslov izvajalca: .

Odzivni čas izvajalca za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku je dvanajst (12) ur po prejemu pisnega obvestila (na e-naslov iz tega člena), popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 48 urah od prihoda izvajalca - serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku.

5. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da znaša skupni znesek preventivnega vzdrževanja opreme v obdobju 7-ih (sedmih) let EUR brez DDV oz. EUR z DDV:

Z.Š.	Obdobje	Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto	Cena 1. posega (v EUR brez DDV)	Cena 2. posega (v EUR brez DDV)	Cena 3. posega (v EUR brez DDV)	Cena vzdrževalnega oz. vzdrževalnih posegov SKUPAJ (v kolikor jih je predvidenih več) za posamezno leto (v EUR brez DDV)
1.	1. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
2.	2. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
3.	3. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
4.	4. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
5.	5. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
6.	6. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
7.	7. leto od potrjene primopredaje s strani pogodbenih strank					
SKUPAJ vrednost vzdrževanja, brez DDV v EUR za obdobje 7 let po potrjeni primopredaji						
Stopnja DDV (%)						
DDV za obdobje 7 let po potrjeni primopredaji						
SKUPAJ vrednost vzdrževanja, z DDV v EUR za obdobje 7 let po potrjeni primopredaji						

Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbeni znesek preventivnega vzdrževanja glede na dejansko opravljena redna vzdrževalna dela. Cena posameznega preventivnega vzdrževalnega dela (servisa) se zaračuna po cenah iz ponudbe.

Materiali in rezervni deli za korektivno vzdrževanje se bodo obračunavali po ceniku iz ponudbe. Delovna ura serviserja za korektivno vzdrževanje se bo obračunavala po ceni delovne ure serviserja iz ponudbe, ki znaša EUR brez DDV oz. EUR z DDV. Potni stroški, dnevnice in morebitni drugi stroški se pri izvajanju korektivnega vzdrževanja obračunajo v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17).

Naročnik bo račun za preventivno in korektivno vzdrževanje poravnal v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št. pri banki .

Osnova za izstavitve računa je s strani naročnika potrjeno poročilo o opravljenem delu, ki mora biti priloženo računu.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za material in rezervne dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz tega člena.

6. člen

Izvajalec posreduje naročniku po končanem delu poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je potrebno specificirati porabljen material, rezervne dele, opis del in delovni čas. Poročilo potrdi pooblaščen oseba naročnika.

Naročnik je dolžan potrditi poročilo o opravljenem delu v roku enega delovnega dne po prejemu izvajalčevega poročila.

7. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- da bo opremo, ki je predmet te pogodbe, hranil tako, da bo izključena možnost poškodb,
- v prijavi okvare navedel podatke o mestu, kjer se okvarjena oprema nahaja, tip in serijsko številko opreme in opis napake.

8. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da:

- bo pogodbeni dela izvajal kvalitetno in v skladu z navodili proizvajalca opreme;
- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;

- bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet te pogodbe, zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oz. zaradi vgradnje neustreznega materiala;
- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;
- bo izvajal vzdrževanje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki je pooblaščen s strani proizvajalca opreme;
- bo ob zamenjavi delov v okviru vzdrževanja uporabljal originalne nadomestne dele.

9. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno skrivnost in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

10. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

11. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati po potrjeni primopredaji za opremo, dobavljeno po pogodbi, št., z dne, in se sklepa za obdobje sedmih (7) let od primopredaje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da pogodbe ni možno odpovedati pred iztekom navedenega obdobja, razen v primeru, da naročnik iz kakršnih koli razlogov izloči predčasno iz uporabe opremo, dobavljeno na podlagi pogodbe št., z dne..... V tem primeru izvajalec od naročnika ne bo uveljavljal kakršnih koli regresnih zahtevkov oziroma povračila škode iz naslova predčasnega prenehanja vzdrževalne pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalce v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

14. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

15. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Izvajalec:

Naročnik:

UKC Maribor

Direktor:

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (za potrošni material)

sklenjen med:

Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka za DDV naročnika: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150

in gospodarskim subjektom:

ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV: matična številka stranke sporazuma:

I UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Naročnik in stranka sporazuma ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za nabavo blaga: **»Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije«**, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave , z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega materiala v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3.

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranka sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja tega sporazuma.

II PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Predmet tega sporazuma so stalne nabave **potrošnega materiala za Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije** (v nadaljevanju: blago), opredeljeno v Specifikaciji zahtev naročnika in ponudbi stranke okvirnega sporazuma št. , z dne (v nadaljevanju: ponudba), ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ponudba, št. _____, z dne _____ in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del tega sporazuma.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od stranke sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju.

Količine blaga, navedene v Specifikaciji zahtev naročnika, so okvirne. Naročnik se ne obvezuje stranki sporazuma oddati določene količine blaga.

Predmet tega sporazuma so tudi vse dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval naročnik. Navedene nabave blaga bo naročnik izvršil po cenah iz veljavne ponudbe, pri čemer se lahko sporazum spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje količine iz sporazuma ne sme presegati 30% prvotno predvidene skupne vrednosti blaga (prvi odstavek 95. člena ZJN-3) Za izvršitev zgoraj navedenih dobav bosta stranki tega sporazuma sklenili aneks k tem sporazumu.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga.

4. člen

Stranka sporazuma bo dobavo izvedla v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi¹:

1.	
2.	

¹ Opomba: v primeru sodelovanja s podizvajalci se vpišejo podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Stranka sporazuma mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora stranka sporazuma skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil stranko sporazuma najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ker bo stranka sporazuma pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopala skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, stranka sporazuma v skladu z

določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani stranke sporazuma neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto stranke sporazuma poravna podizvajalčevo terjatev do stranke sporazuma.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

Stranka sporazuma za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

III CENE

5. člen

Cene za posamezne vrste blaga – potrošnega materiala iz ponudbe so fiksne v času trajanja tega sporazuma in razvidne iz priloge (ponudbeni predračun potrošnega materiala).

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati. Davek na dodano vrednost je prikazan posebej. Cene veljajo ddp skladišče medicinskega materiala naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja tega sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Vrednost okvirnega sporazuma za celotno obdobje trajanja znaša:

.....(vpíše se vrednost potrošnega materiala izbrane ponudbe za obdobje 4 let, v EUR brez in z DDV).

IV NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

6. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo blago dobavila najkasneje v roku petih (5) dni po prejemu naročila oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče medicinskega materiala.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbela za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dostave blaga.

Stranka sporazuma bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,) oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

Dobavni rok se lahko v soglasju z naročnikom podaljša, v kolikor pravočasna dobava ni mogoča iz razlogov razglašene epidemije, o čemer mora stranka sporazuma naročnika nemudoma obvestiti. Podaljšanje roka iz tega naslova je mogoča le v obdobju trajanja epidemije in v skladu z veljavno zakonodajo.

V PREVZEM BLAGA

7. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi e-dobavnice. E-dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po e- dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko.

Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (e-dobavnica, račun) in nalepki blaga ter škatli.

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, in sicer: z GTIN kodo Package in GTIN kodo Primary.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VI KAKOVOST BLAGA

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VII PLAČILNI POGOJI

9. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun št. _____ v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice.

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

VIII SKRBNIK SPORAZUMA

10. člen

Skrbnik sporazuma za naročnika je:

Skrbnik sporazuma za stranko sporazuma je: _____, tel št.: _____, e-naslov: _____.

IX TRAJANJE SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA

11. člen

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Sporazum prične veljati po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika za opremo, dobavljeno po kupoprodajni pogodbi, št. _____, z dne _____, in se sklepa za obdobje štirih (4) let.

12. člen

Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki tega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje tega sporazuma s sklenitvijo aneksa k sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma. Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma (dodatne nabave in podaljšanje veljavnosti sporazuma) velja omejitev 30 % za vrednost vseh sprememb skupaj.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalce v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če stranka sporazuma nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu stranka sporazuma ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

13. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

V kolikor bi naročnik obstoječo opremo, na kateri se uporablja blago, ki je predmet tega sporazuma, nadomestil z novo, se stranki sporazuma ob podpisu tega sporazuma sporazumeta, da se lahko ta sporazum prekine predčasno.

V takem primeru stranka sporazuma do naročnika ne bo uveljavljala kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve tega sporazuma in s tem posledično manjših dobavljenih količin od okvirnih.

X POGODBENA KAZEN

14. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi stranke sporazuma, lahko naročnik stranki sporazuma zaračuna pogodbeno kazen, in sicer 100,00 EUR z DDV za vsak koledarski dan zamude.

Naročnik pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko stranka sporazuma naročnika, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani stranke sporazuma), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Naročnik mora stranki sporazuma zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo stranke sporazuma mora biti posredovano naročniku na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

XI PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
 - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je ničen.

XII KONČNE DOLOČBE

16. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja tega sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

17. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

18. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Stranka sporazuma:

Naročnik:

UKC Maribor:

Direktor:

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani (ime in priimek pooblastitelja):

pooblaščen naročnika **Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor**, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »**Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije**« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

EMŠO (obvezni podatek):

Naslov stalnega/začasnega prebivališča:

Državljanstvo:

Podpis pooblastitelja:

NAVODILO:

- Obrazec se izpolni in podpiše.
- Obrazec morajo izpolniti osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Obrazec morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe. Ponudnik naloži obrazec v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani (naziv pooblastitelja):

pooblašča naročnika UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »**Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije**« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Matična številka podjetja:

Kraj in datum:

Žig:

Podpis
zastopnika/pooblaščene
osebe ponudnika:

NAVODILO:

- Obrazec se izpolni in podpiše.
- Obrazec morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe. Ponudnik naloži obrazec v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik/glavni izvajalec/prodajalec, izjavljamo, da bomo za izvedbo predmetnega javnega naročila _____ (vpišite št. JN) vključili naslednjega podizvajalca:

1. Podatki o podizvajalcu:

PODIZVAJALEC (naziv podizvajalca):	
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA:	
KONTAKTNI PODATKI (KONTAKTNA OSEBA, TELEFON, TELEFAX, E-NASLOV):	
NASLOV:	
MATIČNA ŠTEVILKA:	
DAVČNA ŠTEVILKA:	
TRANSAKCIJSKI RAČUN (ŠT. IN NAZIV BANKE):	

2. Predmet naročila:

VRSTA DEL OZIROMA DOBAV:	
KOLIČINA:	
VREDNOST (BREZ DDV):	
VREDNOST (Z DDV):	
ROK IZVEDBE TEH DEL OZIROMA DOBAV:	

Datum:

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

PODIZVAJALEC IZJAVLJAM,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu/prodajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca/prodajalca.

Podpis in žig zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Datum:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.

ČRTNE KODE ARTIKLOV

Ponudniki naj seznam GTIN (GTIN = Global Trade Item Number) črtnih kod svojih ponujenih artiklov priložijo v ponudbo. Zahtevane podatke je potrebno posredovati v obliki Excelove tabele z naslednjo strukturo:

- Zaporedna številka
- Naziv artikla
- Kataloška številka artikla
- GTIN koda artikla v polju Package
- GTIN koda artikla v polju Primary (v kolikor obstaja)

Zap.št.	Naziv artikla	Kataloška številka	GTIN koda Package	GTIN koda Primary
---------	---------------	--------------------	-------------------	-------------------

Pri pripravi podatkov je potrebno posredovati obe GTIN kodi artikla:

- **KODA PAKIRANJA ARTIKLA** (Package*)
- **KODO POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU** (Primary**) (v kolikor obstaja)

Prilagamo slikovni primer:

***PACKAGE:**



**** PRIMARY:**



Primer:

(Vir: <https://accessgudid.nlm.nih.gov/>)

DEVICE: ETHIBOND EXCEL (10705031058149)

VIEW ALL SECTIONS | CLOSE ALL SECTIONS

⊖

DEVICE IDENTIFIER (DI) INFORMATION

Brand Name: ETHIBOND EXCEL

Version or Model: X870H

Commercial Distribution Status: In Commercial Distribution

Catalog Number: X870H

Company Name: ETHICON, LLC

Device Description: Green Braided Polyester, Nonabsorbable Surgical Suture

Primary DI Number: 10705031058149

Issuing Agency: GS1

Commercial Distribution End Date:

Device Count: 1

Labeler D-U-N-S® Number: 829465157 [Terms of Use](#)

⊕

DEVICE CHARACTERISTICS

⊕

DEVICE RECORD STATUS

⊖

ALTERNATIVE AND ADDITIONAL IDENTIFIERS

⊖

PACKAGE DI [2]

Package DI Number	Quantity per Package	Contains DI Package	Package Discontinue Date	Package Status	Package Type
30705031058143	36	10705031058149		In Commercial Distribution	BOX

⊕

SECONDARY DI [2]

⊕

UNIT OF USE DI [2]

⊕

DIRECT MARKING (DM) [2]

⊕

PRODUCTION IDENTIFIER(S) IN UDI [2]

⊕

CUSTOMER CONTACT [2]