

Štev.: 460-E-DS-465/20

Dne: 25.09.2020

**ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 03.09.2020, številka objave JN005476/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 04.09.2020, številka objave 2020/S 172-413857, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Za vse ponujene proizvode mora ponudnik v ponudbo priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda.

V Navodilih za izdelavo ponudbe naročnik točko 2.9 Stroški priprave ponudbe, ki glasi:

»Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 7 delovnih dni. V kolikor ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.«,

spreminja tako, da sedaj glasi:

»Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 7 delovnih dni. V kolikor ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.«

2. Ponudniki lahko pod identom 920300 ponudijo tudi aortno zaklopko za perkutano transfemoralno, transaortno in transapikalno implantacijo, ki je primerna za bolnike s premerom aortnega obroča, izmerjenega s TEE med 16mm in 28mm, oziroma s premerom med 18,6mm in 29,5mm izmerjenega s CTA.  
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

3. Ponudniki lahko pod identom 920400 ponudijo tudi ustrezno samoraztegljivo biološko aortno perkutano zaklopko s tremi lističi iz govejega perikarda in z obročem iz svinjskega perikarda, primerno za perkutano transfemoralno ali subklavialno implantacijo z zunanjim premerom katetra za implantacijo zaklopke, ki ne presega velikosti 19 F (6,3 mm), kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5,5 mm in več.
- Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo medicinskega materiala  
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ([www.ukc-mb.si](http://www.ukc-mb.si)).