

Štev.: 460-E-DS-551/20  
Dne: 18.11.2020

**ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „SISTEMI ZA STIMULACIJO GLOBOKIH MOŽGANSKIH JEDER“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 15.10.2020, številka objave JN006386/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2020, številka objave 2020/S 202-488236, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

**1. Ident 822132**

Pod identom 822132 lahko ponudniki ponudijo tudi elektrodo DBS, 8 kanalno, STN, dolžine 30 in 40 cm, razdalja med kontakti 0,5 mm, skupna dolžina kontakta 6 mm, z osmimi kontakti (1-3-3-1), ki omogočajo razširjenje možnosti spreminjanja smeri stimulacije in s tem bolj učinkovito stimulacijo z manj stranskimi učinki.

Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

**2. Ident 873926**

Pod identom 873926 lahko ponudniki ponudijo tudi elektrodo DBS, 8 kanalno, za V.im, Gpi, dolžine 30 in 40 cm, razdalja med kontakti 1,5 mm, skupna dolžina kontakta 6 mm, z osmimi kontakti (1-3-3-1), ki omogočajo razširjenje možnosti spreminjanja smeri stimulacije in s tem bolj učinkovito stimulacijo z manj stranskimi učinki.

Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

**3. Ident 873977**

Pod identom 873977 ponudniki lahko ponudijo tudi 8-kanalni podaljšek dolžine 50, 60 in 90 cm. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

**4. Ident 873993**

Pod identom 873993 lahko ponudniki ponudijo tudi obroček za pritrditev elektrode primeren za odprtine premera 14-17 mm, ki se pritrdi z dvema vijakoma. Set vsebuje bazo, držalo za bazo, 2 vijaka, izvijač, klip in orodje za vstavitve klipa ter pokrovček.

Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

**5. Življenjska doba polnilnih nevrostimulatorjev je lahko od 10 do 15 let.**

**6. Naročnik dopolnjuje točko 5 Druge tehnične zahteve iz Priloge k specifikaciji zahtev naročnika, kot sledi:**

V kolikor sistem izpolnjuje tudi preostale strokovne zahteve, ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen sistem z izbiro med do petnajstimi različnimi programi, pred-nastavljenimi s strani zdravnika.

Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

7. Seznam črtnih kod bo moral izbrani ponudnik naročniku obvezno posredovati v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma.

Služba za nabavo medicinskega materiala  
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ([www.ukc-mb.si](http://www.ukc-mb.si)).