

Številka: 451-139-EN(810202)/2020-1

Datum: 22. 10. 2020

## POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA EKG APARATOV (3 kom)**

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**Predmet naročila je nabava EKG aparatov po sledeči specifikaciji zahtev:**

1. Možnost napajanja iz električnega omrežja in vgrajenih akumulatorskih baterij.
2. Samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen v električno omrežje.
3. Avtonomija delovanja na vgrajene akumulatorske baterije: vsaj 40 EKG posnetkov v trajanju 10 s oz. vsaj 20 EKG posnetkov ob uporabi vakuumskih prisesnih elektrod.
4. Aparat mora biti varen pred defibrilacijo.
5. Aparat naj ima alfanumerično tipkovnico za vpis bolnikovih podatkov.
6. LCD prikazovalnik za prikaz vsaj 3 EKG krivulj in podatkov snemalne procedure.
7. Nazorni prikaz ali zvočni signal ob slabem stiku posamezne elektrode. Aparat mora nakazati posamezno elektrodo, ki ima slab stik ali je izpadla.
8. Možnost aktiviranja filtrov za zmanjšanje mišičnih artefaktov in motenj iz omrežja.
9. Uporabniški vmesnik v slovenskem ali angleškem jeziku.
10. Snemanje 12 kanalnega EKG s hkratnim zajemanjem 12 odvodov.
11. Aparat mora omogočati zajemanje EKG-ja vsaj po metodah Cabrera in Standard.
12. Aparat mora omogočati simultani izpis 12 odvodov na papir formata A4 ali na papir širine A4 formata ( 210 mm) s termopisalnikom ali drugim nemehanskim sistemom zapisa.
13. Aparat mora omogočati samodejni in ročni način zajemanja EKG.
14. Izven aparata se morajo nahajati samo pasivne komponente (kabli brez vgrajenih predojačevalnikov).
15. Omogočati mora zajemanje EKG za odrasle in otroke.
16. Aparat mora imeti interpretacijski algoritem
17. Aparat mora imeti oznako CE za izpolnjevanje kriterijev evropske direktive 93/42/EEC in kriterijev iz standardov SIST/EN/60601.
18. Voziček za aparat.
19. Z aparatom morajo biti dostavljena originalna navodila za uporabo, servisna navodila in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
20. Sistem vakuumskih prisesnih elektrod z nosilcem in črpalko.

V ponudbi obvezno navedite tudi predviden rok dobave ter priložite tehnično specifikacijo za ponujeno opremo.

Oprema, ki je predmet povpraševanja se nabavlja iz razloga nujnosti zaradi razmer neposredno povezanih z epidemijo zaradi COVID-19, zaradi česar bo rok dobave ključen pri izbiri ponudnika.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške;

Rok za sprejem ponudb: **23. oktober 2020 do 14. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: [ales.dobaj@ukc-mb.si](mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si) in [grega.zrimsek@ukc-mb.si](mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si) z oznako **451-139-EN(810202)/2020-1**.

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave opreme:

Grega Zrimšek