

PREDMET: Nakup in montaža IR sistema za brezkontaktno merjenje telesne temperature

PONUDBA MORA VKLJUČEVATI:

- Dobavo sistema za merjenje telesne temperature, ki vključuje (1) binokularno termo kamero, (2) kalibracijsko napravo in (3) računalnik tipa »All-in-one«.
- Stroške montaže opreme
- Stroške namestitve programske opreme in kalibracije sistema
- Izobraževanje uporabnika
- Navodila za uporabo sistema v tiskani in elektronski obliki v slovenskem in angleškem jeziku.

PONUDBENI POGOJI:

- Ponudbene cene so nespremenljive in fiksne in vključujejo vse stroške, ki jih ponudnik potrebuje za dobavo dobrine (blago ali storitev).
- Pravica izdaje računa nastane po pisni potrditvi prevzema dobrine.
- Naročnik plačilo izvede v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.
- Veljavnost ponudbe 60 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb.

DOBAVNI ROKI:

- Skrajni rok dobave in montaže sistema je 15.12.2020.

GARANCIJA:

- Ponudnik nudi garancijo skladno s slovensko zakonodajo, najmanj 12 mesecev na dobavljeno opremo in na storitev montaže, kar med drugim vključuje tudi potrebne nadgradnje pripadajoče programske opreme.

OBVEZNE PRILOGE K PONUDBI:

1. Tehnična dokumentacija in ustrezne informacije o funkcionalnosti in delovanju opreme, iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev za vso ponujeno opremo.
2. Certifikati
3. Ponudba

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- Sistem za avtomatsko brezkontaktno merjenje telesne temperature mora vključevati (1) binokularno termo kamero, (2) kalibracijsko napravo in (3) računalnik tipa »All-in-one«.
- Sistem mora omogočati brezkontaktno merjenje telesne temperature pri večjem številu oseb na razdalji od 1 do 5 metrov ali boljše v trenutku, ko osebe vstopijo v vidno polje kamere, brez ustavljanja.
- Sistem mora zagotavljati točno merjenje temperature, sprejemljivo odstopanje merjenja do največ $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ v notranjem prostoru.
- Sistem mora omogočati prikazovanje vrednosti izmerjene telesne temperature.
- Sistem mora omogočati zvočna in vizualna opozorila v primeru povišane telesne temperature.
- Sistem mora omogočati prikaz termalne in vizualne slike na računalniškem zaslonu.
- Sistem ne sme shranjevati podatkov kot so slike oseb, meritve temperature, videoposnetki ipd.).
- Sistem mora omogočati prikaz do najmanj 9 kamer na en zaslon.
- Ločljivost IR kamere mora biti najmanj 384 x 288 pix
- Ločljivost kamere mora biti najmanj 1920 x 1080, 2MP
- Senzor slike mora biti VOx; 1/1,8" Progressive scan CMOS ali boljše
- Vidno polje mora biti najmanj 37° x 28°
- Goriščna razdalja mora biti 9,7 mm ali boljše
- Sistem mora biti primeren za delovanje v notranjem prostoru od 0°C do +40°C ali boljše.
- Sevalna površina kalibracijske naprave mora biti najmanj 100 x 80 mm.
- Sistem mora vključevati licence in ustrezno delujočo verzijo programske opreme, potrebne za uporabo sistema za merjenje temperature.
- Sistem mora vključevati vse potrebne povezovalne in napajalne kable.
- Sistem mora omogočati namestitev sistema na stenske ali stropne nosilce.