

SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA

1. Ročnik za žaganje, z baterijo – vsaka (Ročnik za žaganje 2-kosa in baterija 2-kosa),
 - Ročnik za žaganje in baterija morata v kombinaciji zadostovati za izvedbo žilnih operacij in malih posegov.
 - Ročnik mora imeti vsaj en sprožilec s funkcijami: oscilacija.
 - Ročnik naj ima možnost spremembo kota uporabe po 90 stopinj do 360 stopinj, koraki do 360 stopinj so lahko tudi manjši.
 - Ročnik mora omogočati priključitve željenih nastavkov za žaganje.
 - Ročnik mora biti izdelan iz trdne kovinske anodizirane aluminijaste konstrukcije.
 - Ročnik mora imeti hermetično zaprt tip motorja.
 - Hitrost oscilacije je najmanj 11000 cpm.
 - Delovanja na baterijo.
 - Ročnik imajo stopnje zaščite pred vdorom IPX6 in IPX8, kar kaže na odpornost proti vdoru vlage ob prisotnosti visokotlačnih vodnih curkov in potopitve do enega metra.
 - Glasnost naj ne presega 100 db, lahko je manj.
 - Teža ročnika naj ne presega 1000g, lahko je manj.
 - Teža baterije naj ne presega 400g, lahko je manj.
 - Baterija naj bo Litij-ionska.
 - Baterija naj ima LED indikator o stanju baterije, dovoljeno je tudi, da je indikator stanja baterije na polnilcu, v kolikor je polnilec vključen v ceno ponudbe.
 - Polnjenje baterije traja do največ 30 minut, lahko manj.
 - Baterija se lahko sterilizira skupaj z ročnikom, ne potrebujete ločene sterilizacije.
 - Baterija ne potrebuje ohišja in zaščite za aseptično vstavljanje.
2. Polnilec za baterijo – 1 kos
 - Polnilec mora omogočati hkratno polnjenje vsaj 2 kosov baterij, lahko več.
 - Na polnilcu mora biti omogočeno polnjenje vsaj dveh različnih velikosti baterij.
 - Vsaka polnilna postaja ima LED indikator o polnjenju baterije.
 - Mora imeti sistem proti drsenju.
 - Možnost montaže na steno.