

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet NMV: Vzdrževanje analitične platforme za hematološke preiskave proizvajalca Sysmex

Način poslovanja in obračunavanja :

Izvajalec bo začel z opraviлом na poziv nadzorne osebe naročnika, ki se potrdi s pisno naročilnico. Naročilnica se izstavi po odobrenem predračunu. Račun se izstavi na osnovi pisne naročilnice in potrjenega delovnega naloga, ki ga potrdi nadzorna oseba. Nadzorna oseba naročnika je vodja oddelka za biomedicinsko tehniko oz. njegov namestnik.

Izvajalec bo pričel z odpravo napake na mestu namestitve aparata najpozneje štiriindvajset (24) ur po prejemu obvestila, popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 5 dneh od začetka aktivnosti oz. v roku, opredeljenem v naročilnici.

Vzdrževanje bo obračunano po pogodbeni ceni servisne (delovne) ure in porabljenih rezervnih delih.

Izvajalec posreduje naročniku po končanem delu poročilo o opravljenem delu, v katerem je specificiran porabljen material in delovni čas. Poročilo potrdi nadzorna oseba.

Naročnik prilaga seznam medicinskih aparatov, ki so predmet javnega naročila:

Proizvajalec in tip	Vrsta aparata	Serijska številka
Sysmex	Hematološki laboratorij	
HST-N 302N	Hematološka linija	
XE-5000	Hematološki analizator	A1953
XE-5000	Hematološki analizator	A2864
TS-500	Tube sorter	4228433
DM-96	CellaVision - sistem za digitalno morfologijo	31873
SP-1000	Sistem za pripravo in barvanje razmazov	A1642
Extended IPU	Ekspertni sistem Extended IPU	
Sysmex	Pljučni oddelek - Pohorje	
KX-21 N	Hematološki analizator	B5203
Sentinel	Urinski laboratorij	
Sentifit 270	Analizator FOB	7229-0377