

Štev.: 460-E-DS-56/21

Dne: 25.02.2021

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za naročilo male vrednosti „Petrošni material za sterilni varilec“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 10.02.2021, številka objave JN000724/2021-W01, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, kot sledi:

Ponudniki lahko ponudijo tudi cevke z zunanjim premerom 3,9-4,5 mm, ter notranjim premerom lumna cevke med 2,9-3,1 mm.

Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor: <https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/>