

Štev.: 460-E-DS-190/21

Dne: 18.05.2021

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „REAGENTI ZA IZVAJANJE PREISKAV LABORATORIJA ZA NUKLEARNO MEDICINO“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 20.04.2021, številka objave JN002503/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 21.04.2021, številka objave 2021/S 077-196713, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik v Strokovnih in tehničnih zahtevah za sklop 1 zahtevo:

- Odzivni čas serviserja mora biti do:
- 24 ur za servisno intervencijo pri naročniku,
- 48 ur (72 ur med vikendom in prazniki) za odpravo napake. V kolikor ponudnik ne uspe odpraviti napake je dolžan zagotoviti nadomestni analizator v tednu dni.

spremnjina tako, da sedaj glasi:

»Odzivni čas za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku oz. odzivni čas za pričetek odprave napake na daljavo, je 24 ur od prijave na telefonsko številko navedeno v prvem odstavku 9. člena Pogodbe o brezplačni uporabi opreme za sklop 1 oz. pisne prijave napake s strani naročnika na elektronski naslov naveden v prvem odstavku 9. člena Pogodbe o brezplačni uporabi opreme za sklop 1. Napako mora odpraviti najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema telefonskega oz. pisnega obvestila o napaki, V kolikor dobavitelj ne uspe odpraviti napake je dolžan zagotoviti nadomestno opremo v roku 7 delovnih dni od pisne prijave o napaki.«

2. Naročnik v Strokovnih in tehničnih zahtevah za sklop 2 zahtevo:

- Odzivni čas serviserja mora biti do:
- 24 ur za servisno intervencijo pri naročniku,
- 48 ur (72 ur med vikendom in prazniki) za odpravo napake. V kolikor ponudnik ne uspe odpraviti napake je dolžan zagotoviti nadomestni analizator v tednu dni.

spremnjina tako, da sedaj glasi:

»Odzivni čas za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku oz. odzivni čas za pričetek odprave napake na daljavo, je 24 ur od prijave na telefonsko številko navedeno v prvem odstavku 9. člena Pogodbe o brezplačni uporabi opreme za sklop 2 oz. pisne prijave napake s strani naročnika na elektronski naslov naveden v prvem odstavku 9. člena Pogodbe

o brezplačni uporabi opreme za sklop 2. Napako mora odpraviti najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema telefonskega oz. pisnega obvestila o napaki, V kolikor dobavitelj ne uspe odpraviti napake je dolžan zagotoviti nadomestno opremo v roku 7 delovnih dni od pisne prijave o napaki.«

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor <https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila>