
Številka povabila: 431-E-EN-SB 215/2021

Datum: 10. 6. 2021

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Popravilo avtomatskega barvalnika za imunohistokemijo ROCHE, DN št. 219734.**

Specifikacija zahtev naročnika:

Naročamo popravilo avtomatskega barvalnika za imunohistokemijo ROCHE, Ventana Benchmark Ultra, S/N: 316265, I/N: 135183.

Napaka: potrebna je menjava dela Assy, Ebar Printer Svc.

Kontaktna oseba:

Igor Rojs, univ. dipl. inž. el.

tel: 02 321 2372

e-pošta: igor.rojs@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 11. 6. 2021 do 12. ure.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Popuste in rabate;
- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špeditorske, carinske, drobni in vezni material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštni naslov:

sanja.belko@ukc-mb.si

Pripravila:

Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved