

Štev.: 460-E-DS-474/21
Dne: 05.08.2021

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „HITRI TESTI ZA COVID 2“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 29.07.2021, številka objave JN005219/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.07.2021, številka objave 2021/S 146-385720, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. V kolikor bo naročnik zahteval predložitev vzorcev, bo potrebno predložiti 1 vzorec.
2. Ponudniki morajo v ponudbo predložiti prospektni material, navodila za uporabo, iz katerih bodo jasno razvidne tehnične specifikacije ponujenega hitrega antigenskega testa (metoda testa, senзитivnost testa, specifičnost testa, da je rezultat testa dokončan v manj kot 20 minutah, validacija ter da ponujeni set vsebuje vso potrebno opremo za odvzem in testiranje; paličice primerne za odvzem sluznice nazofarinksa, kasete za testiranje, razredčina za analizo, kapalke/epruvetke za ekstrakcijo kužnine, delovna postaja za nizanje epruвет).
3. Razpisano pakiranje je 1 kom. – 1 Hitri antigenški test.
4. Ponudniki morajo Ceno brez DDV in Vrednost brez DDV zaokrožiti na dve decimalni števili.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor <https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/>