

Štev.: 460-E-DS-567/21
Dne: 30.08.2021**ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 29.07.2021, številka objave JN005218/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.07.2021, številka objave 2021/S 146-385770, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

Naročnik popravlja opise pri naslednjih identih:

901406	FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA, dim.: 15X20 CM incizijsko - lepljivo območje 10X20 cm sterilno, medicinski pripomoček razred III, pakirano v alufolijo, v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo
901407	FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA, dim.: 44X35 CM incizijsko - lepljivo območje 34X35 cm sterilno, medicinski pripomoček razred III, pakirano v alufolijo, v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo
901408	FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA, dim.: 66X60 CM incizijsko - lepljivo območje. 56X60 cm, medicinski pripomoček razred III, pakirano v alufolijo, v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo
901409	FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA, dim.: 66X45 CM incizijsko - lepljivo območje 56X45 cm sterilno, medicinski pripomoček razred III, pakirano v alufolijo, v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo
901410	OBROČ ZA LAPAROTOMIJE, dim.: 74X74 cm iodiran z incizijskim območjem, šxd 33X43 cm

Skupina 29:

Pri spodaj navedenih identih naročnik popravlja dimenzije.

Ident:901688 podloga za zavijanje 100cmx100cm;

Ident:901689 podloga za zavijanje 110cmx110cm;

Ident:901687 podloga za zavijanje 90cmx90cm.

Vse ostale zahteve ostajajo nespremenjene.

Identi 901261, 901260, 901259, 901258, 901254, 901257, 901256, 901255

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen artikel v kolutu dimenzije 20m. Ponudniki morajo ponujeno ceno preračunati na razpisane metre (25m), zaradi primerljivosti ponudb v fazi analize ponudb.

Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor