

## **DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA**

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO**

### **NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV**

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 10. 8. 2021, številka objave JN005459/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11. 8. 2021, številka objave 2021/S 154-408837.

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Specifikacija zahtev naročnika
  - 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
  - 2. Obrazec rekapitulacije (OBR-2)
  - 3. Vzorec pogodbe za dobavo opreme (OBR-3)
  - 4. Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-4)
  - 5. Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-5)

Priloga:

- obrazec ESPD (Narocnik\_ESPD\_UZ\_aparati.xml)

Številka povabila: 460-33-(810102)/2021-2  
Datum: 6. 8. 2021

## **A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE**

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za blago:

### **NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV**

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:  
**NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV**

**B) NAVODILA PONUDNIKOM  
ZA IZDELAVO PONUDBE**

## I. SPLOŠNO

### 1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	<p><b>NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV</b></p> <p>Naročnik je javno naročilo razdelil na posamezne sklope in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sklop 1: Nabava ultrazvočnega aparata za Radiološki oddelek</li><li>- Sklop 2: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo</li><li>- Sklop 3: Nabava dveh prenosnih ultrazvočnih aparatov za potrebe ambulantne Oddelka za urologijo</li><li>- Sklop 4: Nabava prenosnega ultrazvočnega aparata za potrebe Instituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino</li><li>- Sklop 5: Nabava prenosnega ultrazvočnega aparata za Oddelek za kožne in spolne bolezni</li><li>- Sklop 6: Nabava ultrazvočnega aparata za Urgentni center</li></ul> <p>Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki je predmet tega javnega naročila, v celoti ali za posamezni sklop.</p> <p>Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika.</p>
Vrsta postopka:	<p>Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. <a href="#">91/15</a> in <a href="#">14/18</a>, v nadaljevanju ZJN-3).</p>
Trajanje naročila:	<p>Naročnik bo s ponudnikom, ki bo za posamezni sklop ponudil dopustno ponudbo ter najnižjo končno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV), sklenil pogodbo za dobavo opreme. Rok za dobavo opreme je najkasneje do <b>22.11.2021</b>.</p>
Rok za oddajo ponudb:	<p>Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <a href="https://ejn.gov.si/eJN2">https://ejn.gov.si/eJN2</a> do <b>6. 9. 2021 do 12:00 ure</b> (Glej točko 2.4 teh navodil).</p>
Javno odpiranje ponudb:	<p>Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne <b>6. 9. 2021</b> in se bo začelo <b>ob 12:05 uri</b> na spletnem naslovu <a href="https://ejn.gov.si/eJN2">https://ejn.gov.si/eJN2</a> (Glej točko 2.5 teh navodil).</p>

Predmet javnega naročila bo predvidoma financiran iz evropskih sredstev, in sicer v okviru izvajanja operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«. Glede na to, da sredstva v trenutku objave tega javnega naročila še niso zagotovljena, izvaja naročnik postopek javnega naročila pod odložnim pogojem, ki je vezan na zagotovitev sredstev.

Pogodba za dobavo opreme se bo zaradi navedenega sklenila pod odložnim pogojem in bo pričela veljati, če in ko bo imel kupec zagotovljena sredstva. V primeru zagotovitve sredstev bo naročnik prodajalca o tem pisno obvestil.

Glede na to, da je skrajni rok za vložitev zahtevka za izplačilo opreme v okviru izvajanja operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«, 30. 11. 2021, naročnik v predmetnem javnem naročilu zahteva, da je skrajni rok dobave opreme 22. 11. 2021 ter račun izstavljen najkasneje 23. 11. 2021. V kolikor prodajalec ne bo dobavil opreme, ter izvedel šolanja do navedenega datuma, se bo pogodba v skladu s 104. členom OZ štela za razvezano po samem zakonu. V navedenem primeru naročnik ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti do prodajalca.

## **1.2 Sodelovanje**

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

### **1.2.1 Tuji ponudniki**

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila, kot so navedena v točki 2.10 teh navodil.

### **1.2.2 Skupna ponudba**

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.10 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (točka 2.10.1),
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (točka 2.10.2.1).

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Obrazec rekapitulacije (OBR-2) in obrazec ponudbe za dobavo opreme (ločeno za vsak posamezni sklop) podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

### 1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko [Portala javnih naročil](#)<sup>1</sup>. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 20. 8. 2021 do 10:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

### 1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na [Portal javnih naročil](#).

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

## II. PONUDBA

### 2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

---

<sup>1</sup> <http://www.enarocanje.si/>

## 2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

## 2.3 Predložitev ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec rekapitulacije (OBR-2);
3. ponudbo za dobavo opreme **na lastnem obrazcu** (ločeno za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo), iz katere mora biti razviden tip/model oz. tipi/modeli ponujene opreme oz. ponujenih komponent opreme ter ime/imena proizvajalcev, vključno s tehnično dokumentacijo proizvajalca opreme (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku.  
**Ponudnik mora v ponudbi pripravljene na lastnem obrazcu navesti cene posameznih tipov/modelov ponujene opreme brez DDV, davčno stopnjo ter vrednost opreme z DDV.**
4. izpolnjen vzorec pogodbe za dobavo opreme (OBR-3);
5. **izpolnjeno in podpisano** soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-4) (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
6. **izpolnjeno in podpisano** soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-5) (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
7. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
8. ES izjavo o skladnosti za ponujeno opremo (velja za vsak posamezni sklop).

**Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.**

**Ponudnik mora na vsako stran svojih lastnih obrazcev in prilog označiti, na kateri sklop se nanaša dokument (na vsako stran zgoraj desno navede št. sklopa: npr.: »sklop 1«).**

**V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve izjemoma tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.**

**Iz prejete ponudbe na lastnem obrazcu, predložene ter v skladu z navodili označene tehnične dokumentacije ter lastnih izjav podanih pod kazensko in materialno**

odgovornostjo - potrjenih s strani proizvajalca opreme, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev, ki niso razvidne iz tehnične dokumentacije, jih pa oprema izpolnjuje, mora biti torej nedvoumno razvidno:

- da je ponujena vsa zahtevana oprema iz specifikacije zahtev naročnika v ustrezni oz. zahtevani količini ter
- da ponujena oprema v celoti izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.

Ponudnik mora predložiti vso ponudbeno dokumentacijo iz točke 3 (predračun na lastnem obrazcu, dokazila, prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) ločeno za vsak posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo. Dokumente je potrebno shraniti ločeno v arhivskih mapah v formatu ZIP (\*.zip). Arhivske mape se poimenujejo s »Ponudba za sklop X«, kjer je »X« navedba št. sklopa.

Ostali obrazci in dokazila, ki se nanašajo na vse sklope (v primeru predložitve ponudbe za več sklopov), za katere ponudnik oddaja ponudbo, ponudnik shrani in predloži ločeno.

#### **Opomba:**

*Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove razpisne dokumentacije (npr. rok dobave, garancijski rok, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.*

Obrazci iz točk 1, 2, 4, 5, 6 in 7 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

**Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca (je pa zaželeno).**

**Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge«.**

**Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec rekapitulacije (OBR-2) v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.**

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),



- izpolnjeno in podpisano soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-4),
- izpolnjeno in podpisano soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-5)
- ESPD obrazec.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

### ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev (točka. 2.10.1 teh navodil) in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2.10.2 teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdila ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

Gospodarski subjekt si mora naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj računalnik, ter ga nato uvoziti na [Portal javnih naročil](#) (izberete zavihek ESPD in nato označite »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne smete spreminjati končnice datoteke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

## **2.4 Način in rok predložitve ponudbe**

**Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN),**

ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu:

[https://ejn.gov.si/dam/jcr:673f7730-fbea-4798-a5b8-29ae9f951abf/Navodila%20za%20uporabo%20aplikacije%20eJN2-ponudniki 24.6.2021.docx](https://ejn.gov.si/dam/jcr:673f7730-fbea-4798-a5b8-29ae9f951abf/Navodila%20za%20uporabo%20aplikacije%20eJN2-ponudniki%2024.6.2021.docx)

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>2</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do **6. 9. 2021 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

[https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno\\_jnc\\_podrobno.xhtml?zadevald=5433](https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevald=5433)

## 2.5 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **6. 9. 2021** in se bo začelo **ob 12:05 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

## 2.6 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

---

<sup>2</sup> [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631)

## 2.7 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

## 2.8 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

## 2.9 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) in morebitnega preizkusa delovanja opreme.

Naročnik si pridružuje možnost, da izvede testiranje oziroma funkcionalni preizkus delovanja ponujene opreme (velja za vse sklope). Namen testiranja je ugotavljanje skladnosti karakteristik ponujene opreme s tehničnimi zahtevami / dokumentacijo. Ponudnik bo moral v tem primeru na lastne stroške dostaviti naročniku vso ponujeno opremo iz posameznega sklopa najkasneje v roku 10 dni od prejema pisnega poziva. **Oprema je lahko demonstracijska ali rabljena, mora pa biti enaka ponujeni.**

## 2.10 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

### 2.10.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#) in [95/21](#); v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
  - terorizem (108. člen KZ-1),
  - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
  - ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
  - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
  - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
  - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
  - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**Dokazilo:** ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

**Dokazilo:** ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

**Dokazilo:** ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

**Dokazilo:** ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

## **2.10.2 Pogoji za sodelovanje**

### **2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:**

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednja pogoja:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

**Dokazilo:** ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji)

*oziroma v primeru tujega ponudnika*

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

**Dokazilo:** ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

## **2.11 Tehnične zahteve**

Tehnične zahteve so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

## **2.12 Ponudbena vrednost**

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popusti in rabati, zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni.

V ponudbeno vrednost za opremo je vključeno tudi vzdrževanje opreme, ki ga bo izbrani izvajalec zagotavljal v času vsaj 24-mesečnega garancijskega roka. Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Cene in končna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

## 2.13 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV.**

### Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki bo prej oddal ponudbo.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV in oddalo ponudbo ob istem času, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo končno ceno. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

## 2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik **mora v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- **svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;**
- **gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.**

## 2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do **6. 3. 2022**.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## 2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

## III. SKLENITEV POGODBE ZA DOBAVO OPREME

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi merila iz točke 2.13. teh navodil, sklenil pogodbo za dobavo opreme po določilih vzorca pogodbe iz točke 4 točke 2.3 teh navodil.

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 5 dni od naročnikovega poziva k podpisu pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

#### IV. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe za dobavo opreme in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

#### V. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I, [60/17](#) in [72/19](#)), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00545921.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala [eRevizija](#)<sup>3</sup>.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji

---

<sup>3</sup> <https://www.portalerevizija.si>

ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevki za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.



## C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV

Splošne zahteve za UZ aparate iz vseh sklopov:

- Vsa ponujena oprema iz vseh sklopov mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.
- Ponujena oprema iz vseh sklopov mora imeti ES izjavo o skladnosti.

### SKLOP 1: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA RADIOLOŠKI ODDELEK

Prenosni ultrazvočni aparat.

Tehnične lastnosti UZ aparata:

1. Zahtevane aplikacije: Abdomen, Ožilje, Srce, Pljuča, Majhni deli, MSK, FAST, OB/Gyn.
2. Zahtevani načini dela: 2D, Barvi Dopler, M Mode, THI.
3. Zaradi mobilnosti teža aparata s sondami ne sme presegati več kot 4 kg.
4. Velikost zaslona vsaj 10,5 inch.
5. Aparat mora podpirati brezžično Dicom povezavo.
6. Omogočati mora delovanje na baterije vsaj 4 ure.
7. Dinamično območje vsaj 170dB, zajemanje slik min 70 slik/sek, vsaj 65,000 digitalnih kanalov.
8. Avtomatska optimizacija 2D slike (gain, TGC).
9. Programska oprema za dvosmerno komunikacijo, podpira naj pretok UZ slike v živo, video in zvok, omogča naj dvosmerno uporabo kazalnika.
10. Konveksna sonda, frekvenčnega razpona min od 2 do 5 MHz, kot pogleda vsaj 67 stopinj, minimalno 128 kristalnih elementov.
11. Linearna sonda, frekvenčnega razpona min od 4 do 12MHz, širine min. 34 mm, vsaj 128 kristalnih elementov.
12. Sektorska sonda, frekvenčnega razpona od 1 do 4MHz, vsaj 64 kristalnih elementov, vidno polje min 90 stopinj.
13. Zasčitni ovitek in prenosna torbica.

<b>SKLOP 2: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE ODDELKA ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO</b>
---

**Tehnične lastnosti UZ aparata:**

1. Mobilni UZ aparat z najnovejšo tehnologijo in digitalnim tvorjenjem ultrazvočnih valov.
2. Teža aparata do 76 kg, širina do 51 cm.
3. Vsaj 5 enakovrednih priključkov za sonde z vizualizacijo, ter en priključek za »pencil probe«.
4. Glasnost delujočega aparata naj bo nižja od 30 dB.
5. Hitrost osveževanja 2D UZ slike: vsaj 1400 slik/s.
6. Hitrost osveževanja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: vsaj 70 slik/sekundo.
7. Globina UZ snopa vsaj 30 cm.
8. Vsaj 21,5" LED barvni zaslon z resolucijo najmanj 1920 x 1080, možnost nastavitve po viši najmanj 22 cm, vidni kot pogleda najmanj 178°, monitor mora biti nameščen na vrtljivi ročki z možnostjo sukanja levo/desno +/- 180°.
9. Vsaj 13" zaslon na dotik z resolucijo najmanj 1920 x 1080.
10. Aparat mora biti nastavljen po višini vsaj 10 cm in imeti plavajočo kontrolno ploščo s sukanjem vsaj +/- 90°.
11. Tipkovnica mora biti nameščena pod upravljalnim panelom in izvlekljiva, prav tako mora biti omogočena uporaba tipkovnice na zaslonu na dotik.
12. 4 kolesa z zavorami neodvisno vrtljiva vsako v svojo smer.
13. Držala za odlaganje sond na obeh straneh, ki so odstranljiva (zaradi možne različne postavitve aparata v prostor ter zaradi čiščenja in razkuževanja).
14. HDMI izhod in S-video izhod.
15. Programska oprema za napredno ostrenje robov, najmanj 4 stopnje.
16. Programska oprema za odstranjevanje šumov.
17. Kontinuirana avtomatska optimizacija B slike in optimizacija PW doplerja.
18. Trapezoidni prikaz na linearnih sondah.
19. Način dvojnega prikaza.
20. Brežžična Wi-Fi povezljivost.
21. Omogočeni tkivni harmoniki na vseh ponujenih sondah.
22. Compound imaging pri naslednjih načinih: 2D, Color doppler, Power Doppler.
23. Integriran grelec gela, z vsaj tremi stopnjami nastavitve gretja, z možnostjo premikanja na levo ali desno stran upravljalnega panela.
24. Sistem mora omogočati popoln dostop za oddaljeno podporo in servis preko varnega omrežja.
25. Popoln zagon sistema v največ 90 sek.
26. Načini prikaza:
  - 1.1. 2D, M-mode,
  - 1.2. Color doppler,
  - 1.3. Power doppler,
  - 1.4. PW doppler,
  - 1.5. steerable CW doppler,
  - 1.6. fazno invertiran tkivni harmonik,
  - 1.7. 2D/C mode,
  - 1.8. Split 2D-2D/C mode,
  - 1.9. Dual real-time 2D/C mode,
  - 1.10. 2D/M-mode,
  - 1.11. M-mode,
  - 1.12. color M-mode,
  - 1.13. Anatomical M-mode,
  - 1.14. simultaneous 2D/C/D mode (triplex).

**Pripadajoče ultrazvočne sonde:**

- 27. Linearna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 2,6 – 11,5 MHz, globina vsaj 160 mm, footprint vsaj 60 mm, FOV vsaj 130mm.
- 28. Linearna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 4,3–15,4 MHz, footprint dolžina vsaj 40 in ne več kot 45 mm in kot pogleda vsaj 65mm.
- 29. Linearna sonda - Hockey stick s frekvenčnim razponom vsaj 4.5–18.0 MHz MHz, footprint dolžina vsaj 30 in ne več kot 36 mm in kot pogleda vsaj 68mm.

**Možnost nadgradnje:**

- 30. Linearna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 3.9–12.6 MHz, globina vsaj 160 mm, footprint vsaj 47 mm in ne več kot 50 mm, FOV vsaj 150mm.

<b>SKLOP 3: NABAVA DVEH PRENOSNIH ULTRAZVOČNIH APARATOV ZA POTREBE AMBULANTE ODDELKA ZA UROLOGIJO</b>
---

**Tehnične lastnosti UZ aparata (2 kompleta):**

**UZ aparat:**

1. UZ aparat Phillips Lumify ali enakovreden, Načini prikaza - 2D, M-mode, Color doppler

**Pripadajoče ultrazvočne sonde:**

2. Linearna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 12 - 4 MHz,
3. Konveksna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 5 - 2 MHz

**Ostalo:**

4. Pripadajoči tablični računalniki za prikaz UZ slike s ustreznim softwerom.
5. Pripadajoča oprema za tablico (zaščitni ovitek z ročajem).
6. Torbica za prenašanje sonde in tablice.

**1 komplet naj obsega:**

- UZ aparat,
- 1 linearno sondo in 1 tablico s pripadajočim softwerom in zaščitnim ovitkom z ročajem + torbica za prenašanje,
- 1 konveksno sondo in 1 tablico s pripadajočim softwerom in zaščitnim ovitkom z ročajem + torbica za prenašanje.

<b>SKLOP 4: NABAVA PRENOSNEGA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE INSTITUTA ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO</b>
--

**Tehnične lastnosti UZ aparata:****Aparat:**

1. Mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, še neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model, z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.
2. Dimenzije aparata ne smejo presegati širine 300 mm in globine 260 mm.
3. Teža samega aparata ne sme presegati 4,5 kg.
4. Aparat mora imeti vgrajeno baterijo za delo brez električnega napajanja, z avtonomijo vsaj 60 minut.
5. Vsaj eno aktivno priključno mesto za UZ sondo z brezpinskimi priključki.
6. Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona, ki ima tudi funkcijo dotikalnega zaslona, diagonala zaslona mora biti dolga vsaj 11,6 palcev, z ločljivostjo 1920 × 1080.
7. Voziček z držali za sonde.

**Zahtevani prikazi:**

8. 2D.
9. M-prikaz.
10. D-prikaz: Spektralni Doppler (PW, HPRF-PW), CW.
11. Barvni prikaz toka (Color Doppler, Power Doppler + prikaz smeri pretoka).
12. Visokoresolucijski prikaz pretoka – posebna Power Doppler tehnika za visokoobčutljiv prikaz pretoka krvi in mikroožilja.
13. Trojni (Triplex) prikaz.
14. Frekvenčni razpon aparata 1–18 MHz.
15. Harmonski prikaz tkiva.
16. Avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov, glede na vrsto tkiva.
17. Dinamično območje delovanja aparata vsaj 265 dB.
18. Osveževanje 2D slike vsaj 882 slik na sekundo.
19. Avtomatska korekcija vpadnega kota v Color Flow načinu.
20. Območja hitrosti barvnega Dopplerja: od -3,5 m/s do 0 in od 0 do +3,5 m/s.
21. Programska oprema za sestavljen UZ prikaz, največ +/- 20 stopinj.
22. B-steer funkcija za 2D sliko.
23. Trapezoidni prikaz.
24. Funkcija za izboljšano vidljivost punkcijske igle.
25. Aparat mora imeti možnost zamrznitve slike s pomočjo premika sonde.
26. Najmanj 12400 slik v Cineloop sekvenci za 2D.
27. Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 26 stopenj).
28. Avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov, glede na vrsto tkiva, možna tudi ročna nastavitve med potekom dela.
29. Možnost povečave izbranega področja pri živi in zamrznjeni sliki.
30. Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki, avtomatska korekcija vpadnega kota.

**Pripadajoče ultrazvočne sonde:**

31. Linearna sonda (dovoljeno odstopanje +/- 5 %) za mišičnoskeletno diagnostiko ter diagnostiko živčevja, širina osnovnega vidnega polja 2D brez trapezoidnega in razširjenega prikaza, 38 mm, frekvenčni razpon 5–18 MHz.

**Arhiviranje:**

- 32. Programska oprema DICOM za povezavo v lokalno omrežje.
- 33. Shranjevanje surovih ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni trdi disk kapacitete vsaj 80 GB.
- 34. Vsaj en izhod USB 3.0 za shranjevanje na zunanje spominske medije.
- 35. Črno-beli termični video tiskalnik.

**Možnosti nadgradnje (strojna in programska oprema):**

- 36. Konveksna sonda, frekvenčni razpon 1–5 MHz, osnovni vidni kot vsaj 70 stopinj.
- 37. Linearna sonda frekvenčni razpon 5–13 MHz, širina prikaza 25 mm (Hockey Stick).

<b>SKLOP 5: NABAVA PRENOSNEGA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA ODDELEK ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI</b>
---

**Tehnične lastnosti UZ aparata:**

1. Mobilni UZ aparat z najnovejšo tehnologijo in digitalnim tvorjenjem ultrazvočnih valov.
2. Teža aparata do 76 kg.
3. Širina do 51 cm.
4. Vsaj 5 enakovrednih priključkov za sonde z vizualizacijo (ter en priključek za »pencil probe«) s tehnologijo brez-silnega vstavljanja, ki zagotavlja ohranjenost integritete signala in izboljšanje razmerja signal / šum, ter možnost enoročnega priklopa in odklopa sonde.
5. Aparat mora imeti kontrolno ploščo nastavljivo po višini vsaj 10 cm in imeti plavajočo kontrolno ploščo s sukanjem vsaj +/- 90°.
6. Aparat mora imeti možnost zložljivosti za transport z zaklepno ročico za monitor. Najvišja višina zložljivega aparat: 122 cm.
7. Glasnost delujočega aparata naj bo nižja od 30 dB.
8. Aparat mora imeti vsaj 500 GB SSD diska za shranjevanje slik in posnetkov.
9. Aparat mora imeti osvetljeno nadzorno ploščo z večstopenjsko osvetlitvijo glede na stanje aktivnosti.
10. Štiri vrtljiva kolesa z zavorami in zaklep sukanja koles za obe zadnji kolesi.
11. Tipke in krmilniki naj bodo logično razporejeni tako, da je čim manj premikov rok in oči. Na nadzorni plošči naj bodo tudi vsaj 3 nastavljive tipke.
12. Nosilci za odlaganje sond na obeh straneh, ki jih je možno medsebojno izmenjevati in jih zamenjati z novimi. (zaradi možne različne postavitve aparata v prostor ter zaradi čiščenja in dezinfekcije).
13. Integriran grelec gela, z vsaj tremi stopnjami nastavitve gretja, z možnostjo premikanja na levo ali desno stran upravljalnega panela (da je tako najbližje pacientu). Aparat mora imeti možnost nadgradnje grelca gela tudi za velike plastenke.
14. Izvlekljiva tipkovnica nameščena pod nadzorno ploščo, prav tako mora biti omogočena uporaba digitalne tipkovnice na zaslonu na dotik.
15. Vsaj 1.032.000 obdelovalnih kanalov.
16. Vsaj 21,5" LED barvni zaslon z resolucijo najmanj 1920 x 1080, možnost nastavitve po viši najmanj 22 cm, vidni kot pogleda najmanj 178°, monitor mora biti nameščen na vrtljivi ročki z možnostjo sukanja levo/desno +/- 180°.
17. Monitor mora imeti možnost nastavljivega položaja do vsaj 70 ° naprej in do vsaj -15 ° nazaj.
18. Vsaj 13" zaslon na dotik z resolucijo najmanj 1920 x 1080.
19. Zaslon na dotik naj bo gibljiv in ima kot pogleda +/- 80°.
20. Uporabniško nastavljivi pregledi: Vsi načini in parametri za skeniranje morajo biti prilagodljivi in programabilni z vsaj 45 gumbi na zaslonu na dotik.
21. Možnost nastavljanja glasnosti zvoka tipk oziroma možnost popolnega izklopa zvoka.
22. Dinamični razpon aparata vsaj 325 dB.
23. Frekvenčni razpon aparata: 1–20 MHz.
24. Aparat mora imeti zaščito aparat pred virusi.
25. Hitrost osveževanja 2D UZ slike: vsaj 2000 slik/s.
26. Hitrost osveževanja UZ slike z barvnim Dopplerjem: vsaj 300 slik/s.
27. Globina UZ snopa vsaj 35 cm.
28. Vsaj 6 USB priključkov, od tega najmanj dva na zaslonu na dotik.
29. HDMI izhod in S-video izhod.
30. Popoln zagon sistema mora biti v največ 90 sek.
31. Brežžična povezljivost Wi-Fi.

**Značilnosti programske opreme:**

32. Operacijski sistem Windows 10.
33. Programska oprema za prostorsko sestavljanje za zmanjšanje šumov in povečanje kontrastne ločljivosti.
34. Compound imaging pri naslednjih načinih: 2D, Color doppler, Power Doppler.
35. Harmonični prikaz tkiva (THI) za izboljšanje vizualizacije in zmanjševanje šuma,
36. Tehnologija za optimizacijo enotnosti svetlosti slike v vidnem polju s spreminjanjem DGC in celotne ojačitve.
37. Tehnologija za povečanje kontrastne ločljivosti in okrepitev zaznavanja mej (vsaj 7 stopenj)
38. Slikanje tkiva po meri za optimizacijo 2D slike s prilagoditvijo hitrosti zvoka.
39. Široko vidno polje, ki omogoča razširitev vidnega polja na 220°
40. Možnost obračanja usmerjenosti slike (flip).
41. Programska oprema za napredno ostrenje robov, najmanj 4 stopnje.
42. Programska oprema za odstranjevanje šumov.
43. Povečava UZ slike ob majhni izgubi kvalitete (HD zoom) in povečava slike po zamrznitvi.
44. Kontinuirana avtomatska optimizacija B slike in optimizacija spektralnega doplerja.
45. Trapezoidni prikaz na linearnih sondah.
46. Avtomatske meritve načinov: 2D, barvni dopler, PW dopler, M-način
47. Funkcija CINE za neprekinjeno shranjevanje zajetih podatkov v pomnilniškem medpomnilniku v vseh načinih delovanja. Možnost ogleda podatkov shranjenih v pomnilniku CINE, z neprekinjenim predvajanjem ali pregledom sličice za sličico. Možnost pomikanja po sličicah ter dodajanja meritev in opomb vsaki sličici.
48. Tehnologija, ki zazna in prepreči artefakte gibanja, povezane s sondo in gibanjem pacienta, ter poveča občutljivost barvnega slikanja, ko gibanje ni zaznano.
49. Programski paket za izvajanje meritev in izdelovanje poročil.
50. Možnost ustvarjanja, urejanja in brisanja uporabniško določenih preiskav, kot tudi možnost preminjanja privzete vrste preiskave, dodeljeno izbrani sondi.
51. Možnost naknadnega dodajanja slik, poročil, meritev, opomb in telesnih označevalcev registriranemu pacientu.
52. Sistem mora omogočati popoln dostop za oddaljeno podporo in servis preko varnega omrežja.
53. DICOM 3.0 povezljivost: Print, Storage, Worklist, MPPS.
54. Aparat mora omogočati baterijsko napajanje, ko je UZ sistem izklopljen iz električnega omrežja in je v stanju pripravljenosti. Zagon aparata in izklop aparata v ali iz stanja pripravljenosti v največ 5 sek. Aparat mora omogočati čas pripravljenosti vsaj 30 min, popolno polnjenje baterije mora biti končano v 3 urah ali manj.

#### **Načini prikaza:**

55. 2D, M-mode, Color doppler, Power doppler, PW doppler, steerable CW doppler, fazno invertiran tkivni harmonik, 2D/C mode, Split 2D-2D/C mode, Dual real-time 2D/C mode, 2D/M-mode, M-mode, color M-mode, Anatomical M-mode (angle rotation and free hand drawing AMM), simultaneous 2D/C/D mode (triplex).
56. Način dvojnega prikaza, kot tudi možnost vzporednega prikaza ene slike v realnem času in ene zamrznjene slike.
57. Možnost prikaza 4B slike, ki prikaže štiri ločeno zajete slike.

#### **Sonde:**

58. Konveksna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 1,4 – 5,0 MHz, globina vsaj 35 cm, footprint vsaj 70 mm in kot pogleda vsaj 70°.
59. Linearna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 3.9–12.6 MHz, globina vsaj 160 mm, footprint vsaj 47 mm in ne več kot 50 mm, FOV vsaj 150mm.
60. Linearna sonda - s frekvenčnim razponom vsaj do 18.0 MHz, footprint dolžina vsaj 30 in ne več kot 36 mm in kot pogleda vsaj 68mm, ter dolžina kabla vsaj 2,2m.



**Tehnične lastnosti UZ aparata:**

1. Mobilni UZ aparat z najnovejšo tehnologijo in digitalnim tvorjenjem ultrazvočnih valov.
2. Teža aparata do 76 kg.
3. Širina **do 51 cm**.
4. **Vsaj 5 enakovrednih priključkov za sonde** z vizualizacijo (ter en priključek za »pencil probe«) s tehnologijo brez-silnega vstavljanja, ki zagotavlja ohranjenost integritete signala in izboljšanje razmerja signal / šum, ter možnost enoročnega priklopa in odklopa sonde.
5. Aparat mora imeti kontrolno ploščo nastavljivo po višini vsaj 10 cm in imeti plavajočo kontrolno ploščo s sukanjem vsaj +/- 90°.
6. Aparat mora imeti možnost zložljivosti za transport z zaklepno ročico za monitor. Najvišja višina zložljivega aparat: 122 cm.
7. Glasnost delujočega aparata naj bo **nižja od 30 dB**.
8. Aparat mora imeti vsaj 500 GB SSD diska za shranjevanje slik in posnetkov.
9. Aparat mora imeti osvetljeno nadzorno ploščo z večstopenjsko osvetlitvijo glede na stanje aktivnosti.
10. Štiri vrtljiva kolesa z zavorami in zaklep sukanja koles za obe zadnji kolesi.
11. Tipke in krmilniki naj bodo logično razporejeni tako, da je čim manj premikov rok in oči. Na nadzorni plošči naj bodo tudi vsaj 3 nastavljive tipke.
12. Nosilci za odlaganje sond na obeh straneh, ki jih je možno medsebojno izmenjevati in jih zamenjati z novimi. (zaradi možne različne postavitve aparata v prostor ter zaradi čiščenja in dezinfekcije).
13. Integriran grelec gela, z **vsaj tremi stopnjami nastavitve** gretja, z možnostjo premikanja na levo ali desno stran upravljalnega panela (da je tako najbližje pacientu). Aparat mora imeti možnost nadgradnje grelca gela tudi za velike plastenke.
14. Izvlekljiva tipkovnica nameščena pod nadzorno ploščo, prav tako mora biti omogočena uporaba digitalne tipkovnice na zaslonu na dotik.
15. Vsaj 1.032.000 obdelovalnih kanalov.
16. **Vsaj 21,5" LED** barvni zaslon z resolucijo najmanj 1920 x 1080, možnost nastavitve po viši najmanj 22 cm, vidni kot pogleda najmanj 178°, monitor mora biti nameščen na vrtljivi ročki z možnostjo sukanja levo/desno +/- 180°.
17. Monitor mora imeti možnost nastavljivega položaja do vsaj 70 ° naprej in do vsaj -15 ° nazaj.
18. **Vsaj 13" zaslon na dotik** z resolucijo najmanj 1920 x 1080.
19. Zaslon na dotik naj bo gibljiv in ima kot pogleda +/- 80°.
20. Uporabniško nastavljivi pregledi: Vsi načini in parametri za skeniranje morajo biti prilagodljivi in programabilni z **vsaj 45 gumbi** na zaslonu na dotik.
21. Možnost nastavljanja glasnosti zvoka oziroma možnost popolnega izklopa zvoka.
22. Dinamični razpon aparata **vsaj 325 dB**.
23. Frekvenčni razpon aparata: 1–20 MHz.
24. Aparat mora imeti zaščito aparat pred virusi.
25. Hitrost osveževanja 2D UZ slike: **vsaj 2000 slik/s**.
26. Hitrost osveževanja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: **vsaj 300 slik/s**.
27. Globina UZ snopa **vsaj 35 cm**.
28. Vsaj 6 USB priključkov, od tega **najmanj dva na zaslonu na dotik**.
29. HDMI izhod in S-video izhod.
30. Popoln zagon sistema mora biti v **največ 90 sek**.
31. Brežžična povezljivost Wi-Fi.

**Značilnosti programske opreme:**

32. Operacijski sistem Windows 10.
33. Programska oprema za prostorsko sestavljanje za zmanjšanje šumov in povečanje kontrastne ločljivosti.
34. Compound imaging pri naslednjih načinih: 2D, Color doppler, Power Doppler.
35. Harmonični prikaz tkiva (THI) za izboljšanje vizualizacije in zmanjševanje šuma,
36. Tehnologija za optimizacijo enotnosti svetlosti slike v vidnem polju s spreminjanjem DGC in celotne ojačitve.
37. Tehnologija za povečanje kontrastne ločljivosti in okrepitev zaznavanja mej (vsaj 7 stopenj)
38. Slikanje tkiva po meri za optimizacijo 2D slike s prilagoditvijo hitrosti zvoka.
39. Široko vidno polje, ki omogoča razširitev vidnega polja na 220°.
40. Možnost obračanja usmerjenosti slike (flip).
41. Programska oprema za napredno ostrenje robov, najmanj 4 stopnje.
42. Programska oprema za odstranjevanje šumov.
43. Povečava UZ slike ob majhni izgubi kvalitete (HD zoom) in povečava slike po zamrznitvi.
44. Kontinuirana avtomatska optimizacija B slike in optimizacija spektralnega doplerja.
45. Trapezoidni prikaz na linearnih sondah.
46. Avtomatske meritve načinov: 2D, barvni dopler, PW dopler, M-način
47. Funkcija CINE za neprekinjeno shranjevanje zajetih podatkov v pomnilniškem medpomnilniku v vseh načinih delovanja. Možnost ogleda podatkov shranjenih v pomnilniku CINE, z neprekinjenim predvajanjem ali pregledom sličice za sličico. Možnost pomikanja po sličicah ter dodajanja meritev in opomb vsaki sličici.
48. Tehnologija, ki zazna in prepreči artefakte gibanja, povezane s sondo in gibanjem pacienta, ter poveča občutljivost barvnega slikanja, ko gibanje ni zaznano.
49. Programski paket za izvajanje meritev in izdelovanje poročil.
50. Možnost ustvarjanja, urejanja in brisanja uporabniško določenih preiskav, kot tudi možnost preminjanja privzete vrste preiskave, dodeljeno izbrani sondi.
51. Možnost naknadnega dodajanja slik, poročil, meritev, opomb in telesnih označevalcev registriranemu pacientu.
52. Sistem mora omogočati popoln dostop za oddaljeno podporo in servis preko varnega omrežja.
53. DICOM 3.0 povezljivost: Print, Storage, Worklist, MPPS.
54. Aparat mora omogočati baterijsko napajanje, ko je UZ sistem izklopljen iz električnega omrežja in je v stanju pripravljenosti. Zagon aparata in izklop aparata **v ali iz stanja pripravljenosti v največ 5 sek.** Aparat mora omogočati čas pripravljenosti vsaj 30 min, popolno polnjenje baterije mora biti končano v 3 urah ali manj.
55. ČB termični digitalni tiskalnik.
56. Programska oprema za izboljšano vizualizacijo igle z več-kotno izboljšano vizualizacijo za slikanje v ravnini (kot igle do 35°).

#### **Načini prikaza:**

57. 2D, M-mode, Color doppler, Power doppler, PW doppler, steerable CW doppler, fazno invertiran tkivni harmonik, 2D/C mode, Split 2D-2D/C mode, Dual real-time 2D/C mode, 2D/M-mode, M-mode, color M-mode, Anatomical M-mode (angle rotation and free hand drawing AMM), simultaneous 2D/C/D mode (triplex)
58. Način dvojnega prikaza, kot tudi možnost vzporednega prikaza ene slike v realnem času in ene zamrznjene slike.
59. Možnost prikaza 4B slike, ki prikaže štiri ločeno zajete slike.

#### **Sonde:**

60. Konveksna sonda s frekv. razponom vsaj 1,4 – 5,0 MHz, globina vsaj 35 cm, footprint vsaj 70 mm in kot pogleda vsaj 70°

61. Linearna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 3.9–12.6 MHz, globina vsaj 160 mm, footprint vsaj 47 mm in ne več kot 50 mm, FOV vsaj 150mm
62. Monokristalna kardiološka sonda s frekvenčnim razponom vsaj 1.1 – 5.0 MHz, footprint ne več kot 17x28 mm, maksimalni kot pogleda vsaj 90°

**Aparat mora imeti možnost nadgradnje:**

63. TEE sonda: frekv. razpon 3.1 – 9.2 MHz, maksimalna globina vsaj 24 cm, footprint ne več kot 15x 12 mm, kot pogleda vsaj 90°
64. Možnost nadgradnje z EKG kabli ter programsko opremo, ki ima možnost konfiguracije zmogljivosti EKG za posebne vrste uporabe, pri katerih sta potrebna prikaz in spremljanje fizioloških podatkov brez uporabe kontinuiranega Dopplerja.
65. Možnost nadgradnje z programsko opremo za merjenje volumna levega dela srca s samodejnim zaznavanjem meje levega prekata srca in atrijev in ustvarjanjem samodejnih meritev. Omogoča naj samodejne izračune naslednjih standardnih meritev srčnega cikla: končni diastolični volumen, končni sistolni volumen, izmetni delež.

## PODATKI O PONUDNIKU

Skupna ponudba: (navesti: DA/NE).<sup>1</sup>

**1. Opis predmeta javnega naročila: NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV**

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 10. 8. 2021, številka objave JN005459/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11. 8. 2021, številka objave 2021/S 154-408837.

**2. Podatki o ponudniku**

2.1 Firma oz. ime:

2.2 Naslov:

2.3 Zakoniti zastopnik:

2.4 Identifikacijska številka za DDV:

2.5 Matična številka:

2.6 Številka transakcijskega računa:

2.7 Telefonska številka:

2.8 E-mail ponudnika:

2.9 Kontaktna oseba:

2.10 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Dne: .....

Žig in podpis ponudnika:

.....

<sup>1</sup> V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

Številka ponudbe: .....

Datum: .....

PONUĐNIK:  
(Naziv in naslov)

.....

.....

.....

## REKAPITULACIJA

**Predmet javnega naročila: NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	Sklop 1: Nabava ultrazvočnega aparata za Radiološki oddelek	
2.	Sklop 2: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	
3.	Sklop 3: Nabava dveh prenosnih ultrazvočnih aparatov za potrebe ambulate Oddelka za urologijo	
4.	Sklop 4: Nabava prenosnega ultrazvočnega aparata za potrebe Instituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	
5.	Sklop 5: Nabava prenosnega ultrazvočnega aparata za Oddelek za kožne in spolne bolezni	
6.	Sklop 6: Nabava ultrazvočnega aparata za Urgentni center	

**Opomba:**

- Ponudnik v posamezno polje **vpiše skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV iz ponudbe, pripravljene na lastnem obrazcu za posamezni sklop.**
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Žig in podpis ponudnika:

.....

# VZOREC POGODBE ZA DOBAVO OPREME

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa direktor UKC, prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med., višji svetnik (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka kupca za DDV: SI 56644817, matična številka kupca: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

.....,  
ki ga zastopa direktor .....  
(v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV: .....  
matična številka prodajalca: .....

## I. UVODNE DOLOČBE

### 1. člen

Kupec in prodajalec ugotavljata, da je kupec v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#) in [14/18](#); v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za blago: **NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 10. 8. 2021, številka objave JN005459/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11. 8. 2021, številka objave 2021/S 154-408837.

## II. PREDMET POGODBE

### 2. člen

Predmet te pogodbe je dobava ultrazvočnega aparata iz sklopa/sklopov: ..... (v nadaljevanju: oprema), opredeljenega v prodajalčevi ponudbi s predračunom, št. ...., z dne ..... (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je prodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

### 3. člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- dostava, montaža in preizkus delovanja ponujene opreme,
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca,
- brezplačno preventivno vzdrževanje opreme v garancijski dobi, ki zajema ves potreben material in delo,
- brezplačna izvedba kontrolnih pregledov v času garancijske dobe, v kolikor so le-ti s strani proizvajalca opreme zahtevani,
- brezplačna nadgradnja oz. posodobitev nameščene programske opreme v času garancijske dobe,
- odprava vseh napak v garancijskem roku.

### III. ROK DOBAVE, PRIMOPREDAJA OPREME, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

#### 4. člen

Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz 3. člena te pogodbe najkasneje **do 22.11.2021**.

Rok izvedbe iz prvega odstavka tega člena predstavlja skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti. V kolikor prodajalec ne bo dobavil opreme, ter izvedel šolanja v roku iz prvega odstavka tega člena, se pogodba v skladu s 104. členom OZ šteje za razvezano po samem zakonu. V naveden primeru naročnik ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti do prodajalca.

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je treba dostaviti, namestiti in montirati v prostore:

- *Radiološkega oddelka – velja za opremo iz sklopa 1,*
- *Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo – velja za opremo iz sklopa 2,*
- *Oddelka za urologijo – velja za opremo iz sklopa 3,*
- *Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino – velja za opremo iz sklopa 4,*
- *Oddelka za kožne in spolne bolezni – velja za opremo iz sklopa 5,*
- *Urgentnega centra – velja za opremo iz sklopa 6.*

#### 5. člen

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik prodajalca in kupca.

Pooblaščen predstavnik kupca je:

- *za sklop 1: .....*
- *za sklop 2: .....*
- *za sklop 3: .....*
- *za sklop 4: .....*
- *za sklop 5: .....*
- *za sklop 6: .....*

Pooblaščen predstavnik prodajalca je: .....

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo prodajalec kupcu izročil še:

1. Tehnično dokumentacijo v slovenskem, nemškem ali angleškem jeziku;
2. Navodila za uporabo v slovenskem in angleškem jeziku;
3. Navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku;
4. Garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme.

#### 6. člen

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu vsaj 24-mesečno garancijo.

Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov.

#### IV. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

##### 7. člen

Kupec se obvezuje plačati kupnino v vrednosti:

..... EUR brez DDV oz. ....	EUR z DDV za sklop 1,
..... EUR brez DDV oz. ....	EUR z DDV za sklop 2,
..... EUR brez DDV oz. ....	EUR z DDV za sklop 3,
..... EUR brez DDV oz. ....	EUR z DDV za sklop 4,
..... EUR brez DDV oz. ....	EUR z DDV za sklop 5,
..... EUR brez DDV oz. ....	EUR z DDV za sklop 6,

v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po podpisu primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun prodajalca št. .... pri banki .....

Z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta. Osnova za izstavitev računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik za celotno opremo.

Prodajalec se zavezuje, da bo izstavil račun najkasneje do **23.11.2021**.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški vezani na predmet pogodbe iz 2. člena (carinski, prevozni, špediterski, montaže, zagona, šolanja, vzdrževanja v času garancijske dobe, izvedbe kontrolnih pregledov v času garancijske dobe, v kolikor so le-ti s strani proizvajalca zahtevani, odprave vseh napak v garancijskem roku ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati.

Cene veljajo ddp UKC Maribor - razloženo in montirano v prostore:

- *Radiološkega oddelka – velja za opremo iz sklopa 1,*
- *Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo – velja za opremo iz sklopa 2,*
- *Oddelka za urologijo – velja za opremo iz sklopa 3,*
- *Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino – velja za opremo iz sklopa 4,*
- *Oddelka za kožne in spolne bolezni – velja za opremo iz sklopa 5,*
- *Urgentnega centra – velja za opremo iz sklopa 6.*

Pogodbena vrednost je fiksna in velja do dokončanja vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Prodajalec mora poslati kupcu račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

#### V. ODPRAVA NAPAK

##### 8. člen

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti. V pisnem sporočilu prijave napake je potrebno navesti: a) ime uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.



Usposobljen serviser proizvajalca bo pristopil k odpravi napake najkasneje v roku 24-ih ur od pisne prijave napake s strani kupca. Napako mora odpraviti najkasneje v roku 72-ih ur od prejema pisnega obvestila o napaki. V primeru, da napaka ne bo odpravljena v zahtevanem času, mora prodajalec v tem roku zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas do odprave napake.

V primeru zamude z izvajanjem v predhodnem odstavku navedenih pogodbenih obveznosti bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, ki bo odvisna od zamude in sicer za vsak koledarski dan zamude roka za odpravo napake v višini 0,5% od pogodbene vrednosti v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti predmetnega sklopa, v EUR z DDV.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po prodajalčevi ponudbi, sicer bo to storil kupec v breme prodajalca.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

## **9. člen**

Prodajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani proizvajalca. Kupec bo pred servisiranjem preveril ali ima serviser veljavno ustrezno potrdilo proizvajalca opreme.

V kolikor serviser usposobljenosti za servisiranje ne bo ustrezno izkazal, kupec izvajanje servisa ne bo dovolil; za morebitno zamudo (neupoštevanje odzivnih rokov, rokov za odpravo napak) pa bo v tem primeru odgovoren prodajalec in mu bo kupec zaračunal, skladno z določili 3. odstavka 8. člena, pogodbeno kazen.

V kolikor bo prodajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti prodajalec.

## **VI. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA**

### **10. člen**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

**VII. KONČNE DOLOČBE****11. člen**

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

**12. člen**

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

**13. člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

**14. člen**

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

**15. člen**

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

**16. člen**

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št. ....

V ....., dne .....

V Mariboru, dne .....

Prodajalec:

.....

Kupec:

UKC Maribor

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med., višji  
svetnik

## SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKÉ EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

### Podatki o pravni osebi:

Naziv ponudnika: .....

Ulica: .....

Poštna številka in kraj: .....

ID za DDV: .....

Matična številka: .....

Št. vpisa v sodni register (vložna številka): .....

Spodaj podpisani (naziv pooblastitelja): .....  
pooblašča naročnika UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, da skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#) in [14/18](#), v nadaljevanju ZJN-3) za potrebe javnega naročila za nabavo blaga: NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 10. 8. 2021, številka objave JN005459/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11. 8. 2021, številka objave 2021/S 154-408837, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

To soglasje je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za nabavo blaga: NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV.

Kraj in datum: .....

Žig in podpis pooblaščene osebe  
ponudnika:

.....

### Navodilo:

- Obrazec je treba izpolniti in podpisati.
- Obrazec morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.
- Ponudnik naloži obrazec v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.

## SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

### Osebni podatki:

Ime in priimek: .....

Datum rojstva: .....

EMŠO: .....

Naslov stalnega/začasnega prebivališča: .....

Državljanstvo: .....

Spodaj podpisani (naziv pooblastitelja): .....  
pooblašcam naročnika UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, da skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#) in [14/18](#), v nadaljevanju ZJN-3) za potrebe javnega naročila za nabavo blaga: NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 10. 8. 2021, številka objave JN005459/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11. 8. 2021, številka objave 2021/S 154-408837, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

To soglasje je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za nabavo blaga: NABAVA ULTRAZVOČNIH APARATOV.

Kraj in datum: .....

Podpis pooblastitelja:

.....

### Navodilo:

- Obrazec je treba izpolniti in podpisati.
- Obrazec morajo izpolniti osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
- Obrazec morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.
- Ponudnik naloži obrazec v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.