

Številka: 460-46-(810103)2021-3

Datum: 26. 8. 2021

**ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE ODDELKA ZA UROLOGIJO«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 10. 8. 2021, številka objave JN005480/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11. 8. 2021, številka objave 2021/S 154-408847, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik na podlagi objavljenih odgovorov na Portalu javnih naročil v prilogi objavlja popravljeno specifikacijo zahtev naročnika.

Popravek je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek nabave opreme

Priloga:

- C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA – popravek 26. 8. 2021

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>),
- Spletni strani naročnika (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/>).

## C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

**popravek 26. 8. 2021**

**Predmet javnega naročila: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE ODDELKA ZA UROLOGIJO**

### **Splošne zahteve za opremo:**

- Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.
- Ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti.

### **Tehnične lastnosti UZ aparata:**

1. Na Oddelku za urologijo potrebujejo UZ aparat in sistem, ki omogoča MR-UZ transperinealno fuzijsko biopsijo prostate.
2. Sistem transperinealne fuzijske biopsije prostate mora zagotavljati, da bodo v realnem času ultrazvočne slike in MRI cilji ostali poravnani tako pri transperinealni biopsiji z uporabo stabilizatorja kot pri prostoročnem pristopu.
3. Potek dela mora uporabljati togo registracijo z izdelanim algoritmom, ki zahteva manj korakov pri postopku priprave in omogoča urologu slediti znanemu postopku biopsije brez potrebe po izvedbi dodatne ultrazvočne preiskave.