

Številka: 460-E-EN-GZ-171/19  
Datum: 22. 10. 2019

## POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA PCR APARATA**

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**Predmet naročila je nabava PCR aparata po sledeči specifikaciji zahtev:**

- 96 mest za standardne 0.2mL tube, strupe, mikroplošče
- temperaturno območje aparata 5-99 st
- temperaturni ga gradient 30 st, v območju 20-99 st
- hitrost segrevanja >5 st/s

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **24. oktober 2019 do 12. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: [ales.dobaj@ukc-mb.si](mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si) in [grega.zrimsek@ukc-mb.si](mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si) z oznako **460-E-EN-GZ-171/19**.

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV  
Oddelek nabave opreme:  
Grega Zrimšek